



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21359565 din 11.02.2025

Obiectul de achizitie: Mentenanța stației de producere a oxigenului medical, serviciilor de deservirea și mentenanța la generatoarele (ESE460, ESE65), serviciilor de deservire tehnică a utilajului din blocul alimentar.

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Cantitate	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificația tehnică deplină propusă, Standarde de referință
1	Generator de oxigen Model POC 8300-MED	1 buc.	Schimbare elemente filtrante. Verificarea sistem de acționare împotriva întreruperii dacă este necesar și ajustare. Curățare și remediere defecțiuni.	Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

2	Compresor de aer Model ASD60/12 bar	1 buc.	KIT A (la solicitare, necesar la sfârșit de an): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) <i>Alte Lucrari:</i> -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).	KIT A (la solicitare, necesar la sfârșit de an): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) <i>Alte Lucrari:</i> -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).
---	--	--------	---	---



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

3	Uscător de Aer Model ACT 55	1 buc.	1) Masina curatata: • Verificată strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File”conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurati și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2) Condensatorul Desfacere/Curatare	1) Masina curatata: • Verificată strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File”conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurati și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2) Condensatorul Desfacere/Curatare
4	Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 + NEA 242SMA + NEA340RD)	1 buc.	Mentenanța purja automata (curățare)	- Cartuș cod. EAL2630SMA = 2 buc. - Cartuș cod. EAL2642SMA = 1 buc. - Cartuș cod. EAL2642RD1 = 1 buc. Mentenanța purja automata (curățare)
5	Rezervor de Aer 2000L, (Model 212 vertical) Purja automată Ethadrian	1 buc.	Verificare Scurgeri Verificare purjă automată	Verificare Scurgeri Verificare purjă automată (curățare)
6	Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical)	1 buc.	Verificare scurgeri	Verificare scurgeri
7	Modificare Grila admisie aer compresor	1 buc.	Conectare/Calibrare cu compresorul ASD 60	Conectare/Calibrare cu compresorul ASD 60

Semnăt: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21359565 din 11.02.2025
Obiectul de achizitie: Mentenanța stației de producere a oxigenului medical, serviciilor de deservirea și mentenanța la generatoarele (ESE460, ESE65), serviciilor de deservire tehnică a utilajului din blocul alimentar.

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor / serviciilor	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
50800000-3						
	1	Mentenanța stației de producere a oxigenului medical	131.626,00	157.951,20	131.626,00	157.951,20
		TOTAL			131.626,00	157.951,20

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.