



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,  
tel./fax 0(22) 222 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. R902-1654 din "03" 06 2021

**CAVATEH M SRL**

cavateh@gmail.com

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1615540708684 din 18.04.2021 privind "Achiziția materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021", Vă comunică că conform **deciziei din 02.06.2021** oferta Dvs. nu a fost acceptată:

Lotul nr.2 Lotul nr.2 Dializator suprafața 0,4 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare  $\geq 1,7$  ml/orș mm Hg-  
S-a solicitat Nr Clearance Unitate măsură ml/min:

1 ureea  $\geq 125$

2 creatinina  $\geq 95$

3 fosfați  $\geq 50$

4 vitamina B-12  $\geq 20$ ,

S-a oferit ureea= 75, creatinina=60, fosfați = 42, Vitamina B-12 = 19

Totodată în cadrul procedurii s-au solicitat 2 loturi cu caracteristici diferite pentru categorii diferite de pacienți, loturile nr.1 Dializator suprafața 0,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare  $\geq 0,7$  ml/orș mm Hg și nr.2 Dializator suprafața 0,4 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare  $\geq 1,7$  ml/orș mm Hg, compania Dvs a oferit un singur produs pentru ambele loturi.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

*Cu respect,*

**Director**

**Centru pentru Achiziții Publice**

**Centralizate în Sănătate**

**Ivan ANTOCI**

