

Specificații tehnice										Alternativa nr.:
Numărul licitației:				LP nr 21062815 din 04.10.2022						
Denumirea licitației:				Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 16)						Pagina: ____ din ____
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2			3	4	5	6	9		
		Lot nr. 2 Paturi funcționale cu caracteristici avansate	Lot nr. 2 Paturi funcționale cu caracteristici avansate				• Min. 4 secțiuni, • mobil, • acționat electric cu min. 4 motoare pentru acționarea înălțimii, spătarului, secțiunii coapse, secțiune gambe, Trendelenburg și Antitrendelenburg, • comandă CPR se realizeaza automat, în caz de urgență, la apăsarea butonului de CPR de pe telecomanda asistentei, • Doua panouri de comandă cu opțiuni de blocare pentru pacient, pentru toate funcțiile patului, sunt situate pe exteriorul a doua laterale antiecadere și la tabla de la secțiunea picioare, • Prevazut cu telecomandă cu fir pentru reglarea tuturor funcțiilor de către pacient, • Dotat cu baterie pentru funcționare și în timpul întreruperilor de curent, • Platforma saltelei și sasiul de jos a patului acoperite cu o protecție din ABS, • Tabliile realizate din material plastic ABS și pot fi îndepărtate cu ușurință, • Laterale compuse din patru piese, se deschid și închid ușor cu zavoarele situate în partea de jos. Realizate din material plastic ABS, • Include stativ perfuzie ce poate fi amplasat în oricare din cele 4 colturi ale patului și agățătoare pentru pungă cu urină, • Include stativ perfuzie ce poate fi amplasat în oricare din cele 4 colturi ale patului și agățătoare pentru blocare direcție, • 4 roi cu rotație de 360°, acoperite cu ABS, proprietăți antistatice, cu pedala pentru frână centrală și blocare direcție, • 4 amortizoare din PVC la cele 4 colturi ale patului, pentru absorbirea impactelor, • Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea în camp electrosstatic, • Suport pentru filme radiologice, • Sarcina minimă încarcare pacient: min. 180 kg, • Dimensiuni pat aproximativ: - Latime: min. 1000 mm; - Lungime: min. 2100 mm; - Înălțime: min. 500 – 800 mm; • Dimeensiuni saltea compatibil cu marimile patului oferit, - Saltea din spună poliuretlan acoperita cu husa impermeabila cu posibilitatea de schimbare (prezența fermoarului) • Alimentare 220 -230 V 50 Hz.	• Min. 4 secțiuni, • mobil, • acționat electric cu min. 4 motoare pentru acționarea înălțimii, spătarului, secțiunii coapse, secțiune gambe, Trendelenburg și Antitrendelenburg, • comandă CPR se realizeaza automat, în caz de urgență, la apăsarea butonului de CPR de pe telecomanda asistentei, • Doua panouri de comandă cu opțiuni de blocare pentru pacient, pentru toate funcțiile patului, sunt situate pe exteriorul a doua laterale antiecadere și la tabla de la secțiunea picioare, • Prevazut cu telecomandă cu fir pentru reglarea tuturor funcțiilor de către pacient, • Dotat cu baterie pentru funcționare și în timpul întreruperilor de curent, • Platforma saltelei și sasiul de jos a patului acoperite cu o protecție din ABS, • Tabliile realizate din material plastic ABS și pot fi îndepărtate cu ușurință, • Laterale compuse din patru piese, se deschid și închid ușor cu zavoarele situate în partea de jos. Realizate din material plastic ABS, • Include stativ perfuzie ce poate fi amplasat în oricare din cele 4 colturi ale patului și agățătoare pentru pungă cu urină, • 4 roi cu rotație de 360°, acoperite cu ABS, proprietăți antistatice, cu pedala pentru frână centrală și blocare direcție, • 4 amortizoare din PVC la cele 4 colturi ale patului, pentru absorbirea impactelor,	CE,ISO	
3310000-1	2			HBV-4	Turcia	MONOTIME MOBIL YA SAN. ve TIC. A.Ş			CE,ISO	
		Lot nr. 8 Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă	Lot nr. 8 Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă							
3310000-1	8			Acuson Redwood	Germania	Siemens	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă Cod APLICAȚII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI ≥5, cel puțin 4 active PROBE TIP, MHz Linear 4 - 15 MHz numrar de elemente ≥250 Convex 1.5 -6,0 MHz numrar de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Phased/Vector 1,3-4,5 MHz numrar de elemente ≥80. Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal)	Conform specificației tehnice anexate: Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă Cod APLICAȚII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI ≥5, cel puțin 4 active PROBE TIP, MHz Linear 4 - 15 MHz numrar de elemente ≥250 Convex 1.5 -6,0 MHz numrar de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal)	CE,ISO	

Numele, prenumele: Beregoi Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantului: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7, ofițial 5

Numărul licitației: LP nr. 21062815 din 04.10.2022

Specificații de preț

Data: „ ”

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 16)		Lot: _____	Pagina: __ din __
-----------------------	--	---	--	------------	-------------------

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	beneficiar
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
3310000-1	2	Lot nr. 2 Paturi funcționale cu caracteristici avansate	Lot nr. 2 Paturi funcționale cu caracteristici avansate	bucată	5	24680,00	29616,00	123400,00	148080,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	IMSP Institutul de Cardiologie
3310000-1	8	Lot nr. 8 Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă	Lot nr. 8 Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă	bucată	2	1478700,00	1774440,00	2957400,00	3548880,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	IMSP Institutul de Cardiologie

Suma total:

3 080 800,0000	3 696 960,0000
----------------	----------------

Numele, prenumele: Beregoi Valeriu
În calitate de: Director
Oferantul: IM "Vivamed International" SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7, oficiul 5

ORDIN DE PLATĂ Nr.		156	DATA EMITERII		04 Octombrie 2022	TIP.DOC. 1	
PLĂTIȚI		61,620.00	MDL <u>Saizeci si una mie sase sute douazeci lei 00 bani</u>				
PLĂTIȚOR			CODUL IBAN		MD96PR002224390033431701		
(R) VIVAMED INTERNATIONAL IM SRL			CODUL FISCAL		1007600028965		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL PLATITOR			BC "ProCredit Bank" SA		CODUL BANCII		
BENEFICIAR			CODUL IBAN		MD23TRPCCC518430B01859AA		
(R)CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE			CODUL FISCAL		1016601000212		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL BENEFICIAR			Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BANCII		
DESTINAȚIA PLĂȚII				TIPUL TRANSFERULUI			
<u>Plata pentru garantia pentru oferta la Licitatia Publica Nr. 21062815 din 04.10.2022</u>				NORMAL/URGENT			
				[N]			
CODUL TRANZACȚIEI		DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII		L.S.	
101		04-10-2022		04-10-2022			
				SEMNĂTURA EMITENTULUI			
				L.S.			
SEMNĂTURA PRESTATORULUI							
MOTIVUL REFUZULUI				Mentiunile bancii: Internet-Banking			
				Nr.REF - 106645886			

Ordinul de plată este primit de Bancă - 04-10-2022 09:25:52

Statutul ordinului de plată la ora 09:30:57 04-10-2022 : Executat de bancă