

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21012102							din 19.09.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Burghiu traumatologic/ortopedic pentru a. 2019 Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
33100000-1		Dual Function Cannulated Drill	ND-2011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co., Ltd	Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril. - Electric - da; - Timp funcționare, min ≥15; - Putere, W ≥100; - Greutate, gr ≤3000; - Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C; - Viteza de rotație, r.p.m ≥600; - Zgomot (db) ≤75; - Mecanism de blocare - da; - Carcasă sterilizabilă – da; - Baterii - stație încărcare baterii – da; - Indicator stare baterie – da; - Accesorii, adaptoare - Broșe Kirschner, de găurit; - Termen de garanție min. 2 ani	- Timp funcționare, min ≥ 20 - Putere, W - 130; - Greutate, gr ≤3000; - Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C; - Viteza de rotație, r.p.m - 0-650,, 0-1000. - Zgomot (db) ≤75; - Mecanism de blocare - da; - Carcasă sterilizabilă – da; - Baterii - stație încărcare baterii – da; - Indicator stare baterie – da; - Accesorii, adaptoare - Broșe Kirschner, de găurit; - Termen de garanție 2 ani Aceasta masina de gaurit Cannulated realizata din materiale de calitate, usoare si portabile, cu zgomot redus si putine vibratii, cu capacitate de atasare rapida, viteza variabila, performanta convenabila, fiabila. Creștere de 4,0 mm pentru trecerea tuturor acelor de marcă. Date tehnice: Piesa de mână Tensiune de lucru: 14.4V Putere de ieșire: mai mult de 20W Creșterea unității în temperatură: mai mult de 25 de centi-grade Încărcător Tensiune de intrare: AC 220V, 50Hz Putere de ieșire: 14.4V, 900mA Putere de intrare: 30VA Baterie Tensiune: 14.4V. Baterie Ni-MH fără memorie ecologică Timp de încărcare: aproximativ trei ore Configurare standard O piesă de mână O baterie Un încărcător Un pui de găurit Un canal de sterilizare O cutie din aluminiu	CE
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23