

Numărul procedurii de achiziție 21005002 din 22.03.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Articole parafarmaceutice, consumabile si reactive de laborator

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 27						
33100 000-1	Electrobistruriu p/u disecție și coagularea țesuturilor	ESP-8	China	PanSW Med			ISO/CE
	Lotul 28						
33100 000-1	Masca facială p/u oxigen	130103	Turcia	Plasti Med			ISO/CE
	Lotul 52						
33100 000-1	Pencete p/u electrocuagulare monopolara, reutilizabile, diam. p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m,	ESP-9	China	PanSW Med	Să fie posibil de sterilizat prin autoclavare, sa reziste pînă la 100 de sterilizării, priza sa fie cu 3 conecitoare	Să fie posibil de sterilizat prin autoclavare, sa reziste pînă la 100 de sterilizării, priza sa fie cu 3 conecitoare	ISO/CE
	Lotul 53						
33100 000-1	Pencete p/u electrocuagulare monopolara, de o singura folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m	ESP-8	China	PanSW Med	Priza sa fiecu 3 conecitoare	Priza sa fiecu 3 conecitoare	ISO/CE
	Lotul 54						
33100 000-1	Pencete anatomice	AK-1345-20	Pakistan	ASP		Lungimea 20 cm	ISO/CE

	Lotul 64					
33100 000-1	Sistem de tuburi+ generator nasal CPAP	51005858 circuit+ Generator NCPAP 51005286+ camera +boneta	China	Inspired Med		ISO/CE
	Lot 117					
33100 000-1	Filtre antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/u VAP	140110	Turcia	Plasti Med	Filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare 99,9999%, rezistența fluxului la 30 L/min maxim 1,0 cm H2O, volum compresibil maxim 60 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid VT 500 ml, minim 30,6 mg H2O /L, port Leurp/u proba CO2	Filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare 99,9999%, rezistența fluxului la 30 L/min maxim 1,0 cm H2O, volum compresibil maxim 60 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid VT 500 ml, minim 30,6 mg H2O /L, port Leurp/u proba CO2
	Lot 120					
33100 000-1	Tubulatura gofrateAparat de ventilare	487501	Turcia	Plasti Med	Cu balon (colector) pentru O2, fără miros, piesa Y, conector în genunchi cu adaptor Leur lock pentru controlul concentrației CO2, lungimea minimă 150 cm, conector standart cu ventilator și sondă de ambalat steril	Cu balon (colector) pentru O2, fără miros, piesa Y, conector în genunchi cu adaptor Leur lock pentru controlul concentrației CO2, lungimea minimă 150 cm, conector standart cu ventilator și sondă de ambalat steril
	Lot 121					
33100 000-1	Tubulatura Aparat de ventilare	485501	Turcia	Plasti Med	Fără miros, piesa Y, cu capcane de apă minim 2, conector în genunchi cu adaptor Leur lock pentru controlul concentrației CO2, lungimea minimă a tubulaturii 100 cm, conector standart cu ventilator și sonda de de intubare 15 mm și 22 mm, ambalat steril	Fără miros, piesa Y, cu capcane de apă minim 2, conector în genunchi cu adaptor Leur lock pentru controlul concentrației CO2, lungimea minimă a tubulaturii 100 cm, conector standart cu ventilator și sonda de de intubare 15 mm și 22 mm, ambalat steril

	Lot 122						
33100 000-1	Masca facială pentru adulți	130103	Turcia	Plasti Med	Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea marimii, cu furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm și conector la sursa de O2 conic pe interior	Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea marimii, cu furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm și conector la sursa de O2 conic pe interior	ISO/CE
	Lot 123						
33100 000-1	Masca fiacială de ventilare artificială pentru maturi	130215	Turcia	Plasti Med	Cu posibilitatea de conexiune 22 mm, cu manetă gonflabilă pentru eșantizarea la fața pacientului, cu fixator pentru CPAP terapie și sistem de ancorare a fixatoarelor, fără mios, ambalat steril	Cu posibilitatea de conexiune 22 mm, cu manetă gonflabilă pentru eșantizarea la fața pacientului, cu fixator pentru CPAP terapie și sistem de ancorare a fixatoarelor, fără mios, ambalat steril	ISO/CE
	Lot 125						
33100 000-1	Canule nazale pentru adulți	130101	Turcia	Plasti Med	Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu lungimea tubului mimin 200 cm	Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu lungimea tubului mimin 200 cm	ISO/CE
	Lot 128						
33100 000-1	Manete pentru masurarea neinvazivă a tensiunii arteriale	NBC-10001E	China	PanSW Med	Cu un canal, marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimic permit dezinfectia, materii nylon și poliuretan	Cu un canal, marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimic permit dezinfectia, materii nylon și poliuretan	ISO/CE
	Lot 139						
33100 000-1	Manete pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale	NBC-10001E	China	PanSW Med	Mărimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică, materialnylon și poliuretan, manget cu un canal compatibil cu aparatele din dotarea secție	Mărimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică, materialnylon și poliuretan, manget cu un canal compatibil cu aparatele din dotarea secție	ISO/CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Dutchmed-M" SRL Adresa: or. Chisinau, bd. Decebal 76, of. 807-808