



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Universitatea de Stat din Moldova
Elena Calmiș Telefonul de contact 022241240E-mail achizitii.usm@gmail.com
ocds-b3wdp1-MD-1594718104118 din 23.07.2020 ora 1:46:00

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
14	38400000-9	Microscop biologic cu cameră	MBL2000-PL-PH+camera 613.31.001	Germania	Kruss/Isolab	Microscop biologic trinocular, Cap optic inclinat, 30-45 grade Reglarea simetrică a distanței ochilor min (55 - 75 mm), Compensare Dioptre cu scară REVOLVER Quadruple OBJECTIVE plan acromatice 4x 0,10 NA, 17,04 mm -distanță de lucru 10x 0,25 NA, 8,05 mm - distanță de lucru 40x 0,65 NA, 0,32 mm -distanță de lucru 100x 1,25 NA, 0,13 mm -distanță de lucru Oculare10x, distanță focală 25 mm Condensar Abbe, lentilă dublă, NA 1,25, cu centrare, reglare înălțime și suport filtru ILUMINARE Bec cu halogen 6 V 20 W (sau 30 W) cu control al luminozității. LED pentru modele cu LED-ul. Cu o scară de memorie incrementată de 0,1 mm, domeniul de mișcare stânga-dreapta 71-75 mm, înapoi înapoi 30-40 mm. STAND din metal cu buton coaxial grosier / fin cu o rază de acțiune de 25-35 mm fiecare. Butonul de reglare grosier drept- cu ajustare a mobilității, butonul de reglare grosier stânga- cu reglare de focalizare rapidă. Metoda de contrast: darkfieldphase contrasttransmitted light brightfield Setul de livrare să includa camera digitală compatibilă cu microscop, cu rezoluția min 8MPx, spectru 380-650nm, ROI A&M, USB și soft pentru conectarea la calculator.	Microscop biologic trinocular, Cap optic inclinat, 30-45 grade Reglarea simetrică a distanței ochilor min (55 - 75 mm), Compensare Dioptre cu scară REVOLVER Quadruple OBJECTIVE plan acromatice 4x 0,10 NA, 17,04 mm -distanță de lucru 10x 0,25 NA, 8,05 mm - distanță de lucru 40x 0,65 NA, 0,32 mm -distanță de lucru 100x 1,25 NA, 0,13 mm -distanță de lucru Oculare10x, distanță focală 25 mm Condensar Abbe, lentilă dublă, NA 1,25, cu centrare, reglare înălțime și suport filtru ILUMINARE Bec cu halogen 6 V 20 W (sau 30 W) cu control al luminozității. LED pentru modele cu LED-ul. Cu o scară de memorie incrementată de 0,1 mm, domeniul de mișcare stânga-dreapta 71- 75 mm, înapoi - înapoi 30-40 mm. STAND din metal cu buton coaxial grosier / fin cu o rază de acțiune de 25-35 mm fiecare. Butonul de reglare grosier drept- cu ajustare a mobilității, butonul de reglare grosier stânga- cu reglare de focalizare rapidă. Metoda de contrast: darkfieldphase contrasttransmitted light brightfield Setul de livrare să includă camera digitală compatibilă cu microscop, cu rezoluția min 8MPx, spectru 380-650nm, ROI A&M, USB și soft pentru conectarea la calculator.	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	38400000-9	Microscop biologic cu cameră	Buc	1	45 000,0000	54 000,0000	45 000,00	54 000,00	60 zile
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							45 000,00	54 000,00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu