

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21017372							din 22.01.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației:Echipamente medicale Conform necesitatilor IMSP Institutul de Cardiologie							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1		Bunuri						
		Lotul 1						
		Hydrophilic Guide Wires	42.01.20000 42.01.20001 42.01.20002 42.01.20003 42.01.20004 42.01.20005 42.01.20006 42.01.20007 42.01.20008 42.01.20009 42.01.20011 42.01.20012	China	SCW MEDICATH LTD		Hidrofil-Coated Nitinol Nucleu Caracteristici: Acoperirea hidrofilă oferă o lubrifiere excelentă; Superelastic Nitinol Nucleu de sârmă pentru rezistența la prindere împiedică zdrobirea firului de ghidare; Design de miez conic cu lungime completă pentru o transmisie excelentă a cuplului și flexibilitate; Polimerul special acoperă performanțele bune la radiopaque; Interval OD 0,025 " - 0,038 ' Lungime Interval 80cm-300cm rigiditatea axului - standart forma vârfului - drept, unghi vezi ANEXA LOTUL 1	CE
		Total lot 1						
33100000-1		Lotul 2						
		PTCA Guide Wires	42.01.30000 42.01.30001 42.01.30002 42.01.30003 42.01.30004 42.01.30005 42.01.30006 42.01.30007	China	SCW MEDICATH LTD		Vârful PT de 3 mm garantează vizibilitatea în timpul proceselor cu raze X Nitinol Nucleu oțel inoxidabil cu PTFE acoperit pe ax Flexibilitate și manevrabilitate Flexibilitate - *Super moale - Talie de șarpe de apă* și *moale*. Diametru - 0,014 " Sarcina de încărcare (g) - 0.7, 3 Lungime (cm) - 190, 300 Tip Tip - Drept, unghi vezi ANEXA LOTUL 2	CE
		Total lot 2						

33100000-1		Lotul 3						
		Hydrophilic Guide Wires	42.01.20000 42.01.20001 42.01.20002 42.01.20003 42.01.20004 42.01.20005 42.01.20006 42.01.20007 42.01.20008 42.01.20009 42.01.20011 42.01.20012	China	SCW MEDICATH LTD		Hidrofil-Coated Nitinol Nucleu Caracteristici: Acoperirea hidrofilă oferă o lubrifiere excelentă; Superelastic Nitinol Nucleu de sârmă pentru rezistența la prindere împiedică zdrobirea firului de ghidare; Design de miez conic cu lungime completă pentru o transmisie excelentă a cuplului și flexibilitate; Polimerul special acoperă performanțele bune la radiopaque; Interval OD 0,025 " - 0,038 ' Lungime Interval 80cm-300cm rigiditatea axului - standart forma vârfului - drept, unghi vezi ANEXA LOTUL 3	CE
		Total lot 3						
33100000-1		Lotul 6						
		RADIOLOGY ANGIOGRAPHIC CATHETER	42.08.11042 42.08.11043 42.08.11044 42.08.11045 42.08.11046 42.08.11047 42.08.11048 42.08.11049 42.08.11050 42.08.11051 42.08.11052 42.08.11053 42.08.11054 42.08.11055 42.08.11056 42.08.11057 42.08.11058 42.08.11059 42.08.11060 42.08.11061 42.08.11062 42.08.11063 42.08.11064 42.08.11065 42.08.11066 42.08.11067 42.08.11068 42.08.11073	China	SCW MEDICATH LTD		1. Diametru interior mare pentru debitul ridicat al mediilor de contrast. 2. Materialul flexibil are un suport excelent și o formă de memorie. 3. Construcția cateterului împletit permite o cuplabilitate bună și o capacitate excelentă de rezistență la kink. 4. Vârful moale va proteja vasul de daune. Fr - 4, 5, 6 Lungime (cm) - 100, 110 configurație - JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5.0, JL5.5, JR3.5, JR4.0, JR4.5, JR5.0, JR5.5, 180 Unghiular, 145 Drept, TIG. vezi ANEXA LOTUL 6	CE
		Total lot 6						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23