

			Specificații tehnice						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1732267172515 / 21314551					Data: „ ” 20	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical – LISTA SUPLIMENTARĂ conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Ac Veress	Ac Veress	10-1105	Germania	Ackermann	Ac Veress L-13cm (+/-5mm), Diametru 2.1 mm, cu supapa, autoclavabil. ♦Reutilizabil, material inox medical.	Ac Veress L-12cm , Diametru 2.0 mm, cu supapa, autoclavabil. ♦Reutilizabil, material inox medical.	DM000453906
33100 000-1	63	Forceps biopsie bronhoscop/laringoscop 2.2 mm	Forceps biopsie bronhoscop/laringoscop 2.2 mm	99066402811	Germania	MTW Endoscopie	Forceps biopsie bronhoscop canal 2.2mm. Pentru canalul de biopsie 2.2mm. Lungimea 110cm – 130cm.Prezentarea mostrelor.	Forceps biopsie bronhoscop canal 2.2mm. Pentru canalul de biopsie 2.2mm. Lungimea 120cm .Prezentarea mostrelor.	DM000436611
33100 000-1	64	Forceps biopsie colonoscop	Forceps biopsie colonoscop	99066502814	Germania	MTW Endoscopie	Forceps biopsie colonoscop diametrul de 2,8-3,2mm, cu ac,lungimea-230cm (+/- 10 mm)	Forceps biopsie colonoscop diametrul de 2,8-3,2mm, cu ac,lungimea-230cm	DM000436611
33100 000-1	65	Forceps biopsie gastroscop	Forceps biopsie gastroscop	99066502815	Germania	MTW Endoscopie	Forceps biopsie gastroscop diametrul de 2,2-2,8mm,cu ac,lungimea: 160 -180 cm	Forceps biopsie gastroscop diametrul de 2,2-2,8mm,cu ac,lungimea: 160 -180 cm	DM000436611
33100 000-1	66	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, 1,0 mm., capat distal	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, 1,0 mm., capat distal	46046010S	Italia	Endomed	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, semirigid, lungimea 600 mm (+/- 10 mm). Diametru 1,0 mm., capat distal tip Alligator	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, semirigid, lungimea 600 mm (+/- 10 mm). Diametru 1,0 mm., capat distal tip Alligator	DM000700798
33100 000-1	67	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, 1,4 mm., cu branse cupe dintate	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, 1,4 mm., cu branse cupe dintate	46076012S	Italia	Endomed	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, semirigid, lungimea 600 mm. Diametru 1,4 mm., cu branse cupe dintate	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, semirigid, lungimea 600 mm. Diametru 1,4 mm., cu branse cupe dintate	DM000700792
33100 000-1	68	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, 1,4 mm., cu branse cupe serate	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, 1,4 mm., cu branse cupe serate	46076012S	Italia	Endomed	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, semirigid, lungimea 600 mm. Diametru 1,4 mm., cu branse cupe serate	Forceps de litoextracție pentru ureterscop, semirigid, lungimea 600 mm. Diametru 1,4 mm., cu branse cupe serate	DM000700792
33100 000-1	72	Histeroscop pentru efectuarea intervențiilor cu funcția de irigare continuă	Histeroscop pentru efectuarea intervențiilor cu funcția de irigare continuă	40 302 NE.HD + 49 010C + 4711310 + 4711300.	Italia	Endomed	Compatibil cu turnul laparoscopic Richard Wolf; autoclavabil; diametru 7mm, (21Fr.); telescop 4 mm (cu unghi 30 grade); cu 4 canale (1 pentru telescop, 1 pentru instrument de dimensiuni 7 Fr., 2 pentru irigare/aspirare);	Compatibil cu turnul laparoscopic Richard Wolf; autoclavabil; diametru 7mm, (21Fr.); telescop 4 mm (cu unghi 30 grade); cu 4 canale (1 pentru telescop, 1 pentru instrument de dimensiuni 7 Fr., 2 pentru irigare/aspirare);	DM000700415, DM000700969, DM000700968, DM000700420
33100 000-1	75	Lamă sterilă de utilizare unică pentru forceps/pensă TERMOCUT	Lamă sterilă de utilizare unică pentru forceps/pensă TERMOCUT	VSU 9000	Franta	Lamidey Noury	Lamă sterilă de utilizare unică pentru forceps/pensă TERMOCUT, Lg 54,5 mm Lamidey Noury Medical	Lamă sterilă de utilizare unică pentru forceps/pensă TERMOCUT, Lg 54,5 mm Lamidey Noury Medical	DM000530455
33100 000-1	96	Pensă pentru biopsii	Pensă pentru biopsii	99066502814	Germania	MTW Endoscopie	Lungime 2300 mm (+/-10mm), de unica folosinta, pentru canal de lucru 2.8 mm.	Lungime 2300 mm, de unica folosinta, pentru canal de lucru 2.8 mm.	DM000436611
33100 000-1	135	Telescop optic 10 mm cu cuplare rapidă HD, compatibil cu OTV - S 200	Telescop optic 10 mm cu cuplare rapidă HD, compatibil cu OTV - S 200	10 314 UA.HD+ 49 010 F	Italia	Endomed	Telescop optic 10 mm, 0°, D= 10 mm, L=300 - 330 mm cu cuplare rapidă HD , compatibil cu OTV - S 200 și ESG 400 existent în instituție, autoclavabil	Telescop optic 10 mm, 0°, D= 10 mm, L=300 - 330 mm cu cuplare rapidă HD , compatibil cu OTV - S 200 și ESG 400 existent în instituție, autoclavabil	DM000701032, DM000700422
33100 000-1	136	Trocar pentru canulă 11 mm (100mm)	Trocar pentru canulă 11 mm (100mm)	120701Z	Italia	Endomed	Trocar pentru canulă 11 mm, 100± 10 mm lungime ce lucru, cu vârf conic, ♦Reutilizabil, material inox medical.	Trocar pentru canulă 11 mm, 100 mm lungime ce lucru, cu vârf conic, ♦Reutilizabil, material inox medical.	DM000701118
33100 000-1	137	Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm)	Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm)	120703Q	Italia	Endomed	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 150± 10 mm lungime de lucru, cu vîrf conic, ♦Reutilizabil, material inox medical.	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 140 mm lungime de lucru, cu vîrf conic, ♦Reutilizabil, material inox medical.	DM000701121

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic In calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durl esti, str. Vasile Lupu 6