

Specificații preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: 21310601

În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului cadru nr. ocds...23328 din 18.10.2024 încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1720528223328 din 09.07.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea dispozitivelor medicale conform Programului Național de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2025-2027

Data: „13” noiembrie 2024

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:

Lot: 1,2,3

Pagina:1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimată
1	2		3		4	5	6	7	8	9	
33100000-1	1	Xpert HCV Viral Load	Xpert HCV Viral Load	teste	8,600	392.97	424.4076	3,379,542.00	3,649,905.36	60% martie 2025; 40% octombrie 2025	2,651,666.67
33100000-1	2	Xpert HBV Viral Load	Xpert HBV Viral Load	teste	7,780	392.97	424.4076	3,057,306.60	3,301,891.13	60% martie 2025; 40% octombrie 2026	2,398,833.33
33100000-1	3	Xpert Check, N5	Xpert Check, N5	cutie	2.00	11,868.12	12,817.5696	23,736.24	25,635.14	I tranșă: martie2025	20,000.00
						TOTAL Oferta		6,460,584.84	6,977,431.63		

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Gabriela Anghel

În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: Medist Grup SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea

Numărul licitației:			21310601					Data: 13 noiembrie 2024		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului cadru nr. ocds...23328 din 18.10.2024 încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1720528223328 din 09.07.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea dispozitivelor medicale conform Programului Național de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2025-2027					Lot:1,2,3		Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2			3	4	5	6	7	8	
33100000-1	1	Xpert HCV Viral Load	Xpert HCV Viral Load	GXHCV-VL-CE-10	Suedia	Cepheid	Teste pentru determinarea încărcăturii virale HCV utilizând platforma GeneXpert pentru 2024. Instrucțiunea de utilizare să fie prezentată la momentul livrării. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . În cutii a câte 10/15/20/25 de teste.Certificat ISO pentru IVD, Certificat CE și precalificare OMS (Pentru testele care nu sunt precalificate de OMS prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător). Determinarea cantitativă a genotipurilor VHC 1–6 în intervalul de la 10 la 1.000.000 UI/ml.	Teste pentru determinarea încărcăturii virale HCV se utilizează pe platforma GeneXpert pentru 2024. Instrucțiunea de utilizare va fi prezentată la momentul livrării. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului sunt indicate pe ambalaj și coincid cu cele de pe eticheta produsului . În cutii a câte 10 teste. Se va prezenta odată cu livrarea mărfii: Certificat ISO pentru IVD, Certificat CE și precalificare OMS. Determinarea cantitativă a genotipurilor VHC 1–6 în intervalul de la 10 la 1.000.000 UI/ml.	ISO; CE	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	2	Xpert HBV Viral Load	Xpert HBV Viral Load	GXHBV-VL-CE-10	Suedia	Cepheid	Teste pentru determinarea încărcăturii virale HBV utilizând platforma GeneXpert pentru 2024. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. În cutii a câte 10/15/20/25 de teste. Certificat ISO pentru IVD, Certificat CE și precalificare OMS (Pentru testele care nu sunt precalificate de OMS prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător). Limita de detecție 10 IU/ml.	Teste pentru determinarea încărcăturii virale HBV se utilizează pe platforma GeneXpert pentru 2024. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului. Se va prezenta Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. În cutii a câte 10 teste. Se va prezenta Certificat ISO pentru IVD, Certificat CE. Limita de detecție 10 IU/ml.	ISO; CE
33100000-1	3	Xpert Check, N5	Xpert Check, N5	XPERTCHECK-CE-5	Suedia	Cepheid	Xpert Check, N5. Teste pentru efectuarea testului de calibrare/mentenanță a modulelor din platforma GeneXpert 2024. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Xpert Check, N5. Teste pentru efectuarea testului de calibrare/mentenanță a modulelor din platforma GeneXpert 2024. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	ISO; CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**