

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712230427732 din 11 apr 2024, 16:08 - 14 apr 2024, 16:08

Obiectul achiziției: Frigider combinat cu congelator de laborator

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
39711110-3	1	Frigider combinat cu congelator de laborator	EKT-D 425	Turcia	Emsas	<p>Cerințe generale: Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Lățimea sau adâncimea maxim 700 mm Capacitate: Frigider: 200 +/- 5 lit; Congelator: 100 +/-5 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. Rafturi minim 3 + 3; Alimentare / Tensiune: 220-230V; Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție minim 12 luni; Izolație fără HCFC și CFC</p>	Pe picioare / role: 2 riti cu frina montate în partea din față și 2 roti simple montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între 0 °C și +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -25 °C; Acuratețe: 0,1°C; Dimensiuni: 600x640x2000mm Capacitate: Frigider: 230 lit; Congelator: 80 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. Rafturi minim 3 + 3; Alimentare / Tensiune: 220-230V; Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție minim 12 luni; Izolație fără HCFC și CFC	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**