

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție: 21015980 din 09 decembrie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	71	71.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurii (HME)	MN137P	Morton	Turcia	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic. Codul Produsului: MN137P Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7

