

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21565550 din 16.03.2026

Obiectul de achiziție: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027 (reofertare 8) pentru anul 2026

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 64						
Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) 130900	EM-100	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co., Ltd	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) Cod 130900 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril. Parametru Specificație Electric obligatoriu Timp funcționare, min ≥15 Putere, W ≥100 Greutate, gr ≤3000 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C Viteza de rotație, r.p.m ≥600 Zgomot (db) ≤75 Mecanism de blocare obligatoriu Carcasă sterilizabilă obligatoriu Baterii ≥2 Indicator stare baterie obligatoriu Stație încărcare baterii da, codul produsului Accesorii, adaptoare Broșe Kirschner, de găurit	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) Cod 130900 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril. Parametru Specificație Electric obligatoriu Timp funcționare, min ≥15 Putere, W 200 Greutate, gr ≤3000 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C Piesă de mână (canulată) 0-1200 rpm Frunziș osos 0-1200 rpm Frunziș alezori acetabular 0-300 rpm Frunziș cu fir Kirschner 0-1200 rpm Zgomot (db) ≤ 60dB (A) Mecanism de blocare obligatoriu Carcasă sterilizabilă obligatoriu Baterii 2 Indicator stare baterie - NU Stație încărcare baterii da, Accesorii, adaptoare Broșe Kirschner, de găurit	DM000691172
Total lot 64						
Lotul 65						
Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) 130910	EM-100-2	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co., Ltd	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Specificație Piesa de mână Electric obligatoriu Multifuncțional obligatoriu Putere, W ≥100 Greutate, gr ≤3500 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C Viteza maximă de rotație, r.p.m ≥600 Zgomot (db) ≤75 Mecanism de blocare obligatoriu Carcasă sterilizabilă obligatoriu Baterii ≥2 Indicator stare baterie obligatoriu Stație încărcare baterii obligatoriu	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Specificație Piesa de mână Electric obligatoriu Multifuncțional obligatoriu Putere, W 200 Greutate, gr ≤3500 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C Zgomot (db) ≤60 Mecanism de blocare obligatoriu Carcasă sterilizabilă obligatoriu Baterii 2 Indicator stare baterie obligatoriu NU Stație încărcare baterii -1	

Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) 130910	EM-100-2	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.,Ltd	Accesorii/adaptoare Ferestrău oscilant Cap rotativ 360 ° da Frecvența r.p.m ≥ 10000 Sterilizare, autoclavare da Ferestrău alternativ Frecvența r.p.m ≥ 10000 Sterilizare, autoclavare da Freză de alezaj Viteza de rotație reglabilă Sterilizare, autoclavare da Perforatoare obligatoriu Alte adaptoare opțional Accesorii Lame pentru ferestru 1 set, să se indice codul produsului Lame pentru ferestru alternativ 2 buc., să se indice codul produsului Burghie 1 set, să se indice codul produsului Cheie pentru fixare burghie 1 buc., să se indice codul produsului Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc., să se indice codul produsului Container pentru sterilizare 1 buc., să se indice codul produsului	Accesorii/adaptoare Ferestrău oscilant Cap rotativ 360 ° da Sterilizare, autoclavare da Freză de alezaj Viteza de rotație reglabilă Sterilizare, autoclavare da Perforatoare obligatoriu Alte adaptoare opțional SET: 1 bucată piesă de mână multifuncțională 2 bucăți baterii litiu 2 bucăți carcase aseptice 2 bucăți inele de transfer aseptice 1 bucată încărcător 1 bucată adaptor ferăstrău oscilant 1 bucată adaptor ferăstrău alternativ 1 bucată adaptor burghiu pentru oase 1 bucată adaptor perforator 1 bucată adaptor șurubelniță K 4 bucăți lame de ferăstrău 5 bucăți burghie 1 bucată tavă de sterilizare 1 bucată cheie mandrină 1 bucată geantă de transport	ISO, CE
Total lot 65						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23