

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Institutul de Neurologie și Neurichirurgie „Diomid Gherman”

Numărul achiziției comerciale: 21018466, ocds-b3wdp1-MD-1579786394071.							Data: 28.01.2020	Alternativa 1
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și Reactive pentru laborator clinic.							Lot:	pag. 1 din 3
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot de reagenți pentru analizatorul biochimic SELECTRA PRO XS.								
1	33600000-6	Glukoza SL	Gluko-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	concentrația 5,56mmol/l; linearitatea 400 mg/dl; reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml la analizator, valabilitatea nu mai puțin de 8 luni; ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-250ml	Glukoza , (amb. 50-500ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
2	33600000-6	AST	AST-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea, utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-150ml	AST , (amb. 50-150ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
3	33600000-6	ALAT	ALT-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-150ml	ALT , (amb. 50-150ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
4	33600000-6	Amilaza SL	Amylo D-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-100ml	Amilaza , (amb. 50-100ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
5	33600000-6	Lipaza	Lipase-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	-, factor p/u calcul 2130, reagenți lichizi, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-100ml	Lipaza , (amb. 50-100ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
6	33600000-6	Cholesterol SL	Chol-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	linearitatea 500mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-250ml	Cholesterol , (amb. 50-250ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
7	33600000-6	Calciu	Calcium Ars-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	linearitatea 4mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-150ml	Calciu , (amb. 50-100ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
8	33600000-6	Bilirubin total + direct	Bili DT-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	linearitatea 20mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea, utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, ENISO911: 1994, ambalaj: 50-150ml	Bilirubin total + direct , (amb. 50-150ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
9	33600000-6	Creatinina	Crea Kinetic-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	linearitatea 5mg/dL reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-150ml	Creatinina , (amb. 50-150ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
10	33600000-6	Urea UV SL	Ure UV - DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-150ml	Urea UV , (amb. 50-150ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
11	33600000-6	Proteina totală	Prote-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	linearitatea 100g/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-150ml	Proteina totală , (amb. 50-150ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
12	33600000-6	Cloride	Chlor-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	linearitatea 461,5mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-150ml	Cloride , (amb. 50-150ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
13	33600000-6	Fe seric	Iron Ferr-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	cinetic, concentrația 1mg/l; linearitatea 5mg/l, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE-Marca, ambalaj: 50-150ml	Fe seric , (amb. 50-150ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
14	33600000-6	Acid uric	Uric Acid-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent, la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-150ml.	Acid uric , (amb. 50-150ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
15	33600000-6	HDL Gholesterol	Chol HDL-Direct. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-100ml	HDL Cholesterol , (amb. 50-100ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
16	33600000-6	Magneziu	Magne-DAC Lq	Moldova	Dac-Spectromed	reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent, la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca ambalaj: 50-150ml	Magneziu , (amb. 50-150ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.

17	33600000-6	Fosfor	Phosph-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	linearitatea 1.62mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent, la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-150ml	Fosfor , (amb. 50-150ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
18	33600000-6	Material de control normal în baza de ser uman	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca	Material de control normal în baza de serului uman, (fl 5ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
19	33600000-6	Material de control patologic în baza de ser uman	Sera hP-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca	Material de control patologic în baza de serului uman, (fl 5ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
20	33600000-6	Calibrator universal	Multi H St - DAC	Moldova	Dac-Spectromed	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca	Calibrator universal în baza de serului uman, (fl 3ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
21	33600000-6	Proba cu timol	Tymol-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca, ambalaj: 50-100ml	Proba cu timol , (fl 11ml=500ml regent de lucru). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
22	33600000-6	Fosfotaza alcalina	ALP-DEA-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	linearitatea 5mg/l; reagenți lichizi ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-100ml	Fosfotaza alcalină , (amb. 50-100ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
23	33600000-6	Trigliceride	TG-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	cinetic; reagenți lichizi; concentrația 2.28mmol/l, linearitatea 9,12mmol/l; valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-100ml	Trigliceride , (amb. 50-100ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
24	33600000-6	Albumina	Albu-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	cinetic; reagenți lichizi; concentrația 2.28mmol/l, linearitatea 9,12mmol/l; valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-100ml	Albumina , (amb. 50-100ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.
25	33600000-6	Gamma-glutamyltransferase	GGT-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	cinetic; reagenți lichizi; concentrația 2.28mmol/l, linearitatea 9,12mmol/l; valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: 50-100ml	Gamma-glutamyltransferase , (amb. 50-100ml). Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XS.	ISO, CE.

Lot de reagenți pentru Fotocolorimetru.

1	33600000-6	Proteină totală în LCR (calitativ + cantitativ)	Sulfo-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	ISO-9001, BS EN, ISO 9001:1994, CE Marca	Proteină totală în LCR (calitativ + cantitativ), set 200ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33600000-6	Proteina totala in urina	Prot Ure-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	ISO-9001, BS EN, ISO 9001:1994, CE Marca	Proteină totală în urină), set 250ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Lot de reagenți pentru analizatorul imunologic Stat-Fax 303.

1	33600000-6	HBsAg	HBsAg	China	WT	ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: set	HBs Ag . Metoda Elisa. Conform specificării tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură buc echivalent test.	ISO, CE.
2	33600000-6	Anticorpi Anti HCV	HCV-Ab	China	WT	ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca, ambalaj: set	Anticorpi Anti HCV . Metoda Elisa. Conform specificării tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură buc echivalent test.	ISO, CE.

Reagenți și consumabile pentru cercetarea sistemului de hemostază, analizator Coatron M 2; CA-02.

1	33600000-6	Timp de Protrombin	Prothrombin-DAC-mono ISI	Moldova	Dac-SpectroMed	1fl x 10ml	Timp de Protrombin, 1fl x 10ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33600000-6	Plasmă de control patologic (nivel jos) Protrombin	Control Plasma L1	Moldova	Dac-SpectroMed	1fl x 1ml	Plasmă de control patologic (nivel jos) Protrombin, (1fl x 1ml). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33600000-6	Plasmă de control normal (nivel normal) Protrombin	Control Plasma L2	Moldova	Dac-SpectroMed	1fl x 1ml	Plasmă de control normal (nivel normal) Protrombin, (1fl x 1ml). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33600000-6	Calibrator	Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Certificat de calitate	Calibrator, (1fl x 1ml). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33600000-6	Fibrinogen Clauss	Fibrinogen-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Certificat de calitate	Fibrinogen Clauss. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Expres teste diagnostice și consumabile pentru analiza de rutină a urinei la analizatorul Cybow Reader 300 (sistem închis).

1	33600000-6	Teste pentru determinarea rapidă a 11 parametri în urină la aparatul Reader 300	DAC-11	Moldova	Dac-Spectromed	1.Autorizație de la producător. 2.ISO, CE Marca	Teste pentru determinarea rapidă a 11 parametri în urină la aparatul Reader 300	ISO, CE.
2	33600000-6	Material de control pentru analizatorul de urina Reader	Uri-Control-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	1.Autorizație de la producător. 2.ISO, CE Marca	Material de control pentru analizator urina Reader 300.	ISO, CE.

Lot de reagenți pentru investigații serologice.

1	33696500-0	CRP latex	CRP-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca. ambalaj: set	CRP Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură buc echivalent test.	ISO, CE.
2	33696500-0	RF latex	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca. ambalaj: set	RF Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură buc echivalent test.	ISO, CE.
3	33696500-0	ASO	ASLO-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994, CE Marca. ambalaj: set	ASO Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură buc echivalent test.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**
În calitate de: **Director firmă**
Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**
Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**