

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА"

105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 1, этаж 2, помещение XXI, комната 8

Адрес осуществления деятельности: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.7, помещение II

Телефон/факс: +7 495 791 78 83, +7 498 661 61 35

e-mail: mail@energodiagnostika.ru <http://www.energodiagnostika.ru>

Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.310546

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ

№ С-ВЯП/15-12-2025/488593288

Действительно до

14 декабря 2026 г.

Средство измерений: Приборы магнитометрические для определения концентрации напряжений "ИКН"

регистрационный № 20675-11

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер: 5М-32-052

в составе со сканирующим устройством: Тип 1-8М (№ 1-8М-710), Тип 11-6К (№ 057), Тип 6-12 (№ 6-12-111),

(если в состав СИ входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и указываются заводские номера)

Тип 4

поверено на измерения напряженности магнитного поля в диапазоне $\pm (10 \div 1999)$ А/м

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с методикой поверки ИКН.000.000.000 РЭ, приложение "2"

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: регистрационный № 28808-05, мера магнитной индукции УКМ-1, зав. № 01,

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

2 разряд, ПГ $\pm 1,5$ %

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: атмосферное давление 99 кПа,

перечень влияющих факторов, при которых

температура окружающего воздуха 21 °С, относительная влажность 43 %

проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению

ненужное зачеркнуть

Знак поверки



Номер записи сведений . 488593288

о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-488593288>

Генеральный директор

должность руководителя
или уполномоченного лица

Дубов А.А.

фамилия, инициалы

Поверитель: Дубов А.А.

Дата поверки

15 декабря 2025 г.