

**SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Institutul Oncologic**

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1678433436702 / 21075478	din 20 martie 2023
Obiectul de achiziției:	Mentenanță la sterilizator cu aburi și unitate de decontaminare	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
1	33190000-8	Sterilizator cu aburi pentru dispozitive ambalate S1008-E2, Prod. Matachana Group, Anul 2014	S1008-E2	Matachana	Spania	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Planul de mentenanță anual se va efectua conform recomandărilor producătorului și graficul de efectuare a lucrărilor - semestrial; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive
2	33190000-8	Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor chirurgicale MAT LD521 XLS, Prod. Matachana Group, Anul 2014	MAT LD521 XLS	Matachana	Spania	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Planul de mentenanță anual se va efectua conform recomandărilor producătorului și graficul de efectuare a lucrărilor - semestrial; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**