



Destinatar:  
Tel./Fax:  
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.  
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău  
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222  
e-mail: info@ecochimie.md

Universitatea de Stat din Moldova  
Elena Calmiș Telefonul de contact 022241240E-mail achizitii publice.usm@gmail.com  
ocds-b3wdp1-MD-1635760297470 din 17.11.2021

### Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4,1	38000000-5	Sterilizator cu aer ferbinte	HAS-T70	China	Biobase	Volumul de lucru , nu mai puțin de 70 litri. Temperatura maximala 250 C. Dimensiunile camerei de lucru nu mai mic de 40x37x47(h) cm, consum electric nu mai mare de 1100 W, Rafturi reglabile dupa nivele: min 2, convecția forțata, setarea temperaturii : prin microprocesor cu pasul de reglarea temperaturii: 0.1 C, fluctuarea temperaturii: ≤ ±0.5C materialul camerei de lucru – inox marca 304, materialul carcasei exterioare – oțel vopsit, alimentarea 220V, priza europeana perioada de garantie min 12 luni	Volumul de lucru , nu mai puțin de 70 litri. Temperatura maximala 250 C. Dimensiunile camerei de lucru nu mai mic de 40x37x47(h) cm, consum electric nu mai mare de 1100 W, Rafturi reglabile dupa nivele: min 2, convecția forțata, setarea temperaturii : prin microprocesor cu pasul de reglarea temperaturii: 0.1 C, fluctuarea temperaturii: ≤ ±0.5C materialul camerei de lucru – inox marca 304, materialul carcasei exterioare – oțel vopsit, alimentarea 220V, priza europeana perioada de garantie min 12 luni	ISO, CE Marca
4,2	38000000-5	Sterilizator de aer uscat	GP-80	Ucraina	MIZ-MA	Volumul de lucru , nu mai puțin de 80 litri. Temperatura maximala 250 C.,4 regimuri de sterilizare presetate: 1) 85C/30min.2) 120C/45min, 3) 160C/150min, 4) 180C/60min Dimensiunile camerei de lucru nu mai mic de 57x32x44(h) cm, consum electric nu mai mare de 3 kW, Rafturi reglabile dupa nivele: min 2, convecția forțata, setarea temperaturii : prin microprocesor, fluctuarea temperaturii: ≤ ±3 C, materialul camerei de lucru – inox marca 304, materialul carcasei exterioare – oțel vopsit, perioada degarantie min 12 luni	Volumul de lucru , nu mai puțin de 80 litri. Temperatura maximala 250 C.,4 regimuri de sterilizare presetate: 1) 85C/30min.2) 120C/45min, 3) 160C/150min, 4) 180C/60min Dimensiunile camerei de lucru nu mai mic de 57x32x44(h) cm, consum electric nu mai mare de 3 kW, Rafturi reglabile dupa nivele: min 2, convecția forțata, setarea temperaturii : prin microprocesor, fluctuarea temperaturii: ≤ ±3 C, materialul camerei de lucru – inox marca 304, materialul carcasei exterioare – oțel vopsit, perioada degarantie min 12 luni	ISO, CE Marca

### Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4,1	38000000-5	Sterilizator cu aer ferbinte	Bucată	1	18.000,0000	21.600,0000	18.000,00	21.600,00	30 de zile după semnarea contractului
4,2	38000000-5	Sterilizator de aer uscat	Bucată	1	16.500,0000	19.800,0000	16.500,00	19.800,00	30 de zile după semnarea contractului
<b>Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)</b>							<b>34.500,00</b>	<b>41.400,00</b>	

- 1 Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- 2 Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- 3 Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- 4 Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- 5 Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- 6 Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80%.
- 7 Certificatele de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- 8 Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- 9 Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,  
Cu respect,  
directorul SRL "ECOCHIMIE"  
Nicolae Iurcu

