

			Specificații tehnice						
			el va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele						
Numărul licitației:			LP nr. LP nr.21467434 ocds-b3wdp1-MD-1755260860983 din 15,08,2025					Data: „12” septembrie 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026					Lot: 2,5,9,10,11,15-18, 20, 22, 28, 31, 33, 37, 42-49, 53, 54, 56-58, 60, 63, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81,	Pagina: 1 din 18
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4,00	5	6	7	8
33100 000-1	2	Banda Shirmer nr.100	Banda Shirmer nr.100	Bio Shirmer strips	India	BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD.	Benzi OFTALMalmice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)	Benzi OFTALMalmice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)	DM000644366
33100 000-1	5	Burete absorbant oftalmic	Burete absorbant oftalmic	Sspears #70001	Grecia	SIDAPHARM P.C.	Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tupfer oftalmologice), din PVA (Polyvinyl alcohol) celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi,	Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tupfer oftalmologice), din PVA (Polyvinyl alcohol) celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi. Catalog, p.14	DM000623812
33100 000-1	9	Brilliant blue	Brilliant blue	BRILLIANT BLUE BIO BLUE™ 90	India	BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD.	solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml), colorant pentru uz intraocular seringă preumpluta cu canula	solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml), colorant pentru uz intraocular seringă preumpluta cu canula	DM000706080
33100 000-1	10	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular	MMD-788	Italia	Micromed	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	CE
33100 000-1	11	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular	MMD-781	Italia	Micromed	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	CE
33100 000-1	15	Canula cu vârf moale la polisare 27G	Canula cu vârf moale la polisare 27G	#175005	USA	SURGISTAR INC.	Canula cu vârf moale la polisare 27 G, angulata la 7 - 10 mm de la varf, 40 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare. Catalog, p.35	Canula cu vârf moale la polisare 27 G, angulata la 7 mm de la varf, 40 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare. Catalog, p.35	DM000792781
33100 000-1	16	Canula getabila 23G, angulată	Canula getabila 23G	#125009	USA	SURGISTAR INC.	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog, p.39	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 9 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog, p.39	DM000792813
33100 000-1	17	Canula getabila 25G, angulată	Canula getabila 25G	#121280	USA	SURGISTAR INC.	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog, p.34	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. Ctalog, p.34	DM000792778
33100 000-1	18	Canula getabila 27G, angulată	Canula getabila 27G	#125026	USA	SURGISTAR INC.	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog, p.39	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. Catalog, p.39	DM000792814

33100 000-1	20	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția	#125162	USA	SURGISTAR INC.	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata la 6-8 mm, BOND, steril	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata la 7 mm, BOND, steril, Catalog, p.37	DM000792801
33100 000-1	22	Capsuloretractor	Capsuloretractor, set din 5	MIPL/D8	India	Madhu Instruments PVT.LTD	Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril, set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.	Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril, set din 5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.	DM000391840
33100 000-1	28	Cirlige iriene (Iris retractors)	Cirlige iriene (Iris retractors)	IRIS RETRACTOR	India	BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD.	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.	DM000565015
33100 000-1	31	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	Akreos Adapt AO AO60PLC	SUA	BAUSCH & LOMB INCORPORATED	Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrică +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrică +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Catalog, p.11	DM000558850

33100 000-1	32	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcate în injector	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcate în injector	Akreos Adapt AO Preloaded AO60PLC	SUA	BAUSCH & LOMB INCORPORATED	Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refracție - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 - 1,0 D, gama dioptrică +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcate în injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru.	Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refracție - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrică +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcate în injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru. Ctalog, p.11	DM000558850
33100 000-1	33	Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen în haptica	Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen în haptica	SC6530	India	Aurolab	Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm. Angulația hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrică: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Optic biconvex, 6,5 mm, haptica 13,0 mm. Angulația hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,5. Gama dioptrică: +6,0D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Catalog, p.4	DM000622445

33100 000-1	35	Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosiță	Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosiță	B-lens	Israel	HANITA LENSES R.C.A LTD.	Pe suport, LIO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic, optica=6,0 mm, BiConvex 1-1=12,5 mm, tip C, Constanta A: metoda biometrică - 118,2, metoda prin imersie - 118,5. Indice de refractie 1.46. Gama dioptrică: +1,0D - +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 1.0 -+ 8.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cu injector unica folosiță compatibil cu cristalinul cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosiță cu cristaline foldabile incorporate. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Pe suport, LIO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic, optica=6,0 mm, BiConvex 1-1=12,5 mm, tip C, Constanta A: metoda biometrică - 118,2, metoda prin imersie - 118,5. Indice de refractie 1.46. Gama dioptrică: +1,0D - +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 1.0 -+ 8.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cu injector unica folosiță compatibil cu cristalinul cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosiță cu cristaline foldabile incorporate. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	DM000322503
----------------	----	---	---	--------	--------	--------------------------------	---	---	-------------

33100 000-1	36	Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcata in injector	Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcata in injector	SecLens AF	Israel	HANITA LENSES R.C.A LTD.	Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 -+ 10.0D, + 30.0 -+ 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcata in injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 -+ 10.0D, + 30.0 -+ 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcata in injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	DM000322509
----------------	----	---	---	------------	--------	--------------------------------	--	--	-------------

33100 000-1	37	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Bunny Lens AF	Israel	HANITA LENSES R.C.A LTD.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16-118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	DM000823000
----------------	----	--	---	------------------	--------	--------------------------------	--	---	-------------

33100 000-1	38	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Bunny Lens AF	Israel	HANITA LENSES R.C.A LTD.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A - constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D până la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A - constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D până la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	DM000823000
----------------	----	--	---	------------------	--------	--------------------------------	--	---	-------------

33100 000-1	41	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarc	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarc	SeeLens HP EZE	Israel	HANITA LENSES R.C.A LTD.	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.9. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35.0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarc in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35.0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarc in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor.	DM000322528
33100 000-1	42	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala)	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala)	MVR Lance 20G	India	SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2-1.3 mm (20 G) cu tăiș bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. (Scleral Knife)	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2 (20 G) cu tăiș bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. (Scleral Knife). Catalog, p.4	DM000761091
33100 000-1	43	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade	Straight SP-45.0	India	SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port)	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port). Catalog, p.3	DM000761011
33100 000-1	44	Cutit oftalmic chirurgical model crescent 60 grade	Cutit oftalmic chirurgical model crescent	CRESCENT BEVEL UP 2.3 mm MCU 26	Japonia	MANI, INC.	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , teșita în sus, satinat, steril	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.3 mm, angulat , teșita în sus, satinat, steril. Catalog,p.8	DM000303795

33100 000-1	45	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm	Slit Angled SB1,2 KR 12	India	SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED	Cuțit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2-1.4 mm cu tăiș lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lățimea tăietoare - 0,2-0,3mm (Slit Knife)	Cuțit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2 mm cu tăiș lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 mm, lățimea tăietoare - 0,2 mm (Slit Knife). Catalog, p.3	DM000761020
33100 000-1	46	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm	SLIT ANGLED SB 2.6MM	India	SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED	Cuțit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cuțit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - otel inoxidabil (aleaj - austenit	Cuțit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cuțit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - otel inoxidabil (aleaj - austenit Catalog, p.3	DM000761028
33100 000-1	47	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	MSL27	Japonia	MANI, INC.	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES)	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES). Catalog, p.3	DM000303785
33100 000-1	48	Cuțit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	Cuțit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	SLIT ANGLED DB 2.2MM KR DB 22	India	SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED	Cuțit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	Cuțit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel) Catalog, p.3	DM000761043
33100 000-1	49	Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm	Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm	MRS55	Japan	Mani Inc.	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru largirea inciziei de baza in chirurgia cataractei). Cuțit satinat, angulat, cu lățimea lamei de 5,5 mm, cu tăiș lateral, dublu teșit, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet. (Implant Knife)	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru largirea inciziei de baza in chirurgia cataractei). Cuțit satinat, angulat, cu lățimea lamei de 5,5 mm, cu tăiș lateral, dublu teșit, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet. (Implant Knife). Catalog, p.9	DM000303792

33100 000-1	53	Hialuronat de sodiu 1%	Hialuronat de sodiu 1%	BioHyalur 1ml	India	BIOTECH OPHTHALMICS PVT. LTD.	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă, apirogenă. Viscozitate circa 300.000 mPas osmolitate 270-400mOsm/kg	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă, apirogenă. Viscositate între 300.000 - 450.000 mPas osmolitate 270-400mOsm/kg	DM000570531
33100 000-1	54	Hialuronat de sodiu 1,4%	Hialuronat de sodiu 1,4%	BioHyalur plus	India	BIOTECH OPHTHALMICS PVT. LTD.	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară. în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă.	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară. în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă.	DM000644302
33100 000-1	56	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip CionniInel capsular de tensiune	CC10LR	India	Aurolab	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril	DM000530476
33100 000-1	57	Inel intracapsular steril 10/11	Inel intracapsular steril	CTR 10 CTR 11	India	Aurolab	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm	DM000530471 DM000530472
33100 000-1	58	Inel intracapsular steril 12/13	Inel intracapsular steril	CTR 12 CTR 13	India	BIOTECH OPHTHALMICS PVT. LTD.	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm	DM000644352 DM000644353
33100 000-1	60	Marcher chirurgical	Marcher chirurgical	SKIN MARKER	Belgia	SMI AG	Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia OFTALMmică, fiecare ambalată sterilă) cu vârful Tip Ultra fin (0,5 mm)	Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia OFTALMmică, fiecare ambalată sterilă) cu vârful Tip Ultra fin (0,5 mm)	DM000577471
33100 000-1	63	Perfluoro-decalin	Perfluoro-decalin	Dk-line	SUA	BAUSCH & LOMB INCORPORATED	sol. perfluorocarbon sterilă, preincarcata in seringa de 7 ml.	sol. perfluorocarbon sterilă, preincarcata in seringă de 7 ml.	DM000323261
33100 000-1	72	Trepane pentru transplant de corneă jetabile	Trepane pentru transplant de corneă jetabile donor	VACUUM TREPINE PUNCHES	USA	SURGISTAR INC.	Trepane pentru transplant de corneă jetabile (de unică folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0- 9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepta).	Trepane pentru transplant de corneă jetabile (de unică folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0- 9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepta).	DM000696016-DM000696030
33100 000-1	73	Trepane pentru transplant de corneă jetabile	Trepane pentru transplant de corneă jetabile recipient	ADVANCED RADIAL VACUUM TREPINES	USA	SURGISTAR INC.	Trepane pentru transplant de corneă jetabile (de unică folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0- 8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta).	Trepane pentru transplant de corneă jetabile (de unică folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0- 8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta).	DM000696031-DM000696041
33100 000-1	75	Ulei de Silicon 1300 cSt	Ulei de Silicon 1300 cSt	MMD-686/ MMD-686A	Italia	Micromed	Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativă 0,96-0,98 g/cm3), in seringă preincarcata sterilă de 10 ml	Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativă 0,96-0,98 g/cm3), in seringă preincarcata sterilă de 10 ml	DM000836549

33100 000-1	76	Ulei de Silicon 5700	Ulei de Silicon 5700	Oxane 5700	SUA	BAUSCH & LOMB INCORPORATED	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată	DM000363986
33100 000-1	79	Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringă 0.3 - 0.5 ml	Viscoelastic in seringă 0.3 - 0.5 ml	Bio Hyalur CS	India	BIOTECH OPHTHALMICS PVT. LTD.	Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringă 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular	Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringă 1,0 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular	DM000571824
33100 000-1	80	Viscoelastic în seringă 1ml	Viscoelastic în seringă 1ml	Bio Hyalur CS	India	BIOTECH OPHTHALMICS PVT. LTD.	Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu solutie chondroitin sulfat 20mg, in seringă de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular.	Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu solutie chondroitin sulfat 20mg, in seringă de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular.	DM000571824
33100 000-1	81	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 2ml	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 2ml	EyeVisc	India	BIOTECH OPHTHALMICS PVT. LTD.	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie OFTALMica in seringă 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscositatea minima 4500 cPs.	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie oftalmica in seringă 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscositatea 5250 - 8750 cPs.	DM000571826
33100 000-1	83	Vopsea pentru capsula anterioara	Vopsea pentru capsula anterioara	Bio Blue	India	BIOTECH OPHTHALMICS PVT. LTD.	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringă (flacon) de unica folosință, cu un fitting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucată	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringă (flacon) de unica folosință, cu un fitting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucată	DM000623761

33100 000-1	84	Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcata cu filtru galben si UV	Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcata cu filtru galben si UV	Mini 4 Yellow Ready Y7560CY	Italia	SIFI S.P.A.	Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcata, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor in cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcata, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor in cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	DM000529741
33100 000-1	85	Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcata.	Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcata.	Mini well ready Z7560CZ	Italia	SIFI S.P.A.	Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preincarcata, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor in cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preincarcata, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cat si a cartusului/injectorului sa fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) si va fi indicat pe ambalajul steril, cat si pe cutie (in cazul livrării produselor in cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	DM000529746

33100 000-1	86	Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarc	Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarc	Mini Well Toric X7560CZ	Italia	SIFI S.P.A.	Cristalin artificial progresiv (EDOF) toric, foldabil preincarc, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opecii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Cristalin artificial progresiv (EDOF) toric, foldabil preincarc, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opecii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	DM000529743
----------------	----	---	---	-------------------------------	--------	-------------	---	---	-------------

33100 000-1	87	Cristalin toric, preincarc	Cristalin toric, preincarc	Mini toric ready V7560CZ	Italia	SIFI S.P.A.	Cristalin artificial toric, foldabil, preincarc, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica., Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opecii 6,0 mm. Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D -*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Cristalin artificial toric, foldabil, preincarc, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica., Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opecii 6,0 mm. Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D -*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	DM000529742
33100 000-1	89	cutit 2,2 incizia de baza	cutit 2,2 incizia de baza	SLIT ANGLED DB 2.2MM KR DB 22	India	Shah EyeCare	Cutit microchirurgical OFTALMalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)	Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiș lateral cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel). Catalog,p.3	DM000761043

33100 000-1	90	cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcate	cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcate	Akreos Adapt AO Preloaded AO60PLC	SUA	Bausch&Lomb	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 118.0 Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcate in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 119.0 Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcate in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	DM000558850
33100 000-1	95	Set piese de Irigare si aspirare bimanuala	Set piese de Irigare si aspirare bimanuala	P 081R / P 0821R	Federatia Rusa	CILITA LTD	Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G	Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G. Catalog, p.54	DM000564981 DM000564988
33100 000-1	96	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina	M 2808	Federatia Rusa	CILITA LTD	Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta	Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta. Catalog, p.65	DM000564992

33100 000-1	100	Cristalin preincarc	Cristalin preincarc	877PAY BI- FLEX	MEDICON TUR MEDICAL ENGINEER ING LTD.	Ungaria	Cristalin preincarc, steril, foldabil din material acrilic hidrofob, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) si +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarc cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tijei, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tijei de insertie contra impingerii accidentale.	Cristalin preincarc, steril, foldabil din material acrilic hidrofob, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) si +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarc cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tijei, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tijei de insertie contra impingerii accidentale.	DM000362900
33100 000-1	101	Vopsea pentru capsula anterioara	Vopsea pentru capsula anterioara	Bio Blue TRYPAN BLUE (0,06% W/V)	India	BIOTECH OPHTHALMICS PVT. LTD.	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare si hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalata într-un blister de calitate medicala cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucata	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare si hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalata într-un blister de calitate medicala cu canula 27G (sterilizare ETO). Flacon= Bucata	DM000623761
33100 000-1	103	Cutit oftalmic pentru incizia de baza chirurgia cataractei lama de 1.2 mm	Cutit oftalmic chirurgical model crescent	CRESCENT BEVEL UP 2.2MM CRU 22	India	SHAH EYE CARE PRIVATE LIMITED	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , dublu tesita in sus, satinat, steril	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2 mm, angulat , dublu tesita in sus, satinat, steril. Catalog. p.3	DM000761013
33100 000-1	104	Test Fluoresceina	Test Fluoresceina	FLUORESC EIN SODIUM OPHTHAL MIC STRIPS USP	India	MADHU INSTRUMENTS PVT. LTD.	Test Fluoresceina.	Test Fluoresceina.	DM000390285

