

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1768564777452 din 16.01.2026**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice.**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	LOTUL 1						
1.1	Amestec de gaz de calibrare (AGC), dintre care:	Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 4)					
1.	Hidrogen H ₂ - 1,50% , restul azot N ₂	3913-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3	ISO
2.	Hidrogen H ₂ - 2,85% , restul azot N ₂	3917-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»	-5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H ₂ ІЕ»	-5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H ₂ ІЕ»	ISO
3.	Hidrogen H ₂ - 90,5% , restul azot N ₂	3940-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3	ISO
4.	Hidrogen H ₂ - 95,25% , restul azot N ₂	3941-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»	-3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34	-3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34	ISO
5.	Oxygen O ₂ - 0,5% , restul azot N ₂	3716-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»	Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125А, п126Б	Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125А, п126Б	ISO
6.	Oxygen O ₂ - 4,5% , restul azot N ₂	3722-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO
7.	Oxygen O ₂ - 9,5% , restul azot N ₂	3728-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO
8.	Hidrogen H ₂ - 1,0% , restul oxygen O ₂	4273-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»	Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă	ISO
9.	Hidrogen H ₂ - 1,9% , restul oxygen O ₂	4272-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO
10.	Oxygen O ₂ - 0,5% , restul hidrogen H ₂	4275-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO
11.	Oxygen O ₂ - 0,9% , restul hidrogen H ₂	4274-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO

12.	Metan CH ₄ - 0,7 % , în aer	3905-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»	Se utilizează la semnalizatoare scurgere de gaze (metan) ГПИ sursa 1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc.	Se utilizează la semnalizatoare scurgere de gaze (metan) ГПИ sursa 1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc.	ISO
13.	Aer poz. 0 ТУ.6-21-5-82	3726-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Сurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și ІЕ «Conțin. H ₂ în aer în ІЕ»	Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Сurgere H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și ІЕ «Conțin. H ₂ în aer în ІЕ»	ISO
1.2	Amestec de gaz de calibrare (AGC), dintre care:				Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 4)		
1.	Hidrogen H ₂ - 97,5% , restul azot N ₂	3942-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»	Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și ІЕ	Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H ₂ » ТГ nr. 1,2,3 și ІЕ	ISO
2.	Hidrogen H ₂ - 95,0% , restul azot N ₂	3940-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO
3.	Oxygen O ₂ - 0,5% , restul hidrogen H ₂	4274-88	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO
4.	Oxygen O ₂ - 0,1% , restul hidrogen H ₂	4274-88	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO
5.	Hidrogen H ₂ - 0,5% , restul azot N ₂	3943-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO
6.	Hidrogen H ₂ - 2,5% , restul azot N ₂	3922-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO
7.	Oxygen O ₂ - 0,5% , restul azot N ₂	3715-87	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO
8.	Oxygen O ₂ - 2,5% , restul azot N ₂	4284-88	Ucraina	ГП «Укрметртестстандарт»			ISO

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

28.01.2026

Funcția: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Academiei, 3**