

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21084318 din 17.09.2023

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea II)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Manseta pentru infuzie rapida, dubla.	43.019.00.013	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, ce poate fi folosit cu una sau doua pungi de solutie perfuzabila succesiv sau alternativ., cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2	Manseta pentru perfuzii Tip pacient Adult Manșeta infuzii 1000 mL lotul 3, 4 p 1 Parametri tehnici limite de măsurare 0-400 (pina la 700) mmHg lotul 3, 4 p.3 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare in AMDM	CE
Total lot 3						
Lotul 4						
Manseta pentru infuzie rapida, simpla	43.018.00.013	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.	Manseta pentru perfuzii Tip pacient Adult Manșeta infuzii 500 mL lotul 3, 4 p 1, 2, 3 Parametri tehnici limite de măsurare 0-400 (pina la 700) mmHg lotul 3, 4 p.3 Caracterisitici tehnice Suport pentru fixare pe stativ lotul 3, 4 p3 geanta: nailon lotul 3, 4 p.2 cuiet: ABS lotul 3, 4 p.2 tub: PVC lotul 3, 4 p. 2 manometru aneroid: ABS lotul 3, 4 p.2 supapă: PVC lotul 3, 4 p.2 supapă inferioară: PVC lotul 3, 4 p.2 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare in AMDM	CE
Total lot 4						
Lotul 20						
Mască respiratorie pentru VAP	51.500.00.030 51.500.00.040 51.500.00.050 51.500.00.060	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr.3-4,5-6/maturi, fara flatanti. cu manson de culoare., desing antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisa (negonflabilă). Disponibil cu/fara inel de fixare.	Mască de respirație, albastră cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu manșetă gonflabilă Material: Dom: Polisulfonă; Manșetă: Silicon; Conector: Silicon; Cârlig: oțel inoxidabil Steril: Nu Marimea 3,4,5,6 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000528353, DM000528354, DM000528355, DM000528356	CE
Total lot 20						

Lotul 136						
Set electrocauter	F4141	Italia	FIAB	Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detasabil.	Miner autoclavabi LUNGIME CABLUL - 300 cm lotul 136 p1 CONECTOR - Valleylab lotul 136 p1 ELECTROD - lama F4060 (L = 69 mm lotul 136 p2) Ø 2,38 mm lotul 136 p1 STERILIZĂRI GARANTATE - 30, lotul 136 p1 cu 2 taste lotul 136 p1 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000466393	CE
Total lot 136						
Lotul 166						
Periuță de dinți pentru pacienți intubați	76.800.80.000	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Periuță de dinți duritate moale , tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță , ambalată individual, pentru igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	Periuțe de dinți nesterile de unică folosință cu pastă de dinți integrată. Pasta de dinți îndeplinește cerințele regulamentului cosmetic german. Ingrediente: pasta de dinti: esente, glizerina, carboximetil-celuloza-natriu, codecil-natriusulfat, natriumbenzol, zaharina, dioxid de siliciu, apa neionizata, sulfat de natriu, sorbitol, monofluor-natriu-fosfat. Domeniu de aplicare: Adult Lungime: 16,5 cm Steril: Nu REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE - nu are certificat CE	ISO
Total lot 166						
Lotul 174						
Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	41.07.14003 41.07.14004 41.07.14005	China	SCW Med cath Ltd	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotica și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata.Conector pentru aspiratie. Capac pentru decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm., cu valva de protectie si control	Balonul de joasă presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanată din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Set: TUB DE TRAHEOSTOMIE, DILATOR, GUIDARE CU AVANCER, I.V. CANULA, BISTURISTUL, SERINGA Single 8.0, 8.5, 9.0 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232559, DM000232560, DM000232561	CE
Total lot 174						

Lotul 175						
Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	41.07.14003 41.07.14004 41.07.14005	China	SCW Medicath Ltd	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata. Capac pentru decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	Balonul de joasă presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanat din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Set: TUB DE TRAHEOSTOMIE, DILATOR, GUIDARE CU AVANCER, I.V. CANULA, BISTURISTUL, SERINGA Single 8.0, 8.5, 9.0 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232559, DM000232560, DM000232561	CE
Total lot 175						
Lotul 176						
Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	41.07.14003 41.07.14004 41.07.14005	China	SCW Medicath Ltd	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata.Conector pentru aspiratie, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm., cu valva de protectie si control	Balonul de joasă presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanat din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Set: TUB DE TRAHEOSTOMIE, DILATOR, GUIDARE CU AVANCER, I.V. CANULA, BISTURISTUL, SERINGA Single 8.0, 8.5, 9.0 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232559, DM000232560, DM000232561	CE
Total lot 176						

Lotul 177						
Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	41.07.14003 41.07.14004 41.07.14005	China	SCW Med cath Ltd	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrata radiopaca, canula interioara nefenestrata. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	Balonul de joasa presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanată din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Set: TUB DE TRAHEOSTOMIE, DILATOR, GUIDARE CU AVANCER, I.V. CANULA, BISTURISTUL, SERINGA Single 8.0, 8.5, 9.0 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232559, DM000232560, DM000232561	CE
Total lot 177						
Lotul 178						
Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata, armata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	41.07.14003 41.07.14004 41.07.14005	China	SCW Med cath Ltd	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata, armata, cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrata radiopaca, canula interioara nefenestrata. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	Balonul de joasa presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanată din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Set: TUB DE TRAHEOSTOMIE, DILATOR, GUIDARE CU AVANCER, I.V. CANULA, BISTURISTUL, SERINGA Single 8.0, 8.5, 9.0 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232559, DM000232560, DM000232561	CE
Total lot 178						

Lotul 192						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	43.004.57.140	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm, cu valva de protectie si control	Sistem de aspirație endotraheal închis safeclean cu blocare camera de irigare, cu posibilitate de curatare a cateter fără lavaj, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Lungime totala: 56 cm Durata: 72 h Material: Componente principale: ABS, PP, NBR-alb, K-Resin, PU, PVC, PC Steril: Da Diametru exterior 14 Fg REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare in AMDM	CE
Total lot 192						
Lotul 193						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	43.004.57.160	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr/5,3mm valva de protectie si control	Sistem de aspirație endotraheal închis safeclean cu blocare camera de irigare, cu posibilitate de curatare a cateter fără lavaj, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Lungime totala: 56 cm Durata: 72 h Material: Componente principale: ABS, PP, NBR-alb, K-Resin, PU, PVC, PC Steril: Da Diametru exterior 16 Fg REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare in AMDM	CE
Total lot 193						
Lotul 194						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	43.004.57.140	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm, cu valva de protectie si control	Sistem de aspirație endotraheal închis safeclean cu blocare camera de irigare, cu posibilitate de curatare a cateter fără lavaj, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Lungime totala: 56 cm Durata: 72 h Material: Componente principale: ABS, PP, NBR-alb, K-Resin, PU, PVC, PC Steril: Da Diametru exterior 14 Fg REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare in AMDM	CE
Total lot 194						

Lotul 195						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, record în "T", pentru 24 ore, endotraheal , 14Fr/4,6mm	43.004.57.140 or 43.004.57.160	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii, 16Fr/5,3mm, cu valva de protectie si control	Sistem de aspirație endotraheal închis safeclean cu blocare camera de irigare, cu posibilitate de curatare a cateter fără lavaj, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Lungime totala: 56 cm Durata: 72 h Material: Componente principale: ABS, PP, NBR-alb, K-Resin, PU, PVC, PC Steril: Da Diametru exterior 14 Fg or 16 Fg REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare in AMDM	CE
Total lot 195						
Lotul 196						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, record în "T", pentru 72 ore, traheostomie	43.004.57.140	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, traheostomie, benzi adezive cu zilele saptaminii, 14Fr/4,6mm, cu valva de protectie si control	Sistem de aspirație endotraheal închis safeclean cu blocare camera de irigare, cu posibilitate de curatare a cateter fără lavaj, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Lungime totala: 56 cm Durata: 72 h Material: Componente principale: ABS, PP, NBR-alb, K-Resin, PU, PVC, PC Steril: Da Diametru exterior 14 Fg REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare in AMDM	CE
Total lot 196						
Lotul 233						
Sonda Blackmore maturi	№18 №23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Sonda Blackmore maturi Nr. 18-23	Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE - nu are certificat CE	Declaratie de conformitate
Total lot 233						

Lotul 250						
Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 3F	55.400.03.080	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sonde tip Fogarty 3F, monolumen, lungime 80 cm	Cateter de embolectomie din silicon pur. Drenajul de ghidare este situat în peretele cateterului (drenajul de ghidare coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul are coduri de culoare și sunt ecologice și ecologice ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: fără latex Număr (lumen): 1 lumen Domeniu de aplicare: Arterial Stilul curbei: atraumatic Material (balon): Silicon, med. calitate Material (cateter): Corpul cateterului: Silicon, med. calitate, armare cateter: sarma de oțel inoxidabil; conexiune proximală: Policarbonat/Luer-Lock mamă; gradare în centimetri: culoare bazată pe Silicon Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 3 CH REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE documente pentru înregistrare în AMDM	CE
Total lot 250						
Lotul 251						
Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 4F	55.400.04.080	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sonde tip Fogarty 4F, monolumen, lungime 80 cm	Cateter de embolectomie din silicon pur. Drenajul de ghidare este situat în peretele cateterului (drenajul de ghidare coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul are coduri de culoare și sunt ecologice și ecologice ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: fără latex Număr (lumen): 1 lumen Domeniu de aplicare: Arterial Stilul curbei: atraumatic Material (balon): Silicon, med. calitate Material (cateter): Corpul cateterului: Silicon, med. calitate, armare cateter: sarma de oțel inoxidabil; conexiune proximală: Policarbonat/Luer-Lock mamă; gradare în centimetri: culoare bazată pe Silicon Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4 CH REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare în AMDM	CE
Total lot 251						
Lotul 252						
Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 5F	55.400.05.080	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sonde tip Fogarty 5F, monolumen, lungime 80 cm	Cateter de embolectomie din silicon pur. Drenajul de ghidare este situat în peretele cateterului (drenajul de ghidare coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul are coduri de culoare și sunt ecologice și ecologice ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: fără latex Număr (lumen): 1 lumen Domeniu de aplicare: Arterial Stilul curbei: atraumatic Material (balon): Silicon, med. calitate Material (cateter): Corpul cateterului: Silicon, med. calitate, armare cateter: sarma de oțel inoxidabil; conexiune proximală: Policarbonat/Luer-Lock mamă; gradare în centimetri: culoare bazată pe Silicon Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5 CH REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare în AMDM	CE
Total lot 252						

Lotul 253						
Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 6F	55.400.06.080	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sonde tip Fogarty 6F, monolumen, lungime 80 cm	Cateter de embolectomie din silicon pur. Drenajul de ghidare este situat în peretele cateterului (drenajul de ghidare coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterele au coduri de culoare și sunt ecologice și ecologice ambalate împreună cu vârful. Cateterele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: fără latex Număr (lumen): 1 lumen Domeniu de aplicare: Arterial Stilul curbei: atraumatic Material (balon): Silicon, med. calitate Material (cateter): Corpul cateterului: Silicon, med. calitate, armare cateter: sarma de oțel inoxidabil; conexiune proximală: Policarbonat/Luer-Lock mamă; gradare în centimetri: culoare bazată pe Silicon Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 6 CH REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare în AMDM	CE
Total lot 253						
Lotul 254						
Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 7F	55.400.07.080	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sonde tip Fogarty 7F, monolumen, lungime 80 cm	Cateter de embolectomie din silicon pur. Drenajul de ghidare este situat în peretele cateterului (drenajul de ghidare coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterele au coduri de culoare și sunt ecologice și ecologice ambalate împreună cu vârful. Cateterele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: fără latex Număr (lumen): 1 lumen Domeniu de aplicare: Arterial Stilul curbei: atraumatic Material (balon): Silicon, med. calitate Material (cateter): Corpul cateterului: Silicon, med. calitate, armare cateter: sarma de oțel inoxidabil; conexiune proximală: Policarbonat/Luer-Lock mamă; gradare în centimetri: culoare bazată pe Silicon Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 7 CH REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare în AMDM	CE
Total lot 254						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**