

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1643184152216

Denumirea procedurii de achiziție: Sterilizator si Casoleta medicala pentru sterilizare,cu filtru

Autoritatea contractanta : IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie pentru anul 2022

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	Casoleta medicala pentru sterilizare,cu filtru	KSKF-18	Belarusi	Grodtorgmas	Descriere <input type="checkbox"/> De inox cu perforații pentru sterilizarea la aburi <input type="checkbox"/> Diametru , mm <input type="checkbox"/> 390 (± 5) Înălțimea, mm <input type="checkbox"/> 190 (± 5) <input type="checkbox"/> Construcție <input type="checkbox"/> inox <input type="checkbox"/> perforate <input type="checkbox"/> cu colier <input type="checkbox"/> cu capac Volum, dm3- <input type="checkbox"/> 18 <small>Alimentare 200-240V/50 Hz</small>	Descriere <input type="checkbox"/> De inox cu perforații pentru sterilizarea la aburi <input type="checkbox"/> Diametru , mm390 Înălțimea, mm190 <input type="checkbox"/> Construcție <input type="checkbox"/> inox <input type="checkbox"/> perforate <input type="checkbox"/> cu colier <input type="checkbox"/> cu capac Volum, dm3 18	Certificat ISO,CE, Declaratie de conformitate

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova