

Specificații tehnice (F4.1)

Licitatie publica: 21036127

Denumirea autorității contractante: IMSP SCMC „V. Igantenco” Mentenanța dispozitivelor medicale conform necesităților pentru anul 2021. Mentenanța Preventivă 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1.1							
50421000-4	Scanner X-Ray Film iCRco model iCR3600	iCR3600	USA	iCRco	<p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua trimestrial și la solicitarea Beneficiarului, ori de câte ori este necesară intervenția inginerului;—Inspeția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;—Curațarea părților de lucru;—Dezinfectarea și curățarea părților funcționale;</p> <p>—Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis;—Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor;—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program;</p> <p>—Calibrarea dispozitivului.</p> <p>Numărul de servicii unitare pe an: 4</p>	<p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua trimestrial și la solicitarea Beneficiarului, ori de câte ori este necesară intervenția inginerului;—Inspeția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;—Curațarea părților de lucru;—Dezinfectarea și curățarea părților funcționale;</p> <p>—Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis;—Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor;—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program;</p> <p>—Calibrarea dispozitivului.</p> <p>Numărul de servicii unitare pe an: 4</p>	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive
LOT 1.2							
50421000-4	Sistem de diagnostic radiologic elementar mobil, Shimadzu, model Mobile Art Eco Mux 10	Mobile Art Eco Mux 10	Japonia	Shimadzu	<p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua trimestrial și la solicitarea Beneficiarului, ori de câte ori este necesară intervenția inginerului;—Inspeția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;—Curațarea părților de lucru;—Dezinfectarea și curățarea părților funcționale;</p> <p>—Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis;—Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor;—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program;</p> <p>—Calibrarea dispozitivului.</p> <p>Numărul de servicii unitare pe an: 4</p>	<p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua trimestrial și la solicitarea Beneficiarului, ori de câte ori este necesară intervenția inginerului;—Inspeția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;—Curațarea părților de lucru;—Dezinfectarea și curățarea părților funcționale;</p> <p>—Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis;—Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor;—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program;</p> <p>—Calibrarea dispozitivului.</p> <p>Numărul de servicii unitare pe an: 4</p>	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive
LOT 1.3							
50421000-4	Sistem de diagnostic radiologic elementar mobil, Shimadzu, model Mobile Art Eco Mux 10	Mobile Art Eco Mux 10	Japonia	Shimadzu	<p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua trimestrial și la solicitarea Beneficiarului, ori de câte ori este necesară intervenția inginerului;—Inspeția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;—Curațarea părților de lucru;—Dezinfectarea și curățarea părților funcționale;</p> <p>—Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis;—Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor;—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program;</p> <p>—Calibrarea dispozitivului.</p> <p>Numărul de servicii unitare pe an: 4</p>	<p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua trimestrial și la solicitarea Beneficiarului, ori de câte ori este necesară intervenția inginerului;—Inspeția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;—Curațarea părților de lucru;—Dezinfectarea și curățarea părților funcționale;</p> <p>—Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis;—Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor;—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program;</p> <p>—Calibrarea dispozitivului.</p> <p>Numărul de servicii unitare pe an: 4</p>	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
 În calitate de: Director
 Ofertantul: „Neotec” SRL
 Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37