

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1568019049379

Denumirea procedurii de achiziție:

Servicii de reparație a dispozitivelor medicale (REPETAT) IV

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 5 Lucrări de reparație și ajustare a fibrobronhoscoapelor						
	5.1	Lucrări de reparație și ajustare a fibrobronhoscoapelor	11009BC1	Germania	Karl Storz	5. Fibro bronhoscop "Karl Storz, 11009BC1, s/n: 2216280" 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului de biopsie; 1.5. Setarea etanșietății; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. Termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni	5. Fibro bronhoscop "Karl Storz, 11009BC1, s/n: 2216280" 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului de biopsie; 1.5. Setarea etanșietății; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. Termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316