

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
CE DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

El fabricante | The manufacturer | [Le fournisseur](#):
AUXILAB, S.L.

Declara que el equipo | Declare that the equipment | [Declare que l'appareil](#):

CENTRÍFUGA ALTA VELOCIDAD 2624/2 | HIGH SPEED CENTRIFUGE 2624/2 | CENTRIFUGEUSE HAUTE
VITESSE 2624/2

Código | Code | Code: 52624002

[Cumple las siguientes directivas](#) | Meet the following directives | [Accomplit les directives suivantes](#):


2006/95/CE Directiva sobre material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (Directiva sobre Baja Tensión)
Directive relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (Low Voltage Directive)
Directive relative aux matériels électriques à employer dans certaines limites de tension (Directive de basse tension)

[Cumple las siguientes Normas](#): | Meet the following Standars | [Accomplit les normes suivantes](#):

EN 61010-1:2010 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio
Parte 1: Requisitos generales
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
Part 1: General requirements
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire
Partie 1: Exigences générales

EN 61010-2-020:2006 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio.
Parte 2-020: Requisitos particulares para centrifugadoras de laboratorio.
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use
Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire
Partie 2-020: Exigences particulières pour centrifugeuses de laboratoire

Fecha:BERIAIN a 23 ABRIL de 2015

**AUXILAB, S. L.**
N. I. F. E. ESB 31072218
MATERIAL PARA LABORATORIO
Polig. Morea Norte, Calle D Nº 6 - Tel. 34-948 310513
31191 BERIAIN-NAVARRA (ESPAÑA)

Estíbaliz Erviti: Responsable de producto / Product manager

MANUFACTURER'S AUTHORIZATION LETTER FOR TENDER

Tender ID: /

Dated on: June 2023

To the att.,

Center for Public Procurement in Health, Moldova

Whereas we ÁLVAREZ REDONDO, S.A, under Ortoalresa brand, who are established and reputable manufacturers of centrifuges, having factories at Los Frailes, 121, Daganzo – Madrid – Spain, do hereby

Authorizes the Company BECOR, Str.Calea Orheiului 111/5, MD-2020, Moldova to supply the following goods manufactured by us, Water Distiller DA 006 for the above referred tender.

We hereby extend our full guarantee and warranty with respect to the goods offered by the above Company.

For the above-mentioned effects sign this letter in Daganzo, Madrid, on June 29, 2023



orto
alresa
About centrifugation

Carmen Llorente
Sales Manager



MD – 2020, or. Chişinău,
srt. Calea Orheiului 111/5
tel. 406 - 299; 406 – 282,
tel./fax. 406 – 271
GSM 069140864
www.becor.md

МД 2020, г. Кишинэу,
ул. Калеа Орхейулуй 111/5
тел. 406 - 299; 406 - 282
факс. 406 - 271
GSM 069140864
www.becor.md

Nr :142/23

Data:10.07.2023

Catre: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3)

În atenția : **Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura de LP deschisa achizitia Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 19) conform necesităților pentru anul prin procedura de achiziție licitație deschisa Nr: ocds-b3wdp1-MD-1687776320578 din data de 14.07.2023**

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Noi, IM „Becor”SRL confirmam veridicitatea datelor in actele prezentate

Data completării 29.06.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
CE DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

El fabricante | The manufacturer | [Le fournisseur](#):
AUXILAB, S.L.

Declara que el equipo | Declare that the equipment | [Declare que l'appareil](#):

CENTRÍFUGA ALTA VELOCIDAD 2624/2 | HIGH SPEED CENTRIFUGE 2624/2 | CENTRIFUGEUSE HAUTE VITESSE 2624/2

Código | Code | Code: 52624002

Cumple las siguientes directivas | Meet the following directives | [Accomplit les directives suivantes](#):

2004/108/CE Directiva de Compatibilidad Electromagnética (CEM)
Directive for Electromagnetic Compatibility (EMC)
Directive de Compatibilité Electromagnétique (CEM)


Cumple las siguientes Normas: | Meet the following Standards | [Accomplit les normes suivantes](#):

EN 61326-1:2013 Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM).
Parte 1: Requisitos generales.
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements
Part 1: General requirements
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM
Partie 1: Exigences générales

EN 61000-3-2:2006/A2:2009
Compatibilidad electromagnética (CEM).
Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase).
Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 3-2: Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils ≤ 16 A par phase)

EN 61000-3-3:2013
Compatibilidad electromagnética (CEM).
Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada ≤ 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.
Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 3-3: Limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné ≤ 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel

Fecha: BERIAIN a 23 ABRIL de 2015

**AUXILAB, S. L.**
N. I. F. ESB 31072218
MATERIAL PARA LABORATORIO
Polig. Morea Norte, Calle D N° 6 · Tel. 34-948 310513
31191 BERIAIN NAVARRA (ESPAÑA)

Estibaliz Erviti: Responsable de producto / Product manager