

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1776944312427/](#) 21610776 din **23 aprilie 2026**

Obiectul achiziției: **Piese de schimb pentru Dispozitive Medicale**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot nr 9</b> Kit de mentenanță pentru 1200 cicluri sau 1 an pentru sterilizator cu plazma Renosem S90	PM KIT -2	Coreea de Sud	Renosem	Kit de mentenanță include: 1 ) Filtru pentru separarea vaporilor de ulei 2 ) Garnitura silicon Lucrările de instalare a kit-ului trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	Kit de mentenanță include: 1 ) Filtru pentru separarea vaporilor de ulei 2 ) Garnitura silicon Lucrările de instalare a kit-ului v-or fi executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	CE ISO
<b>Lot nr 10</b> Kit de mentenanță pentru 2 ani, sterilizator cu plazma Renosem S90	PM KIT -3	Coreea de Sud	Renosem	Kit de mentenanță include : 1) Filtru atalist 2) Valve de injecție – 2 buc. 3) Hepa filtru 4) Garnitura usa Lucrările de instalare a kit-ului trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	Kit de mentenanță include : 1) Filtru catalist 2) Valve de injecție – 2 buc. 3) Hepa filtru 4) Garnitura usa Lucrările de instalare a kit-ului v-or fi executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	CE ISO

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev  
Ofertantul: EDELMED

În calitate de: Director  
Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova