

Specificații tehnice

de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21047508 din 29.11.2021

achiziționarea utilajului oftalmologic prin procedura de achiziție de valoare mică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
	3	4	5	6	7	8
Autorefractometru	RC-800	Japonia	Tomey	Distanța virfurilor (VD) mm 0; 10; 12;13;15 sfera (SPH) dioprii: -25,0 pînă la +22,0, pas 0,12sau 0,25 Refracție cilindru (CYL), dioprii: -10,0 pînă la +10,0 pas 0,12sau 0,25 Axa (AX), grade 1-180°, pas 1°; Distanța interpupilară: -10-85 mm; Diametrul minim al pupilei: 2 mm; Keratometrie: Raza de curbura: 5,0-10,2mm, pas 0,01; Refracția corneei, dioprii 33,0-67,5, pas 0,12; 0,25; Astigmatism corneean, dioprii 0,0-15,0, pas 0,12; 0,25; Diametrul corneei, mm 2-12, pas 0,1 Iesire date: Datele sunt transmise pe un monitor LCD color și tipărite pe imprimanta termică incorporată; Greutate: 20-22 kg; Anul producerii: începînd din 2020	Autorefracto keratometru Distanța virfurilor (VD) mm 0; 10; 12;13;15 Refracție sfera (SPH) dioprii: -25,0 pînă la +22,0, pas 0,1; 0,12 sau 0,25 Refracție cilindru (CYL), dioprii: -10,0 pînă la +10,0 pas 0,1; 0,12 sau 0,25 Axa (AX), grade 1-180°, pas 1°; Distanța interpupilară: -50-86 mm; Diametrul minim al pupilei: 2 mm; Keratometrie: Raza de curbura: 5,0-11 mm, pas 0,01; Refracția corneei, dioprii 30,68-67,5, pas 0,12; 0,25; Astigmatism corneean, dioprii 0,0-10,0, pas 0,12; 0,25; Diametrul corneei, mm 3, pas 0,1 Iesire date:RS 232 C Dotat cu ecran touch screen de 5,7" și imprimanta termică incorporată; Greutate: 17 kg; Anul producerii: începînd din 2020	ISO CE
Optotip cu LED 3m/4m	44711	Italia	Gima	Ecran fabricat din material acrilic/plastic; vizualizare: 25,5-26x63-64 cm; exterioare: 34-35x72-73 cm; alb rece, 7200-7500°K; Luminozitate: de la 5,000 cd/m²; Respectiva directivă de joasă tensiune 2014/35/EC ; Conform 2014/30/CE privind compatibilitatea electromagnetică; Conform directivei CEE 2007/47 Dispozitiv medical clasa I ; Toate componentele sunt aprobate UL, DVE, IMQ; Greutatee - 6-7 kg ; Anul producerii: începînd din 2020	Ecran fabricat din material acrilic/plastic; vizualizare: 25,5x63 cm; exterioare: 34x72 cm; alb rece, 7200-°K; viata a becului: de la 80.000 ore; 230V-50/60 Hz; Luminozitate: de la 5,000 cd/m²; Respectiva directivă de joasă tensiune 2014/35/EC ; Conform 2014/30/CE privind compatibilitatea electromagnetică; CEE 2007/47 Dispozitiv medical clasa I ; componentele sunt aprobate UL, DVE, IMQ; Greutatee - 6-7 kg ; Anul producerii: începînd din 2020	ISO CE

Semnat _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor, În calitate de: Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2