

Specificații tehnice (F4.1)

Cererea ofertelor de prețuri nr. 21021380						Data: „26” Martie 2020	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		"Reagenți pentru investigații imunologice (repetat)"				Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33696500-0	HBsAg 96teste	I231-1021	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-	Certificat ISO
2	33696500-0	Anti HCV sumar 96teste	I231-1031	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-	Certificat ISO
3	33696500-0	Anti HB cor sumar 96teste	I231-1081	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-	Certificat ISO
4	33696500-0	Anti Hbs Ag 96teste	I231-1271	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, calibratori.	Certificat ISO
5	33696500-0	TSH 96teste	I231-3011	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, calibratori.	Certificat CE, ISO
6	33696500-0	T3 96teste	I231-3041	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, calibratori.	Certificat CE, ISO
7	33696500-0	T4 96teste	I231-3021	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, calibratori.	Certificat CE, ISO
8	33696500-0	AntiTPO 96teste	K131	Federația Rusă	Hema	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-, calibratori.	Certificat CE, ISO
9	33696500-0	Troponin I 96teste	K291	Federația Rusă	Hema	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-, calibratori.	Certificat CE, ISO
10	33696500-0	PCA 96teste	I231-2031	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-, calibratori.	Certificat CE, ISO
11	33696500-0	Prolactina 96teste	K206	Federația Rusă	Hema	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-, calibratori.	Certificat CE, ISO
12	33696500-0	Helicobacter Piloni IgG	I231-1241	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-, calibratori.	Certificat CE, ISO
13	33696500-0	Anti HBcor IgM 96teste	02.12	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-	Certificat ISO
14	33696500-0	Hbe Ag 96teste	I231-1061	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-	Certificat ISO
15	33696500-0	Anti HBe Ag 96teste	I231-1071	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-	Certificat ISO
16	33696500-0	Anti HDV Sumar 96teste	Anti HDV	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori.	Cerințe generale*, controlul "+"și"-	Certificat ISO

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9