

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1621941439948
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 44						
44.1	Laringoscop WEERDA pentru LASER CO2 (echivalentul ref.code 8590AL,Karl - Storz)	8590AL	Germania	Karl Storz	Laringoscop WEERDA pentru chirurgia LASER CO2, pentru adulti cu tubul de aspirație pentru a îndepărta vaporii și / sau pentru purtătorul de lumină cu fibră optică, lungime 17 cm, cu capacitatea de modificare a capatului distal, mai larg sau mai îngust, în momentul cind lamele se desfac (posibilitatea de a modifica deametrul capatului distal), metal, resterilizabil, sau echivalentul la ref.code 8590AL,Karl -Storz * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	Laringoscop WEERDA pentru chirurgia LASER CO2, pentru adulti cu tubul de aspirație pentru a îndepărta vaporii și / sau pentru purtătorul de lumină cu fibră optică, lungime 17 cm, cu capacitatea de modificare a capatului distal, mai larg sau mai îngust, în momentul cind lamele se desfac (posibilitatea de a modifica deametrul capatului distal), metal, resterilizabil, sau echivalentul la ref.code 8590AL,Karl -Storz * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	EC, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316