



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN  
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. 02-1462 din "12" "04" 2019

LIFE MED SRL

[lifemed@inbox.ru](mailto:lifemed@inbox.ru)

[aleksander@inbox.ru](mailto:aleksander@inbox.ru)

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1550735606746** din 29.03.2019 privind " *Achiziționarea articolelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat) pentru anul 2019* ", Vă comunică că conform **deciziei din 12.04.2019** oferta Dvs. pentru loturile de mai jos nu a fost acceptată din motivele ce urmează:

Lotul nr.16 *Microcateter dublu lumen*

S-a solicitat Marker radioopaci: 1.0 mm marker din aur in partea distala 0.5 mm de la virf si 0.5mm marker partea proximala, s-a oferit un singur marker.

Lotul nr.17 *Set introductor pentru punctie arteriala radiala cu pereti subtiri*

Nu corespunde după parametrii diametrului extern intern.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 65 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. pentru lotul mai sus nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde specificațiilor tehnice expuse în FDA.

Vă mulțumim pentru participare.

*Cu respect,*

**Director**  
**Centru pentru Achiziții Publice**  
**Centralizate în Sănătate**

**Ivan Antoci**