

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1703242354954</a> din <u>22.12.2023</u>
Obiectul achiziției: ” <b>Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de energie termică, apă rece și apă caldă din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2024</b> ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOTUL 1</b>						
Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 66	Verificare metrologică a contoarelor de energie termică	Republica Moldova	Prestatorul de servicii, organismul de inspecții din domeniul metrologiei legale, din	<b>DN 15</b>	Verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie termică DN 15	SM EN ISO/CEI 17020:2013 - – Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de
Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 403, Multical 601,	Verificare metrologică a	Republica Moldova		<b>DN 20</b>	Verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie termică DN 20	

Multical 602, Multical 603, Multical 66	contoarelor de energie termică	cadrul SRL AQUATEH		organisme care efectuează inspecții;  NML 6-05: 2017 - Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică;	
Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601			<b>DN 20 (cu 2 debitmetre)</b>		Verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie termică DN 20 (cu 2 debitmetre)
Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 602, Multical 603, Multical 66			<b>DN 25</b>		Verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie termică DN 25
Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 602, Multical 66			<b>DN 25 (cu 2 debitmetre)</b>		Verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie termică DN 25 (cu 2 debitmetre)
Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 602, Multical 603, Multical 66			<b>DN 40</b>		Verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie termică DN 40
Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 602			<b>DN 40 (cu 2 debitmetre)</b>		Verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie termică DN 40 (cu 2 debitmetre)
Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 603, Multical 66			<b>DN 50</b>		Verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie termică DN 50
Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 602, Multical 66			<b>DN 50 (cu 2 debitmetre)</b>		Verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie termică DN 50 (cu 2 debitmetre)

Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 601, Multical 602, Multical 603, Multical 66				<b>DN 65</b>	Verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie termică DN 65	
Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 601				<b>DN 65 (cu 2 debitmetre)</b>	Verificarea metrologică periodică a contoarelor de energie termică DN 65 (cu 2 debitmetre)	
<b>LOTUL 2</b>						
Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet	Republica Moldova	Prestatorul de servicii, organismul de inspecții din domeniul metrologiei legale, din cadrul SRL AQUATEH	<b>DN 15</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet DN 15	SM EN ISO/CEI 17020:2013 - – Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții;  NML 3-08:2017 - Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică
Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160				<b>DN 20</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet DN 20	
Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160				<b>DN 25</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet DN 25	
Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160				<b>DN 40</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet DN 40	
Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160				<b>DN 65</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet DN 65	
Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical 21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160				<b>DN 80</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet DN 80	
<b>LOTUL 3</b>						

Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice B Meters, Elster R≤100,B,C	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice	Republica Moldova	Prestatorul de servicii, organismul de inspecții din domeniul metrologiei legale, din cadrul SRL AQUATEH	DN 15	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice DN 15	SM EN ISO/CEI 17020:2013 - – Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții; NML 3-08:2017 - Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică
DN 20				Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice DN 20		
DN 25				Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice DN 25		
DN 40				Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice DN 40		
<b>LOTUL 4</b>						
Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice	Republica Moldova	Prestatorul de servicii, organismul de inspecții din domeniul metrologiei legale, din cadrul SRL AQUATEH	DN 15	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice DN 15	SM EN ISO/CEI 17020:2013 - – Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții; NML 3-08:2017 - Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică
Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C				DN 20	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice DN 20	
Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C				DN 25	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice DN25	
Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C				DN 40	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice DN 40	

<b>TOTAL</b>						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: 29.12.2023 Numele, Prenumele: Sîrbuleț Constantin În calitate de: Director

Ofertantul: SRL AQUATEH Adresa juridică: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 84, adresa fizică a laboratorului: mun. Chișinău, str. Uzinelor 2B.