

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dispozitive medicale pentru 2022
prin procedura de achiziție Licitatie Publică

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Policlinica de Stat
2. IDNO: 1006601003924
3. Adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70
4. Numărul de telefon/fax: 022-25-15-08
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: <http://pcs.gov.md/achizitii.pcs@gmail.com>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție publică, ocrotirea sănătății
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	33100000-1	Cuptor de calcinare	buc	1	Fereastra de observare a procesului (d 35 mm) până la 1100 ° C; Coș de fum ventilat pentru extracția aerului; Plăci de vatră ceramice suplimentare; Buzzer; Cronometru digital; Protecție împotriva supraîncălzirii; Recorder de date; Comunicare de date / USB; Calibrarea sistemului de măsurare a temperaturii; Cameră din fibră de ceramică de înaltă eficiență termică, dintr-o bucată; Elementele de încălzire, înglobate într-o fibră formată sub vid, se află în interiorul a patru pereți ai camerei; Carcasă exterioară - foaie metalică, vopsită cu gri; Ușa se deschide în sus; Întrerupător de blocare a siguranței ușii; Panoul de control este plasat în partea inferioară a cuptorului; Microprocesor - regulator de temperatură; Placă de fund din ceramică; Timp de încălzire rapidă datorită construcției de masă termică scăzută; Consum redus de putere; Stabilitate și uniformitate bună. Volumul util: 8,2 l	18750,00

					Puterea nominală, nu mai mult de: 1.8kW Tensiune nominală de alimentare: 230V Frecvență nominală: 50Hz Numărul de faze: 1 Temperatura de funcționare continuă: T + 10-1100° C Temperatura maximă: 1100° C Materialul camerei de lucru: fibră termică Timpul de încălzire în gol până la temperatura nominală: 50 min. Stabilitatea temperaturii în camera de lucru la temperatura nominală în stare de echilibru termic, fără încărcare mai mare de: ± 1° C Uniformitatea temperaturii în spațiul de lucru la temperatura nominală în stare de echilibru termic, fără încărcare mai mare de: ± 10° C Dimensiunile camerei de lucru a cuptorului: lățime – 195mm; adâncime – 310mm; înălțime – 135mm Dimensiuni exterioare ale cuptorului: lățime – 440mm; adâncime – 530mm; înălțime – 495mm Masa: 28kg. Termen de garanție 24 luni.	
Lotul 2	33100000-1	Dulap de uscat	buc	1	Caracteristici generale: - convecție forțată a aerului; - capacitatea camerei: 80 l; - interior cameră oțel inox; - exterior metalic vopsit sau oțel inox; - reglare viteză ventilator 0...100%; - diapazon de temperatură 50°C...350°C; - abaterea medie de temperatură de la valoarea setată, nu mai mult de ±6°C; - abaterea maximă de temperatură a oricărui regim setat, nu mai mult de ±3°C; - timp de încălzire în gol până la t:+350 °C ,nu mai mult de 60 min; - Consum de curent, nu mai mult de 2,5 kW; - Temperatura de declanșare a alarmei, nu mai mult de 361°C; - Dimensiunile camerei de lucru,nu mai puțin de: lățime 560 mm, adâncime 360mm, înălțime 400mm; - Dimensiunile externe ale dispozitivului, nu mai mult de: Lățime 680 mm, adâncime 665 mm, înălțime 600mm; - Masa, nu mai mult de 44 kg Termen de garanție 24 luni.	8300,00
Lotul 3	33100000-1	Balanță de laborator	buc	2	Limită superioară de măsurare : 510 g Precizie de citire: 0,01 g; Clasa de precizie: II; Dimensiunea platformei: d116 mm; Autocalibrare; Setarea tarei pe întreg diapazonul de cântărire; Diapazon de temperatură: +10...+35°C; Ecran de afișare: LCD; Interfață de comunicare: USB Sursa de alimentare : rețea 220V Dimensiuni de gabarit: 260x190x70mm Masa: 1,6 kg Garanție producător: 36 luni	18300,0
Lotul 4	33100000-1	Frigider	buc	2	Fără camera de congelare Nivel de zgomot: nu mai mare de 41 dB Mod operare: Electronic	

					Agent frigorific: R600a Material rafturi: Sticlă Număr de rafturi: cel puțin 5 Afișarea temperaturii: Da Volum net total: nu mai mult de 390 l Ecran afișare: Da Tip ușă: Transparent sau înfundat Sistem dezghețare: No frost sau echivalent Tip instalare: Standard Ușă reversibilă: Da Consum de energie anual: până la 200 kWh Dimensiuni : Lățime: până la 600 mm Adâncime: până la 700 mm Înălțime: până la 1900 mm Garanție: 24 luni.	32250,00
Lotul 5	33100000-1	Otoscop	Buc	1	Mărire optică: 3x; Tip bec : vacuum; Tensiune alimentare: 2,5 V; Grad de iluminare: aprox.7000 lux Pâlnie urechi de unică folosință d4mm: 10 buc., d2,5mm :10 buc. Baterii: 2 buc. tip C(nelivrate); Mâner pentru baterii: metalic Cap otoscop: metalic Ajustarea intensității luminoase: reostat Sistem de fixare cap otoscop-mâner: sistem Clic Husă cu fermoar; Accesorii opționale: - Încărcător MedCharge 4000; - Baterie reîncărcabilă NiMH 2,5 V. Marcaj de conformitate european CE Garanție: 24 luni.	2080,00
Lotul 6	33100000-1	Teleotoscop	buc	1	Lunetă optică rectilinie Hopkins 0° Diametru 1,9mm Lungime 100mm Autoclavabil Garanție: 24 luni.	24300,00
Lotul 7	33100000-1	Reflector frontal cu sursă de lumină	buc	1	Tip bec: LED Flux de lumină: 0...50000 lux Tip continuu de funcționare: până la 5 h Putere LED: până la 3 W Timp de funcționare până la refuz LED: mai mult de 50000 h Capacitate baterie acumulator: cel puțin 3000 mAh Adaptor rețea 220V / 50 Hz Masa: nu mai mare de 300 g Garanție: 24 luni	5800,00
Lotul 8	33100000-1	Recirculator bactericid cu 8 lămpi	buc	3	Alimentare electrică: 220V / 50 Hz; Numărul de lămpi UV: 8x30W; Suprafața dezinfectată: 360 m ² ; Volum de aer sterilizat: 950 m ³ /h; Sursă de radiație: UV-C; Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent; Durata de funcționare tub UV: 8000h; Lungime de undă tub UV: 253,7 nm; Temperatura de funcționare: -10°C...+50°C; Telecomandă; Carcasă din metal vopsit; Masă: nu mai mare de 13kg. Garanție 12 luni	42500,00

Lotul 9	33100000-1	Sigilator pungi	buc	1	Bandă sigilantă : 12 mm; Suprafață sigilare: până la 310 mm Alimentare electrică: 200 – 240 V; 50/60 Hz Puterea consumată: 100 W; Masa: 7,6 kg; Dimensiuni de gabarit: 445x198x385 mm (lungime x înălțime x lățime); Marcaj certificare CE. Garanția: 24 luni	10000,00
Lotul 10	33100000-1	Dispozitiv medical pentru magnetoterapie	buc	2	Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ 50 Hz, 220 V (- 10 %, + 10 %) sau 230 V (- 10 %, + 6 %) Puterea consumată de dispozitiv din rețea, nu mai mult 35 WT Masa dispozitivului nu depășește 0,62 KG Dimensiunile generale ale dispozitivului - unitate electronică 137 x 60 x 45 mm - nod de impact (una dintre bobine) 15 x 90 mm Numărul de noduri de influență 4 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru (ambele părți plane) a bobinei-inductor a grupului de bobine al aparatului este (20 ± 6) MTL Durata pulsului este 1,5 - 2,5 MSEC Rata de repetare a impulsurilor câmpului magnetic în fiecare dintre bobine 6 HZ Dispozitivul asigură funcționarea în modul intermitent timp de 6 ore IMPULS (22±1) MIN, PAUZA 10 MIN Dispozitivul este deconectat automat de la rețea după (22±1) MIN Indicator 1 BUC Timpul mediu între eșecuri >1000 ч Durata medie de viață 5 ANI Instrucțiuni în limba română 1 BUC Card 1 BUC Garanție 24 luni	3320,00
Lotul 11	33100000-1	Dispozitiv medical pentru magnetoterapie	buc	1	Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ 50 HZ, 220 V (- 10 %, + 10 %) или 230 V (- 10 %, + 6 %) Clasa de siguranță electrică II TIP BF Puterea consumată de dispozitiv din rețea, nu mai mult 35 WT Masa dispozitivului nu depășește 0,62 KG Dimensiunile generale ale dispozitivului - unitate electronică 137 x 60 x 45 mm - nod de impact (una dintre bobine) 15 x 90 mm Numărul de noduri de influență 4 Mod 3 Butoane START-STOP pentru selectarea modului DA Indicator luminos DA Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru (ambele părți plane) a bobinei-inductor a grupului de bobine al aparatului este (6_+2) MTL	3080,0

					Frecvență 50 HZ Tipuri de câmpuri magnetice: -CM de alergare cu impuls; -CM Fix cu puls Durata pulsului este 1,5 – 2,5 MS Rata de repetare a impulsurilor câmpului magnetic în fiecare dintre bobine 6,25 HZ Dispozitivul asigură funcționarea în modul intermitent timp de 6 ore IMPULS (22±1) MIN., PAUZA 10 MIN Dispozitivul este deconectat automat de la rețea după (22±1) MIN Timpul mediu între eșecuri >1000 Ț Indicator de câmp magnetic 1 Caz inclus 1 Suporturi reglabile armate Da Durata medie de viață 5 ani Instrucțiune în limba română 1 buc. Garanție 24 luni	
Lotul 12	33100000-1	Dispozitiv medical de galvanizare și electroforeză	Buc	2	Lungime, mm 185 Lățime, mm 155 Înălțime, mm 72 Greutate, nu mai mult, kg 1 Versiune portabilă, desktop Curentul maxim al pacientului, mA 50 Temporizator, min 1–99 Afișaj digital LCD Moduri de operare GT Discreție de instalare, min 1 Protecția lanțului pacientului este Consum de energie, nu mai mult, VA 11 Alimentare, V / Hz 220/50 Set de accesorii –placa de plumb in complet p/u electrozi Fire conductive p/u pacientul, singur și bifurcat Bandaj (cauciuc) Garanția producătorului: 24 luni	6000,00
Lotul 13	33100000-1	Dispozitiv medical multifuncțional	Buc	1	220V.50Hz,aproximativ 2,5 -3 kg. Marima aprox. 280x220x90 mm Cu urmatoarele module: -Curenti p/u galvanizare si electroforeza -Curenti diadinamici(7 tipuri) -Curenti sinusoidali modulasi (5 tipuri) -Fluctuorizatie -Magneto-Laseroterapie Garanția producătorului: 24 luni	19080,00
Lotul 14	33100000-1	Dispozitiv medical pentru terapie cu ultrasunet	buc	1	Frecvența vibrațiilor ultrasonice, MHz 0,88±0,1%; -Suprafata efectiva a emitorilor, sq. cm: 0,88-1,03F 1 CM2 0,88-1,05F 1 CM2;; 0,88-4,04F 4 CM2; -Ore de lucru CONTINUU, PULSATIL -Reglarea puterii TREPTAT	16400,00

					-Intensitatea vibrațiilor ultrasonice, în trepte, W / cm² DE LA 0 PÂNĂ LA 1 CU PASUL 0,1; -Durata pulsului, ms 2,4 ȘI 10±20%; -Frecvența repetării impulsuri Hz 50; -Timpul procedurii, min DE LA 1 PÂNĂ LA 30; -Alimentare cu curent alternativ 220 V, 50 HZ -Consum de energie, nu mai mult, W 45; -Dimensiuni totale, mm 380x140x310; Greutate, kg, nu mai mult 4,5. Setul dispozitivului include: o unitate electronică, trei emițătoare, siguranțe Garanția producătorului: 24 luni	
Lotul 15	33100000-1	Dispozitiv medical pentru Carboxiterapie	buc	1	- Temperatura de funcționare: de la +5...40°C - Umiditatea relativă: de la 15...93% fără condens; - Presiune atmosferică: 525...795 mmHg - Tensiune rețea: ~230 V±10% - Frecvență: 50 Hz - Puterea absorbită: până la 20VA - Puterea rețelei electrice: cel mult 16 A - Clasa de protecție: IP21 - Clasa de izolare: II - Presiune gaz la admisie(intrare) în aparat: - 1 bar - Dimensiuni: - Lungime: până la 210mm - Înălțime: până la 100 mm - Lățime: până la 200 mm - Filtru cu element de filtrare: 5μm - Opțional: - Reductor presiune gaze în două trepte - Butelie CO2 medicinal - CO2 medicinal Set ace (insulină) pentru proceduri Garanția producătorului: 24 luni	19100,00
Lotul 16	33100000-1	Iradiator cu UV-portabil	buc	1	Iradiatorul mercur tub cuarț portabil. -Unde scurte cu lungimea 230-290 nm -Lampă cu mercur-cuarț BPM-1 sau PRK-4 -Cronometru electronic cu o durată de 1, 2 sau 3 minute incorporat în dispozitiv. -Tensiune 220+5%-10%V -Frecvență 50Hz -Consumul de energie 60VA -Frecvența oscilatorului 27,12±0,16 MHz -Timp de stabilire a unui mod de operare, nu mai mult 3 min. -Mărimea iradierii în domeniul spectral eficient la ieșirea capului radiatorului 10±5MTBF(W/m²), nu mai puțin 2000 h -Durata medie de funcționare, nu mai puțin 5 ani	11300,00

					-Dimensiuni 310mm*280h*125h -Masa 8 kg Garanția producătorului: 24 luni	
Lotul 17	33100000-1	Inhalator (cu mască, compresor și control al debitului)	buc	1	-Alimentare – 220 V, 50 Hz -Presiune max – 3,5 Bar -Flux aer compresor – 14 L/min -Capacitatea minimă - 2 L -Capacitatea maximă - 8 L -Greutate – 2,4 kg -Dimensiuni – 26x12x25,5 cm -Accesori BF – A-B C1-6 mărimea 1, 2 Garanția producătorului: 24 luni	1660,00
Lotul 18	33100000-1	Măsuțe de inox pentru sala de proceduri	Buc	2	Material: inox rezistent la agenți chimici; Dimensiuni: Lățime 40±5 cm; Lungime 60±5 cm; Înălțime 90±5 cm. Baza mesei construită din profil min.25x25 mm; Sertar.1 buc; Polite 2 buc; Masă mobilă pe 4 roți, dintre care min. 2 cu frână; Diametrul roți 80 mm; Grosimea poliței min. 0,8 mm; Mâner din inox amplasat lateral pentru manevrarea mesei. Notă: Ofertanții vor prezenta poza cu masa oferită sau desenul machet al mesei.	6800,00
Lotul 19	33100000-1	Banchetă medicală	Buc	2	Banchetă medical cu reglarea secțiunii capului Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit gri sau alba Scaunul banchetei acoperit cu piele artificială de culoare blu, care este ușor de prelucrat. Dimensiune: Înălțime 60 – 70 cm Lungime 180 - 190 cm Lățimea 60-70cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Suport rolă hartie da Hirtie ≥ 20 buc.	6500,00
Valoarea estimativă totală						255520,0

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în termen de 30 zile din momentul semnării contractului

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2022**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): -
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	DUAE	Conformat prin semnătura electronică	Obligativ
2	Declarație privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Documentația Standard	Conformată prin semnătura electronică	Obligativ
3	Cerere de Participare	Anexa nr. 7 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
4	Propunerea tehnică	Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificații tehnice (anexa nr. 22) Conformată prin semnătura electronică	Obligativ
5	Propunerea financiară	Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23) Conformată prin semnătura electronică	Obligativ
6	Garantia pentru oferta în valoare de 1% din suma ofertei fara TVA.	Anexa nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <i>sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului</i> IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924, mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA	Obligativ
7	Garantia de buna executie a contractului 5%din valoarea totala a contractului.	conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont in marime de 5% , <i>sau prin transfer pe contul beneficiarului</i> IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924 , mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA	Obligativ

8	Actul ce atestă dreptul de a livra bunuri	- Autorizație de funcționare –copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
9	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
10	Dovada deținerii unui service-centru autorizat sau că dispune de un Acord de colaborare cu un service-centru	Declarație însoțită de acte confirmative sau copia certificatelor de colaborare - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
11	Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova	Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului	Obligativ
12	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Original- Declarația Aprobata prin Ordinul Ministerului de Finanțe nr.145 din 24 noiembrie 2020 , cu semnătura electronică a Operatorului economic Doar pentru agenții economici castigatori .	Obligativ
13	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie-confirmată prin semnătura electronică a Operatorului economic	Obligativ

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Ofertele se prezintă în valuta lei MD
21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic pret
22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: -conform SIA RSAP
24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Limba română.

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _-_-
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _-_-
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _-_-
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **30.05.2022**
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu (se specifică da sau nu)
37. Alte informații relevante:
NOTĂ: Cerințele pentru asistență la toate dispozitivele medicale fizioterapeutice

1. SERVICE IN GARANTIE
Durata : 24 luni
Timp de interventie maxim: 24 ore
2. SERVICE POST GARANTIE
Perioada: cel puțin 3 ani (Furnizorul să dispuna de un atelier de reparatii si specialisti autorizati de catre producator)
Timp de interventie maxim: 24 ore
3. INSTALARE: De catre furnizor
4. PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE: nu mai puțin de 3 ani
5. TRENING: De catre furnizor
6. Documente și manual: Toate dispozitivele medicale trebuie să fie livrate cu manuale de service și utilizare, inclusiv în limba de stat, cheile de acces și software-ul pentru dispozitive medicale.
7. Anul producerii : 2019-2020
8. Prezența marcajului CE sau actului ce confirmă înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de stat

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Viorica EFROS.**