

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP SCM Gheorghe Paladi

adresa: 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Melestiu, 20

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1769878836914 din 25.02.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea reactivelor de tip închis, pentru laboratorul clinico- biochimic, conform necesităților pentru anul 2026

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 24.02.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP SCM Gheorghe Paladi

adresa: 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Melestiu, 20

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea reactivelor de tip închis, pentru laboratorul clinico- biochimic, conform necesităților pentru anul 2026"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocde-b3wdp1-MD-1769878836914 din 25.02.2026

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 26.04.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 24.02.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769878836914 din 25.02.2026								
Obiectul achiziției: Achiziționarea reactivelor de tip închis, pentru laboratorul clinic- biochimic, conform necesităților pentru anul 2026								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Lotul 1. Reactivi pentru laboratorul clinic-biochimic cu analizatorul biochimic A-15 (system închis)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 25 -50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.2		ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 25-50.) ambalaj specific p/u analizatorul A-15	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.3	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 25-50)ambalaj specific p/u analizator A-15	12547 ALBUMIN	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2,0 g/l Coefficientul de variație intraserial: < 0,15 Coefficientul de variație extraserial: <0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2,0 g/l Coefficientul de variație intraserial: < 0,15 Coefficientul de variație extraserial: <0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.4	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 25 -50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	Marcaj:CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 3.0 Coefficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj:CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 3.0 Coefficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.5	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	Marcaj:CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS- G7 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 5.0 Coefficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj:CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS- G7 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 5.0 Coefficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.6	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.7	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.8	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15	12570 CALCIUM-ARSENAZO	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.9	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 25 - 50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Colesterol Oxidase /peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 2,0 Coefficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Colesterol Oxidase /peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 2,0 Coefficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.10	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 100 ml.)	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe compensat.. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 0,05 Coefficientul de variație extraserial: < 0,05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe compensat.. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 0,05 Coefficientul de variație extraserial: < 0,05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.11	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12520 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. IFCC Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 1,5 Coefficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. IFCC Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 1,5 Coefficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.12	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj solicitat specific p/u A-15	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 7.0 Coefficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0.9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 7.0 Coefficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.13	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) ambalaj solicitat specific p/u A-15	12509 IRON FERROZINE	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.9 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 3.0 Coefficientul de variație extraserial: < 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.9 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 3.0 Coefficientul de variație extraserial: < 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.14	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) ambalaj solicitat specific p/u A-15	12580 LACTATE DEHYDROGENASE (LDH)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare cinetica Piruvat Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 10,0 Coefficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare cinetica Piruvat Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 10,0 Coefficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.15	Lipaza (Lipase)DGGR (Flacoane cu volumul 1flx20ml+1flx10ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12760 LIPASE BSA	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2,0 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 1,5 Coefficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2,0 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 1,5 Coefficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.16	C-reactiv proteina cantitativ Flacoane cu volumul 25-50 ml,ambalaj specific ,compatibil cu A-15	13921 C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	Spania	Biosystems	Ambalajul standard p/u A-15,set 2 fl x40 ml + 2 fl x 10 mL,reactive să dispună de certificate sau declarația CE,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15,eliberat de la producatorul utilajului,reactivi să fie obligatoriui în ambalaj producătorului,firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați,certificați d producătorulechipamentului, pentru deservirea gratuităa echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor.Ambalajul reactivilor să fie Compatibil cu A-15, date de identitate(lot,seria,valabilitate,condițiile păstrării)ale produsului indicate pe ambalaj,să fie obligatoriuciu cele de pe tichetele incluse în set.Toate pozițiile lotului să fie de la același producător.Calibratorul și material de control pe parcursul anului să fie de același lot.	Ambalajul standard p/u A-15,set 2 fl x40 ml + 2 fl x 10 mL,reactive să dispună de certificate sau declarația CE,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15,eliberat de la producatorul utilajului,reactivi să fie obligatoriui în ambalaj producătorului,firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați,certificați d producătorulechipamentului, pentru deservirea gratuităa echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor.Ambalajul reactivilor să fie Compatibil cu A-15, date de identitate(lot,seria,valabilitate,condițiile păstrării)ale produsului indicate pe ambalaj,să fie obligatoriuciu cele de pe tichetele incluse în set.Toate pozițiile lotului să fie de la același producător.Calibratorul și material de control pe parcursul anului să fie de același lot.	ISO, CE
1.17	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l Coefficientul de variație intraserial: < 0.1 Coefficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l Coefficientul de variație intraserial: < 0.1 Coefficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.18	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)AMBALAJ SOLICITAT SPECIFIC P/U a-15	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 3.5 Coefficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 3.5 Coefficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.19	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 25-50ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Ureze UV Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detecție pentru set: < 0.3 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 2.0 Coefficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Ureze UV Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detecție pentru set: < 0.3 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 2.0 Coefficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.20	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12521 URIC ACID	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.Urecaze/Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coefficientul de variație intraserial: < 0.1 Coefficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.Urecaze/Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coefficientul de variație intraserial: < 0.1 Coefficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.21	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)ambalaj specific p/u A-15	12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 1.5 Coefficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 1.5 Coefficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.22	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)ambalaj specific p/u A15	12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 1.5 Coefficientul de variație extraserial: < 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coefficientul de variație intraserial: < 1.5 Coefficientul de variație extraserial: < 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.23	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A15	12524 CREATINE KINASE (CK)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincadă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincadă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.24	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A15	12566 CREATINE KINASE-MB	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincadă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincadă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.25	multicalibrator biochimic	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 5x5 ml Tot de un lot	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 5x5 ml Tot de un lot	ISO, CE
1.26	ser uman de control normal	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive .40x5ml Tot de un lot	Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive .40x5ml Tot de un lot	ISO, CE
1.27	Ser uman de control patologic	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive	ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive	ISO, CE
1.28	ser uman de controlCK,CK-MB	11824 Creatine Kinase-MB Standard	Spania	Biosystems	ser uman de control CK ,CK-MB de la același producător reactivilor și calibrator	ser uman de control CK ,CK-MB de la același producător reactivilor și calibrator	ISO, CE
1.29	Rheumatoid control serum I ,flacoane cu volum 3x1 ml	31213 RHEUMATOID CONTROL SERUM I	Spania	Biosystems	ser reumatoid control I sa fie de la același producător reactivelor și calitoru	ser reumatoid control I sa fie de la același producător reactivelor și calitoru	ISO, CE
1.30	Calibrator p/u CRP cantitativ ,flacon cu volum 1ml,	31113 C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs)	Spania	Biosystems	calibrator pentru CRP în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 1x1ml Tot de un lot	calibrator pentru CRP în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 1x1ml Tot de un lot	ISO, CE
1.31	Rheumatoid control serum II ,flacoane cu volum 3x1 ml	31214 RHEUMATOID CONTROL SERUM II	Spania	Biosystems	ser reumatoid control II sa fie de la același producător reactivelor și calitoru	ser reumatoid control II sa fie de la același producător reactivelor și calitoru	ISO, CE
1.32	Soluție concentrată de sistem pentru A-15 (1000ml)	BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID I L	Spania	Biosystems	flacon 1000 ml	flacon 1000 ml	ISO, CE

1.33		Soluție concentrată de spălare pentru A-15 (100ml)	BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION	Spania	Biosystems	flacon 100 ml	flacon 100 ml	ISO, CE
1.34		set de control uman PREVECAL	18045 Human Biochemistry Prevecal*	Spania	Biosystems	control extern biochimic cu parametrii:ALT,AST,albumin,amilaza,bilirubin(total,direct),calcium, chloride,cholesterol,cholesterase,HDL-cholesterol,LDL-cholesterol,CK, acid ertificate,alcalinephosphatase,F,glucoza,GGTP,iron,LDH,lipaza,Mg, K,Na., ertificate ,uric acid,urea,,Raportarea lunara timp de 12 luni.set din 12 flacoane a ert 5 ml,producator controlului se detina ertificate ISO 17043	control extern biochimic cu parametrii:ALT,AST,albumin,amilaza,bilirubin(total,direct),calcium, chloride,cholesterol,cholesterase,HDL-cholesterol,LDL-cholesterol,CK, acid ertificate,alcalinephosphatase,F,glucoza,GGTP,iron,LDH,lipaza,Mg, K,Na., ertificate ,uric acid,urea,,Raportarea lunara timp de 12 luni.set din 12 flacoane a ert 5 ml,producator controlului se detina ertificate ISO 17043	ISO, CE
3.1	Lotul 3 Teste pentru analizatorul imunologic cu fluorescență „Lansionbio LS-1100”	Test pentru determinarea "HbA1C" (cutie 25 teste) HbA1C - Hemoglobină glicolizată (hemoglobină glicată)	*** Test pentru determinarea "HbA1C" (cutie 25 teste) HbA1C – Hemoglobină glicolizată (hemoglobină glicată)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.2		Test pentru determinarea "TSH" (cutie 25 teste) TSH - Hormonul de stimulare tiroidiană (tiotropina)	*** Test pentru determinarea "TSH" (cutie 25 teste) TSH - Hormonul de stimulare tiroidiană (tiotropina)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.4		Test pentru determinarea "TT3" (cutie 25 teste) TT3 - Triiodotironin	*** Test pentru determinarea "TT3" (cutie 25 teste) TT3 – Triiodotironin	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.5		Test pentru determinarea "TT4" (cutie 25 teste) TT4 - Tiroxina	*** Test pentru determinarea "TT4" (cutie 25 teste) TT4 - Tiroxina	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.5		Test pentru determinarea "PCT" (cutie 25 teste) PCT - Procalcitonina	*** Test pentru determinarea "PCT" (cutie 25 teste) PCT - Procalcitonina	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.6		Test pentru determinarea "Myo" (cutie 25 teste) Myo - Mioglobina	*** Test pentru determinarea "Myo" (cutie 25 teste) Myo -Mioglobina	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.7		Test pentru determinarea "cTnI" (cutie 25 teste) cTnI - Troponina cardiacă I	*** Test pentru determinarea "cTnI" (cutie 25 teste) cTnI – Troponina cardiacă I	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.8		Test pentru determinarea "D-Dimer" (cutie 25 teste)	*** Test pentru determinarea "D-Dimer" (cutie 25 teste)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.9		Test pentru determinarea "NT-proBNP - N-terminal prohormonul peptidei natriuretice de tip B sau cerebrate (cutie 25 teste)	*** Test pentru determinarea "NT-proBNP" (cutie 25 teste) NT-proBNP – N-terminal prohormonul peptidei natriuretice de tip B sau cerebrale	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.1		- Test pentru determinarea "PSA" (cutie 25 teste) PSA Antigenul specific prostatic	*** Test pentru determinarea "PSA" (cutie 25 teste) PSA – Antigenul specific prostatic	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.11	Lotul 3 Teste pentru analizatorul imunologic cu fluorescență „Lansionbio LS-1100”	Test pentru determinarea "Ferritin" (cutie 25 teste)	*** Test pentru determinarea "Ferritin" (cutie 25 teste)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.12		Test pentru determinarea "mAlb" (cutie 25 teste) mAlb - micro albumina în urină	*** Test pentru determinarea "mAlb" (cutie 25 teste) mAlb – micro albumina în urina	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE

3.13	Controlul calității (pentru HbA1C)	*** Controlul calitatii (pentru HbA1C)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.14	Controlul calității (pentru TSH)	*** Controlul calitatii (pentru TSH)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.15	Controlul calității (pentru TT3)	*** Controlul calitatii (pentru TT3)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.16	Controlul calității (pentru TT4)	*** Controlul calitatii (pentru TT4)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.17	Controlul calității (pentru PCT)	*** Controlul calitatii (pentru PCT)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.18	Controlul calității (pentru Myo)	*** Controlul calitatii (pentru Myo)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.19	Controlul calității (pentru cTnI)	*** Controlul calitatii (pentru cTnI)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.2	Controlul calității (pentru D-Dimer)	*** Controlul calitatii (pentru D-Dimer)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.21	Controlul calității (pentru NT-proBNP)	*** Controlul calitatii (pentru NT-proBNP)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.22	Controlul calității (pentru PSA)	*** Controlul calitatii (pentru PSA)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.23	Controlul calității (pentru Ferritin)	*** Controlul calitatii (pentru Ferritin)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.24	Controlul calității (pentru mAlb)	*** Controlul calitatii (pentru mAlb)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
4.1	Glucose&lipid	Glucose&lipid	China	MNCHIP	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: GLU, GSP, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: GLU, GSP, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	ISO, CE
4.2	Lotul 4 Teste pentru analizatorul biochimic cu discuri „Pointcare M4” (set cu 10 discuri) pentru testarea rapidă pacienților din secțiile UPU și REANIMAȚII. Renal Function	Renal Function	China	MNCHIP	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: ALB, CRE, UREA, UA, Ca2+, P, CO2. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: ALB, CRE, UREA, UA, Ca2+, P, CO2. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	ISO, CE
4.3	Myocardial Enzym	Myocardial Enzym	China	MNCHIP	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, AST. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, AST. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	ISO, CE
4.4	General Chemistry IV	General Chemistry IV	China	MNCHIP	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL, IBIL*, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*, GLU, CRE, UREA, UA. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL, IBIL*, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*, GLU, CRE, UREA, UA. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	ISO, CE

5.1	Lotul 5 Teste pentru analizatorul hematologic automat cu VSH „Mindray”	Ds Diluent (20L) 20	105-012283-00 DS Diluent (20L)	China	Mindray	1 x 20L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	1 x 20L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
5.2		M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4	105-012288-00 M-6 LD Lyse (1L×4)	China	Mindray	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
5.3		M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4	105-012292-00 M-6 LH Lyse (1L×4)	China	Mindray	set 4 x 12 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
5.4		M-6 LD Dye (12 ml*4) 12 ml*4	105-012298-00 M-6 FD Dye (12mL×4)	China	Mindray	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 4 x 12 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
5.5		ESR Solution Reagent (1L*4) 1L*4	105-026689-00 ESR Solution Reagent (1L×4)	China	Mindray	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
5.6		PROBE CLEANSER (50ml) 50 ml	105-002225-00 M-68 Probe Cleanser	China	Mindray/Arche m	50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
5.7		BC-6D Control 6*45 ml Tri-pack (2 L,2N, 2H) 6*4,5 ml	105-002424-00 BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	China	Mindray	set 6 x 4.5 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 6 x 4.5 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769878836914 din 25.02.2026												
Obiectul achiziției: Achiziționarea reactivelor de tip închis, pentru laboratorul clinico- biochimic, conform necesităților pentru anul 2026												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1		ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 25 -50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	ml	3 000	2.27	2.45	6 810.00	7 350.00		33100000-1	-	-
1.2		ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 25-50.) ambalaj specific p/u analizatorul A-15	ML	3 000	2.27	2.45	6 810.00	7 350.00		33100000-1	-	-
1.3		Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 25-50)ambalaj specific p/u analizator A-15	ML	900	0.91	0.98	819.00	882.00		33100000-1	-	-
1.4		Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 25 -50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	ML	1 200	2.84	3.07	3 408.00	3 684.00		33100000-1	-	-
1.5		alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	ML	2 500	10.66	11.51	26 650.00	28 775.00		33100000-1	-	-
1.6		Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	ML	2 800	1.03	1.11	2 884.00	3 108.00		33100000-1	-	-
1.7		Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	ML	1 500	1.05	1.13	1 575.00	1 695.00		33100000-1	-	-
1.8		Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15	ML	1 250	1.29	1.39	1 612.50	1 737.50		33100000-1	-	-
1.9		Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 25 - 50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15	ML	1500	1.65	1.78	2 475.00	2 670.00		33100000-1	-	-
1.10		Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 100 ml.)	ml	3 000	0.64	0.69	1 920.00	2 070.00		33100000-1	-	-
1.11		Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	1 500	4.27	4.61	6 405.00	6 915.00		33100000-1	-	-
1.12		Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	3 000	0.64	0.69	1 920.00	2 070.00		33100000-1	-	-
1.13		Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	2 000	3.22	3.48	6 440.00	6 960.00		33100000-1	-	-
1.14		LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	750	1.98	2.14	1 485.00	1 605.00		33100000-1	-	-
1.15		Lipaza (Lipase)DGGR (Flacoane cu volumul 1flx20ml+1flx10ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	1000	37.23	40.21	37 230.00	40 210.00		33100000-1	-	-

1.16	Lotul 1. Reactivi pentru laboratorul clinic-biochimic cu analizatorul biochimic A-15 (system închis)	C-reactiv proteina cantitativ Flacoane cu volumul 25-50 ml, ambalaj specific ,compatibil cu A-15	ML	1500	13.58	14.67	20 370.00	22 005.00	pe parcursul anului 2026, la solicitare	33100000-1	-	-
1.17		Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj specific p/u A-15	ML	1500	0.91	0.98	1 365.00	1 470.00		33100000-1	-	-
1.18		Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) AMBALAJ SOLICITAT SPECIFIC P/U a-15	ML	1 500	1.89	2.04	2 835.00	3 060.00		33100000-1	-	-
1.19		Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 25-50ml.) ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	3 000	2.31	2.49	6 930.00	7 470.00		33100000-1	-	-
1.20		Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	1 000	1.87	2.02	1 870.00	2 020.00		33100000-1	-	-
1.21		LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.) ambalaj specific p/u A-15	ML	1 500	27.96	30.20	41 940.00	45 300.00		33100000-1	-	-
1.22		HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.) ambalaj specific p/u A15	ML	1 500	16.65	17.98	24 975.00	26 970.00		33100000-1	-	-
1.23		Creatin chinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj specific p/u A15	ML	2 000	14.68	15.85	29 360.00	31 700.00		33100000-1	-	-
1.24		Creatin chinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj specific p/u A15	ML	2 000	26.21	28.31	52 420.00	56 620.00		33100000-1	-	-
1.25		multicalibrator biochimic	ml	100	65.25	70.47	6 525.00	7 047.00		33100000-1	-	-
1.26		ser uman de control normal	ml	200	65.25	70.47	13 050.00	14 094.00		33100000-1	-	-
1.27		Ser uman de control patologic	ml	200	65.25	70.47	13 050.00	14 094.00		33100000-1	-	-
1.28		ser uman de control CK, CK-MB	ML	18	213.17	230.22	3 837.06	4 143.96		33100000-1	-	-
1.29		Rheumatoid control serum I ,flacoane cu volum 3x1 ml	ml	30	282.67	305.28	8 480.10	9 158.40		33100000-1	-	-
1.30		Calibrator p/u CRP cantitativ ,flacon cu volum 1ml,	ml	30	133.11	143.76	3 993.30	4 312.80		33100000-1	-	-
1.31		Rheumatoid control serum II ,flacoane cu volum 3x1 ml	ml	30	282.67	305.28	8 480.10	9 158.40		33100000-1	-	-
1.32		Soluție concentrată de sistem pentru A-15 (1000ml)	ml	3000	1.53	1.84	4 590.00	5 520.00		33100000-1	-	-
1.33		Soluție concentrată de spălare pentru A-15 (100ml)	ml	200	18.23	21.88	3 646.00	4 376.00		33100000-1	-	-
1.34		set de control uman PREVECAL	set	1	4 460.34	4 817.17	4 460.34	4 817.17		33100000-1	-	-
						TOTAL LOT 1	360 620.40	390 418.23				
3.1		Test pentru determinarea "HbA1C" (cutie 25 teste) HbA1C - Hemoglobină glicolizată (hemoglobină glicată)	buc	1500	49.99	53.99	74 985.00	80 985.00		33100000-1	-	-

IDNO: 1010600028048;

adresa: str. Albisoara 16/1 of.7, or. Chisinau

tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519

e-mail: biosistem.mld@gmail.com



BIOSISTEM MLD

Anexa nr. 22

la Documentatia standard

conform Ordin MF Nr. 115

din 15.09.2021

**Lotul 3 Teste pentru
analizatorul imunologic cu
floresecență „Lansionbio LS-
1100”**

pe parcursul anului 2026, la
solicitare

[illegible]



3.21		Controlul calității (pentru NT-proBNP)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33		33100000-1	-	-
3.22		Controlul calității (pentru PSA)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33		33100000-1	-	-
3.23		Controlul calității (pentru Ferritin)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33		33100000-1	-	-
3.24		Controlul calității (pentru mAlb)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33		33100000-1	-	-
4.1	Lotul 4 Teste pentru analizatorul biochimic cu discuri „Pointcare M4” (set cu 10 discuri) pentru testarea rapidă pacienților din secțiile UPU și REANIMAȚII.	Glucose&lipid	set	10	1 787.54	1 930.54	17 875.40	19 305.40	pe parcursul anului 2026, la solicitare	33100000-1	-	-
4.2		Renal Function	set	10	1 841.62	1 988.95	18 416.20	19 889.50		33100000-1	-	-
4.3		Myocardial Enzym	set	10	1 841.62	1 988.95	18 416.20	19 889.50		33100000-1	-	-
4.4		General Chemistry IV	set	30	1 949.77	2 105.76	58 493.10	63 172.80		33100000-1	-	-
5.1	Lotul 5 Teste pentru analizatorul hematologic automat cu VSH „Mindray”	Ds Diluent (20L) 20	set	45	1 220.29	1 317.91	54 913.05	59 305.95	pe parcursul anului 2026, la solicitare	33100000-1	-	-
5.2		M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4	set	10	7 779.35	8 401.70	77 793.50	84 017.00		33100000-1	-	-
5.3		M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4	set	5	8 236.96	8 895.92	41 184.80	44 479.60		33100000-1	-	-
5.4		M-6 LD Dye (12 ml*4) 12 ml*4	set	22	5 643.84	6 095.35	124 164.48	134 097.70		33100000-1	-	-
5.5		ESR Solution Reagent (1L*4) 1L*4	set	12	13 946.17	15 061.86	167 354.04	180 742.32		33100000-1	-	-
5.6		PROBE CLEANSER (50ml) 50 ml	set	14	423.52	508.22	5 929.28	7 115.08		33100000-1	-	-
5.7		BC-6D Control 6*45 ml Tri-pack (2 L,2N, 2H) 6*4,5 ml	set	2	8 476.70	9 154.84	16 953.40	18 309.68		33100000-1	-	-

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Semnat: _____ **Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău



IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1769878836914 din 25.02.2026
din cadrul IMSP SCM Gheorghe Paladi

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va prezenta mostre în termen de 3 zile de la solicitare
- Bunurile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Data completării: 24.02.2026

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld _____

(semnătura)