

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1594617803847](#) din 24 iul 2020

Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri Sistem de pregătire apă purificată

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
42912330-4	Sistem de pregătire apă purificată	MO-12000 BW-SS-316 (special adition - MEDICAL)	UCRAINA	ECOSOFT	Destinație: pregătirea apei purificate prin osmoza inversă în procesul de producere a preprataelor biomedicale din sânge. 1) Sistem de pregătire apă purificată a) tip industrial; b)cu osmoza inversă; c) cu debit 500/600 litri pe oră la temperatura apei de 15⁰C -25⁰C și un coeficient de rejectie >97%; d) prin aplicarea procesului de filtrare printr-o membrana semipermeabilă, care separă minerale nedorite de apă în cazul în care	1) Sistem de pregătire apă purificată a) tip industrial; b)cu osmoza inversă; c) cu debit 500/600 litri pe oră la temperatura apei de 15⁰C -25⁰C și un coeficient de rejectie >97%; d) prin aplicarea procesului de filtrare printr-o membrana semipermeabilă, care separă	CE, ISO

					metodele de filtrare clasice sunt insuficiente; 2) Conductivitate: va asigura producerea apei cu o conductivitate sub 3% din conductivitatea apei de alimentare; 3) Detector de conductivitate a permiatului prezent (asigurat); 4) Releu de presiune înaltă și joasă prezent (asigurat); 5) Supape electromagnetice prezente (asigurate); 6) Manometre de vizualizare a presiunii la diferite etape prezente (asigurate); 7) Pompa de presiune înaltă prezentă (asigurată); 8) Membrane de osmoza inversă prezente (asigurate) minim 2 (două) unități; 9) Filtre mecanice prezente (asigurate) minim 3 (trei) trepte; 10) Sistem prealabil de filtrare mecanică și schimbător de ioni corespunzător cu osmoza oferită prezent (asigurat) cu 1(una) unitate; Sursa de alimentare: 220/380V 50Hz	minerale nedorite de apă în cazul în care metodele de filtrare clasice sunt insuficiente; 2) Conductivitate: va asigura producerea apei cu o conductivitate sub 3% din conductivitatea apei de alimentare; 3) Detector de conductivitate a permiatului prezent (asigurat); 4) Releu de presiune înaltă și joasă prezent (asigurat); 5) Supape electromagnetice prezente (asigurate); 6) Manometre de vizualizare a presiunii la diferite etape prezente (asigurate); 7) Pompa de presiune înaltă prezentă (asigurată); 8) Membrane de osmoza inversă prezente (asigurate)	
--	--	--	--	--	--	--	--

					-Prezentarea obligatorie a certificatelor autorizate de producător: -ISO13485; ISO 9001:2000, CE pentru producător sau normelor naționale de producere; -seria de standarde IEC 601 pentru dispozitivul medical electric -protocol de validare a activității dispozitivului medical (activitate în sistem integru) - Conform standardelor internaționale IEC 1010, CE, WEEE alimentarea 220 /380V 50Hz - Anul de producere: 2020 - Pașaportul tehnic, servis manual, diagrama electronică, cu descrierea părților componente a dispozitivului și instrucțiunea de utilizare, autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei și numărului dispozitivului, prezentat la livrare în original și limba de stat, autenticată de biroul de traduceri. - Termen de garanție: 36 luni din momentul punerii în exploatare a dispozitivului - Instalarea dispozitivului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a	minim 2 (două) unități; 9) Filtre mecanice prezente (asigurate) minim 3 (trei) trepte; 10) Sistem prealabil de filtrare mecanică și schimbător de ioni corespunzător cu osmoza oferită prezent (asigurat) cu 1(una) unitate;	
--	--	--	--	--	---	---	--

					10 zile din momentul livrării - Instruirea personalului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării - Servicii de mentenanță și reparație în perioada de garanție: asigurate de participantul câștigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii în exploatare.		
		Total lot 1					
		TOTAL					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Rimskii Anatolii__ În calitate de: Director _____
Ofertantul: Firma „LINDON” SRL _____ Adresa: mun. Chisinau, str. B. Bodoni 45____(of. str.Columna 170)