

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21461439 / ocds-b3wdp1-MD-1753872475738, din 05/09/2025	Data: 05/09/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026	Lot: 8; 14; 20; 21; 33; 34; 40; 54.	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	8	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.	BonOs® Inject REF: 01-0310	Germania	OSARTIS GmbH	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie și augmentarea suruburilor pediculare PMMA radiopac, Viscositate medie sau înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram.	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie și augmentarea suruburilor pediculare PMMA radiopac, Viscositate medie sau înaltă, special pentru proceduri spinale. 1 Doză = 1 bucată. După mixajul pudrei-monomer cu soluția-polimer, să se obțină 1 doza minimă 24 g (grame) ciment.	DM000385950
33100000-1	14	Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic	Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic	PerOssal® REF: 03-0102	Germania	OSARTIS GmbH	Substituent osos artificial special cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic pentru tratamentul infecțiilor postoperatorice. Componenta substituentului (hidroxiapatita cu tricalcium sulfat). Forma - pelete. Volum 50 pelete.	Substituent osos artificial special cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic pentru tratamentul infecțiilor postoperatorice. Componenta substituentului (hidroxiapatita cu tricalcium sulfat). Forma - pelete. Volum 50 pelete.	DM000388068
33100000-1	20	Set vertebroplastie	Set vertebroplastie	Mendec® Spine Kit REF: 13C2000 + Bone Injection Needles REF: ASB0000 REF: SPN0915	Italia	TECRES S.p.A.	Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant	Set pentru vertebroplastie, compus din 2 troacare spinale, cimentul cu dizolvant, sistem de mixare și de livrare a cimentului. Cimentul: - Sa contina min 20g de polimer sub forma de pudra si monomer (dizolvant) sub forma lichida; - Sa contina sulfatul de bariu in pudra de ciment ca agent radioopac; - Sa prezinta viscozitate joasa, indicat pentru vertebroplastie la nivel de coloana vertebrala. Sistem de mixare a cimentului: - Container cu capac, conexiune Luer-Lock, în care se mixează ciment. Sistemul de livrare a cimentului: - Sa prezinta injector, tip pistol, destinat pentru livrare cimentului prin metoda de injecție pe bază de șurub (screw driven), cu gradăție, conexiune Luer-Lock; - Mecanismul pistolului sa fie dotat cu limitator de cuplu pentru a evita suprapresiunea în timpul injecției; - Sa fie inclus in set un tub de extensie, lungimea 30 cm (+/- 1 cm), conexiuni Luer-Lock. Setul va fi livrat impreuna cu 2 trocare spinale recomandate de producator in conformitate cu caracteristicile cimentului (la alegere beneficiarului, REF: ASB0000 și/sau REF: SPN0915), diametrul exterior 9G, lungimea 150mm. REF: ASB0000: Bone Injection Needle, Beveled Tip, 9 Gauge, 150 mm, Plastic Handgrip REF: SPN0915: Bone Injection Needle, Diamond Tip, 9 Gauge, 150 mm, Plastic Handgrip.	DM000343452 DM000343433 DM000343429
33100000-1	21	Set cranioplastie	Set cranioplastie	Mendec® Cranio REF: 1220/D	Italia	TECRES S.p.A.	Ciment și dizolvant p/u cranioplastie	Ciment și dizolvant p/u cranioplastie	DM000343536
33100000-1	33	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	Ac pentru acces osos transpendicular	Bone Injection Needles REF: ASB0000 REF: SPN0915	Italia	TECRES S.p.A.	Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm	Dimesiuni - 9G. Lungime - 150 mm	DM000343433 DM000343429

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	34	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale	Mendec® Aqua REF: ASC0020	Italia	TECRES S.p.A.	Sistemul trebuie să permită o livrare stepată a cimentului, operatorul trebuie să poată să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă mecanism de reducere rapidă a presiunii intravertebrale. distanța minimă de la sursa ionizată minimă 155 cm	Sistemul trebuie să permită o livrare stepată a cimentului, operatorul trebuie să poată să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă mecanism de reducere rapidă a presiunii intravertebrale. distanța minimă de la sursa ionizată minimă 155 cm	DM000343480
33100000-1	40	Substituent osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule)	Substituent osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule)	PerOssal® REF: 03-01031	Germania	OSARTIS GmbH	Substituent osos sintetic rezorbabil bifazic, care să conțină 15% -20 % de hidroxiapatită și 80- 85% tri-calcium fosfat (b-TCP). Diametru grenulelor - aprox. 1.6mm. Porozitate - aprox. 80%. Steril.	Substituent osos sintetic, biodegradabil și osteoconductiv pentru restaurarea și umplerea defectelor osoase, care să conțină nanocristaline de hidroxiapatită și calcium sulfat. Structura microporoasă să asigure absorbția uniformă a substanțelor lichide (cum ar fi antibioticele din genul Gentamicina, Vancomicina, Tobramicina, Rifampicina, etc.) și eliberarea controlată a acestora pe termen lung până la 10 zile. să prezinte pelete cu forma de tip cilindru - aprox. 6x6mm, cu un capăt sferic și unul plat. Forma de dozare - ambalaj 1x6 pelete. Steril.	DM000388069
33100000-1	54	Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare și livrare.	Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare și livrare.	Mendec® Spine MV System REF: 13C2050	Italia	TECRES S.p.A.	Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare și livrare. Componenta setului: PMMA radiopac, Viscozitate medie, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g. Evaluarea va fi per gram. Sistem de mixare și livrare închis combinat într-un dispozitiv.	Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare și livrare. Componenta setului: PMMA radiopac, Viscozitate medie, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g. Evaluarea va fi per gram. Sistem de mixare și livrare închis combinat într-un dispozitiv.	DM000343454

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova