

Specificații Tehnice (F4.2)

Numarul COP : 21036500

Data: 05.03.2021

Alternativa nr.: Nu se oferă

Autoritatea Contractantă: Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Pagina: 1 din 1

Denumirea licitației: "Achiziționarea serviciilor de mentenanta"

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Un. de măsură	Cantitate	Preț Unitar fără TVA	Preț Unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	33100000-1	Lucrari pentru deservirea tehnica a dispozitivului medical Arcadis Orbic 3D Gen2, in conformitate cu instrucțiunea de mentinere.	buc	1	57 880,00	69 456,00	57 880,00	69 456,00	Lă comanda, timp de 24 ore
Suma totală a Ofertei în Lei MD:							57 880,00	69 456,00	

Numele, prenumele: Beregoi Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7, oficiul 5



Anexa № 2 la contractul
de deservirea tehnicei medicale
Ne _____ or Smartie 2021r.
Specificatia lucrarilor pentru deservirea tehnica Arcadis Orbic 3D Gen2, in conformitate cu
instrucțiunea de menținere.

NN	Denumirea lucrărilor	
1	Inspectia vizuală a tuturor componentelor	Da
2	Testarea aparatului pentru a afla cauza greseliilor. Ajustarea, reparatia aparatului fara schimbarea pieselor.	Da
3	Mentenanata anuala conform proceduri, stabilite de producator: Curatirea aparatului, ungerea, verificarea rejimelor, franelor, schimbarea acumulatorilor	Da
4	Testarea funcțiilor de securitate : Securitatea mecanica - frine, butoane; securitatea electrica- verificare cablurilor, miscari motorizate, etc. Semanalizatore de tensiune inalta.	Da
5	Testarea Image quality (IQ) quick test Evaluarea calitatii imaginii. Verificarea reconstructiei 3D si calibrare in cazul necesar	Da
6	Verificarea UPS la sistem de imagine si schimbarea acumulatorilor	Da
7	Verificarea printerului	Da
8	Evaluarea rapoartelor : Error log	Da
9	Instalarea Update de tip SW, licentiat, si HW, licentiat, de la uzina (in caz de necesitate)	Da
10	Alte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparatii curente fara piese de schimb	Da
11	Dezmembrare parti laterale ale instalatiei	Da
12	Curatare de praf componente interne	Da
13	Completare actelor si documentelor	Da
14	Prezența autorizației de la producător.	Da
15	Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.	Da

