



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Aurelia BoticaTelefonul de contact 022222364E-mail aurelia.botica@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1721140613863 din 21.08.2024

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
34	33100000-1	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710	BPR-SV298	China	Biobase	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrii de specificație Configurație: Mobil Capacitatea internă a camerei: 200 și 300 litri Număr de rafturi: 4 Ușa: Număr 1 Transparență: Obligatoriu Mecanism de blocare cu cheie Roți: 4 Frîne: 2 Lumină interior: Obligatoriu Construcție interioară: Materiale anti-bacteriale prevazute pentru preluare Construcție exterioară: Acoperire anticorozivă Afișaj temperatură: Digital Alarma: Acustică Visuală Răcire: Ventilată Temperatura reglabilă: 2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică: 2 °C Alimentare: 220 V, 50 Hz Refrigerent: Ră CFC / HCFC Zgomot: 48 dB Accesorii: 10 șururi tip sertar	Frigider pentru laborator, vol. 298L, Biobase, Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L. Cod 140710 Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrii de specificație Configurație: Mobil Capacitatea internă a camerei: 298 litri Număr de rafturi: 5, . Ușa Număr 1 Transparență obligatoriu, Mecanism blocare cu cheie. Roți: 4, . Frîne 2, . Lumină interior da. Construcție interioară: Materiale anti-bacteriale prevazute pentru preluare. Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarma acustică, vizuală Răcire ventilată. Temperatura reglabilă: +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică: ±2 °C Alimentare: 220 V, 50 Hz Refrigerent R600a fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii: 10 șururi tip sertar - da, DM000451826	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	33100000-1	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710	bucată	1	22.222,0000	26.666,4000	22.222,00	26.666,40	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							22.222,00	26.666,40	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, reștașta lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu