

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1764338310520 din 30.12.2025						
Obiectul de achiziției: Reagenți de laborator - SISTEM ÎNCHIS - anul 2026						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lotul nr. 3 - Specificații standard pentru investigații imunologice la paraziti SISTEM ÎNCHIS						
Lot 3.1 Ascaris lumbricoides IgG,ELISA 96 teste	EI-601	Ucraina	EKVITESTLAB LLC	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- " calibratori.Metoda ELISA. (Fiecare godeu sa fie detasabil)	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea sunt incluși toți reagenții necesari pentru reacție, controlul "+"și"-".Metoda ELISA. (Fiecare godeu este detasabil). Set.96 teste. Instrucțiune se anexează. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 3.2 TOXOcaris canis IgG,ELISA	EI-603	Ucraina	EKVITESTLAB LLC	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- " calibratori.Metoda ELISA. (Fiecare godeu sa fie detasabil)	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea sunt incluși toți reagenții necesari pentru reacție, controlul "+"și"-".Metoda ELISA. (Fiecare godeu este detasabil). Set.96 teste. Instrucțiune se anexează. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 3.3 Liambliia IgG ELISA 96 TESTE	EI-606	Ucraina	EKVITESTLAB LLC	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- " calibratori.Metoda ELISA. (Fiecare godeu sa fie detasabil)	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea sunt incluși toți reagenții necesari pentru reacție, controlul "+"și"-".Metoda ELISA. (Fiecare godeu este detasabil). Set.96 teste. Instrucțiune se anexează. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 3.4 Toxo IgG ELISA 96 teste	EI-041	Ucraina	EKVITESTLAB LLC	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- " calibratori.Metoda ELISA. (Fiecare godeu sa fie detasabil)	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea sunt incluși toți reagenții necesari pentru reacție, controlul "+"și"-", calibratori .Metoda ELISA. (Fiecare godeu este detasabil). Set.96 teste. Instrucțiune se anexează. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul nr. 4 - Specificații standard pentru teste rapide cantitative pentru Analizatorul Automat FIA 8000/ SISTEM ÎNCHIS						
Lot 4.1 D - DIMER	CG1006	China	GETEIN BIOTECH, INC.	D - DIMER	D - DIMER. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul nr. 11 - Reagenți și materiale de control , p\u Analizatorul automat p\u hemostazaTECO- COATRON X, (sistem inchis)						

Lot 11.1 Plasma de control nivel normal 4 parametri 450	P6001-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Flaconul sa contina 1 ml trombin liofilizat sau lichid.6	Flaconul contine 1 ml trombin liofilizat sau lichid. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 11.2 Plasma de control nivel patologic 4 parametri 450	P6101-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Flaconul sa contina 1 ml trombin liofilizat sau lichid.	Flaconul contine 1 ml trombin liofilizat sau lichid. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 11.3 Cuve cu bila PENTRU COAGULOMETRU Coatron	24 100 00	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Cuve cu bila PENTRU COAGULOMETRU Coatron	Cuve cu bila PENTRU COAGULOMETRU Coatron. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 11.4 Test la fibrinogenă, reagent pentru determinarea fibrinogenei în plazma după metoda Claus	A0511-020+A0590-125	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Set sa contina flacon 2 ml trombin liofilizat sau lichid.,	Bucată = flacon de 2 ml, Set contine 10 fl. x 2 ml cu IBS Buffer, trombin liofilizat sau lichid., Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9