

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Sergiu Balta Telefonul de contact + 373 022 222 364E-mail sergiu.balta@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1726840471162 din 27.10.2024

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	33100000-1	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie	BDF-25V528D	China	Biobase	<p>Descriere Congelatorul este conceput pentru stocarea specializată a plasmelor sanguine</p> <p>Parametrii Specificație</p> <p>Configurație Vertical</p> <p>Capacitatea internă a camerei 500 – 600 litri</p> <p>Număr sertare, tip box Minim 4 buc.</p> <p>Ușa externă Minim 1 buc.</p> <p>Construcție interioară Inox sau material antibacterian prevăzut pentru prelucrare cu soluții antiseptice</p> <p>Roti da</p> <p>Construcție exterioară Cu acoperire anticorozivă</p> <p>Temperatura reglabilă -18 oC.....- 25 oC (+/- 1 oC)</p> <p>Rezoluție 1 oC</p> <p>Afisaaj temperatură digital</p> <p>Display LED</p> <p>Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB</p> <p>Da, cu soft inclus , dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator</p> <p>Alarma Acustică, vizuală, ușa deschisă, lipsa curentului electric</p> <p>Posibilitatea de setare a alarmei Limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii</p> <p>Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor Minim 48 ore</p> <p>Răcire ventilată sau statică</p> <p>Alimentare 220V, 50 Hz</p> <p>Nivelul de zgomot ≤ 60 dB</p>	<p>Descriere Congelatorul este conceput pentru stocarea specializată a plasmelor sanguine</p> <p>Parametrii Specificație</p> <p>Configurație Vertical</p> <p>Capacitatea internă a camerei 528 litri</p> <p>Număr sertare, tip box 4 buc.</p> <p>Ușa externă 2 buc.</p> <p>Construcție interioară Inox</p> <p>Roti da</p> <p>Construcție exterioară Cu acoperire anticorozivă</p> <p>Temperatura reglabilă -10 oC.....- 25 oC (+/- 1 oC)</p> <p>Rezoluție 0,1 oC</p> <p>Afisaaj temperatură digital Display LED</p> <p>Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB Da.</p> <p>Alarma Acustică, vizuală, ușa deschisă, lipsa curentului electric</p> <p>Posibilitatea de setare a alarmei Limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii</p> <p>Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor Minim 48 ore</p> <p>Răcire directă Alimentare 220V, 50 Hz</p> <p>Nivelul de zgomot ≤ 60 dB</p>	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	33100000-1	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie	Bucată	1	88.860,0000	106.632,0000	88.860,00	106.632,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							88.860,00	106.632,00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu