

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: "16" Septembrie 2020

Procedura de achiziție Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1599213732601**

Anunț de participare: privind achiziționarea "Utilaj Medical – 2020" prin procedura de achiziție COP din **04.07.2020**.

Către: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

"Health Medical Solutions" S.R.L. declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.: Anunț de participare din 07.09.2020, documentatia standard utilaj medical 04.09.2020 și DUAE din 04.09.2020.
- b) **"Health Medical Solutions" S.R.L.** se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: **Lotul 2 - Dispozitiv de tratare a plăgilor cu presiune negativă – 1 buc.**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
96 000,00 (Nouăzeci și șase mii lei, 00 bani) MDL
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
115 200,00 (O sută cincisprezece mii două sute lei, 00 bani) MDL
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **"Health Medical Solutions" S.R.L.** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce face parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Trocin Caterina

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Health Medical Solutions" S.R.L.

Adresa: Chișinău

Data: 15.09.2020



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1599213732601 / 21027915** din 16.09.2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Utilaj Medical**

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Tara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----------|--|---------------------|-----------------|----------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Lot 2 | | | | | | |
| 3310000-1 | Dispozitiv de tratare a plăgilor cu presiune negativă | Venturi Compact | Marca Britanie | TALLEY GROUP LIMITED | Conform Anexei Nr.1 "Specificația tehnică" | Conform Anexei Nr.1 "Specificația tehnică" | Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte extras din Registrul de stat a Dispozitivelor Medicale semnat electronic. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente -certificate de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil. Certificat CE sau Declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite valabile |



Semnăt: 
 Numele, Prenumele: **Trocin Caterina**
 În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: „**Health Medical Solutions**” S.R.L.
 Adresa: *mun. Chișinău*

| Dispozitiv de tratare a plăgilor cu presiune negativă | Dispozitiv de tratare a plăgilor cu presiune negativă |
|--|---|
| Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| <p>Dispozitivul să fie conceput pentru a asigura un mediu închis peste o rană, pentru a evacua exudatele de la locul plăgii la un recipient de unică folosință, care poate promova vindecarea rănilor prin eliminarea lichidelor, inclusiv și irigarea lichidelor biologice, exudate din rană și materiale infecțioase.</p> <p>2. Mediul închis să fie creat prin aplicarea unui pansament steril la locul plăgii și conectarea plăgii sigilate la dispozitivul de aspirație.</p> <p>3. Dispozitivul să funcționeze pe rețeaua de curent alternativ, cu un adaptor de curent alternativ, sau cu o baterie internă. Bateria internă se încarcă atunci când dispozitivul este conectat la rețeaua de curent alternativ atât în timpul funcționării cât și când este oprit și nu este utilizat.</p> <p>4. Accesorii: a) curele pacient pentru a transporta dispozitivul; b) geanta disponibilă pentru un recipient de minim 300 ml; c) piese de schimb, inclusiv inelul de intrare, filtrul de miros și picioarele de cauciuc.</p> <p>5. Presiune maximum 200mmHg.</p> <p>6. Regimuri de funcționare: minim 2</p> <p>7. Baterie: timpul de operare minim 20 de ore, timp de încărcare maxim 3 ore.</p> <p>8. Consumabile: Gama cu porturi moi, spumă și tifon care să faciliteze terapia adaptată, cu confort și versalitate, în tratarea rănilor provocatoare. Spuma poliuretanică (să prezinte o structură de celule deschise și proprietăți ale materialului hidrofil, destinat să permită un management eficient al fluidelor). Tifon – să fie eficient în răni cu drenaj scăzut până la moderat, să absoarbă și să rețină lichidul prin fibrele hidrofile. Nu se folosește pe răni cu un nivel ridicat de exudat. Drenuri - trusele de scurgere să fie concepute pentru a spori tratamentul și să faciliteze eliminarea exudatului din rănilor complexe, cu o construcție practică de silicon și o bandă radiopaque pentru vizualizarea sub radiografie. non-goale, neperforate pentru a preveni aderența țesuturilor.</p> <p>Termen de garanție minim 24 de luni.</p> | <p>Model: Venturi Compact, TALLEY GROUP LIMITED, Marea Britanie.</p> <p>DA, Dispozitivul să fie conceput pentru a asigura un mediu închis peste o rană, pentru a evacua exudatele de la locul plăgii la un recipient de unică folosință, care poate promova vindecarea rănilor prin eliminarea lichidelor, inclusiv și irigarea lichidelor biologice, exudate din rană și materiale infecțioase.</p> <p>DA, 2. Mediul închis să fie creat prin aplicarea unui pansament steril la locul plăgii și conectarea plăgii sigilate la dispozitivul de aspirație.</p> <p>DA, 3. Dispozitivul să funcționeze pe rețeaua de curent alternativ, cu un adaptor de curent alternativ, sau cu o baterie internă. Bateria internă se încarcă atunci când dispozitivul este conectat la rețeaua de curent alternativ atât în timpul funcționării cât și când este oprit și nu este utilizat.</p> <p>DA, 4. Accesorii: a) curele pacient pentru a transporta dispozitivul; b) geanta disponibilă pentru un recipient 300 ml; c) piese de schimb, inclusiv inelul de intrare, filtrul de miros și picioarele de cauciuc.</p> <p>DA, 5. Presiune -10 la -180 mmHg.</p> <p>DA, 6. Regimuri de funcționare: 2 (continuu sau intermitent)</p> <p>DA, 7. Baterie: timpul de operare 24 de ore, timp de încărcare maxim 3 ore.</p> <p>DA, 8. Consumabile: Gama cu porturi moi, spumă și tifon care să faciliteze terapia adaptată, cu confort și versalitate, în tratarea rănilor provocatoare. Spuma poliuretanică (să prezinte o structură de celule deschise și proprietăți ale materialului hidrofil, destinat să permită un management eficient al fluidelor). Tifon – să fie eficient în răni cu drenaj scăzut până la moderat, să absoarbă și să rețină lichidul prin fibrele hidrofile. Nu se folosește pe răni cu un nivel ridicat de exudat. Drenuri - trusele de scurgere să fie concepute pentru a spori tratamentul și să faciliteze eliminarea exudatului din rănilor complexe, cu o construcție practică de silicon și o bandă radiopaque pentru vizualizarea sub radiografie. non-goale, neperforate pentru a preveni aderența țesuturilor.</p> <p>Termen de garanție minim 24 de luni.</p> |



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1599213732601 / 21027915 | Data: 16.09.2020 | Alternativa nr.: |
| Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj Medical | Lot: 2 | Pagina: 1 din 1 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/Serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
|---------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Lot 2 | | | | | | | | |
| 33100000-1 | 2. Dispozitiv de tratare a plăgilor cu presiune negativă | Buc. | 1 | 96 000,00 | 115 200,00 | 96 000,00 | 115 200,00 | la comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii | MD87TRPCC C518430A0017 2AA |
| Total: | | | | | | 96 000,00 | 115 200,00 | | |

Semnat:

Numele, Prenumele: **Trocin Caterina**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**Health Medical Solutions**” S.R.L.

Adresa: **Chișinău**

