

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1658089674305 / 21060154 din: 17.07.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Indicator de sterilitate

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Indicator de sterilitate (extern) 180/60 (poupinel)	iPack-Bio	Rusia	Intersan	INDICATOR chimic (extern) 180/60 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii cu aer fierbinte în poupinele ,in set cu registre	INDICATOR chimic (extern) 180/60 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii cu aer fierbinte în poupinele ,in set cu registre	CE, ISO
2	Indicator de sterilitate (pentru euroclav) 121/20	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicator chimic 121/20 Nr1000 în plic p/u control sterilizarii in euroclav.In set cu registre	Indicator chimic 121/20 Nr1000 în plic p/u control sterilizarii in euroclav.In set cu registre	CE, ISO
3	Indicator de sterilitate (autoclav) 132/20(intern)	iPack-Bio	Rusia	Intersan	INDICATOR chimic (intern) 132/20 Nr1000 în plic- p/u controlul calitatii sterilizarii cu vapori în autoclave.In set cu registre	INDICATOR chimic (intern) 132/20 Nr1000 în plic- p/u controlul calitatii sterilizarii cu vapori în autoclave.In set cu registre	CE, ISO
4	Indicator de sterilitate (autoclav) 132/20 (extern)	iPack-Bio	Rusia	Intersan	INDICATOR chimic (extern) -132/20 Nr1000 în plic p/u control calitatii sterilizarii cu vapori în autoclave.In set cu registre	INDICATOR chimic (extern) -132/20 Nr1000 în plic p/u control calitatii sterilizarii cu vapori în autoclave.In set cu registre	CE, ISO
5	Indicator de sterilitate 134/18	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicator chimic 134/18 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii în sterilizator cu registre	Indicator chimic 110-135 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii în sterilizator cu registre	CE, ISO
6	Indicator de sterilitate 134/4	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicator chimic 134/14 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii în sterilizator cu registre	Indicator chimic 110-135 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii în sterilizator cu registre	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51