

**DECIZIE**  
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 54 /26 din 16.04.2026

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea contractante</b>	<b>autorității</b>	<b>Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării</b>
<b>Localitate</b>		<b>Republica Moldova</b>
<b>IDNO</b>		<b>1006601001229</b>
<b>Adresa</b>		<b>mun. Chișinău, șos. Hîncești 84</b>
<b>Număr de telefon</b>		<b>022-25-22-09 25-23-57 25-23-00</b>
<b>Număr de fax</b>		<b>022 25 20 49</b>
<b>E-mail</b>		<b>eugen.caragea@army.md</b>
<b>Adresa de internet</b>		<b>https://army.md</b>
<b>Persoana de contact</b>		<b>EUGEN CARAGEA</b>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	Licitație Deschisă
<b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</b>	-
<b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>	-
<b>Procedura de achiziție repetată (după caz)</b>	-
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri
<b>Obiectul de achiziție</b>	Paturi multifuncționale pentru Spitalul Clinic Militar Central
<b>Cod CPV</b>	33192100-3
<b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	ocds-b3wdp1-MD-1773065703268 <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1773065703268?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1773065703268?tab=contract-notice</a> Data: 09.03.2026
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	achizitii.md
<b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>	Da
<b>Anunț de intenție publicat în BAP</b>	-
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire</b>	-
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat
<b>Valoarea estimată (MDL, fără TVA)</b>	<b>870 833,33</b>

**3. Clarificări privind documentația de atribuire:**

<b>Data solicitării clarificărilor</b>	<b>Data:</b> 9 mart 2026, 16:32
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	<b>Subiectul întrebării:</b> codul produsului oferit
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	<b>Întrebare:</b> Referitor la cerința: „Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare etc.) la colțul patului (să se indice codul produsului oferit) – Obligatoriu”, vă rugăm să clarificați la ce anume se referă solicitarea de a indica „codul produsului oferit”.

**Data transmițerii****Răspuns** (10 mart 2026, 11:31):

Prin „codul produsului oferit” se înțelege codul sau modelul atribuit de producător accesoriilor compatibile cu produsul propus în ofertă, care permite identificarea exactă a acestora în catalogul sau documentația tehnică a producătorului.

**Data:**

10 mart 2026, 08:51

**Subiectul întrebării:**

înregistrarea în registrul DM

**Întrebare:**

Buna ziua. Rugam sa indicați unde în lege scrie ca la participarea în licitație dispozitivul medical trebuie deja sa fie înregistrat în registrul DM? Legea prevede înregistrarea cu 10 zile înaintea plasării pe piața. Solicitam sa anulați cerința de a prezenta Dovada înregistrării dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu art.7 și 8 din LP102/2017 deoarece aceasta este ilegala și restrictiva. Este imposibil de înregistrat patul până la termenul limita de depunere a ofertei deoarece legea prevede înregistrarea în 30 zile de la depunere.

**Răspuns** (10 mart 2026, 09:03):

Buna ziua, aveți dreptate referitor la cadrul legal, însă, solicităm respectuos să fiți mai atent la cele menționate în Documentele procedurii de achiziție. Dovada înregistrării dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu Legea nr. 102/2017, conform anunțului de participare, este obligatorie la livrare, pentru operatorul economic desemnat câștigător.

**Data:**

10 mart 2026, 10:42

**Subiectul întrebării:**

Specificații tehnice

**Întrebare:**

Buna ziua. Stimata autoritate contractanta, solicitam respectuos clarificarea specificației tehnice "reglare Hi-Lo". Ce se subînțelege?

**Răspuns** (10 mart 2026, 13:48):

Reglarea Hi-Lo (High/Low) reprezintă procesul de reglare a limitelor superioare și inferioare pentru pat.

**Data:**

10 mart 2026, 11:47

**Subiectul întrebării:**

codul produsului oferit

**Întrebare:**

Vă rugăm să concretizați dacă este suficient să indicăm în ofertă codul/modelul accesoriilor compatibile (de exemplu, stativ pentru ridicare), conform catalogului producătorului, fără ca aceste accesorii să fie obligatoriu incluse în livrare. În mod special, ne referim la lotul 2.

**Răspuns** (10 mart 2026, 13:56):

Bună ziua! Accesoriile menționate sunt obligatorii de a fi incluse în livrare. Alte accesorii conform pașaportului tehnic sunt opționale.

**Data:**

11 mart 2026, 09:06

**Subiectul întrebării:**

răspuns Hi-Lo

**Întrebare:**

Hi-Lo este o denumire tehnica caracteristica a anumitului producător. Nu sunt specificații generice în caietul de sarcini.

**Răspuns** (11 mart 2026, 09:27):

HI-Lo nu este o denumire tehnică caracteristică anumitului producător, este un termen generic și în cazul unui pat medical multifuncțional, termenul „Hi-Lo” (High–Low) înseamnă că înălțimea patului poate fi ridicată sau coborâtă. Funcția Hi-Lo prevede ca patul poate fi ajustat pe verticală și anume: - Hi (High) – patul se ridică mai sus; - Lo (Low) – patul se coboară mai jos.

**Data:**

11 mart 2026, 09:54

**Subiectul întrebării:**

răspuns Hi-Lo

**Întrebare:**

Ba da, este caracteristica unui producător. Cunoaștem foarte bine ce înseamnă pozițiile unui pat medical la nivelul High și Low. Producătorul sus menționat a vrut să se diferențieze de alții și a numit această caracteristică tehnică cu "Hi-Lo", în caz contrar ar indica High și Low, ca să fie interes pentru toți. În caietul de sarcini trebuia de indicat următoarele; reglarea la nivel maxim sus și jos (dar nu Hi-Lo) la anumita înălțime față de podea, ca la diferiți producători este diferit. Mulțumesc pentru înțelegere.

**Răspuns** (11 mart 2026, 10:53):

Mulți stimați operatori economici, „Hi-Lo” este o abreviere a termenului „High-Low” pe larg folosită de mai mulți producători în diferite țări ale lumii. Indiferent de formă, termenul indică reglarea verticală a întregului pat pentru a modifica înălțimea față de podea. Respectiv autoritatea contractantă va lua în considerare în aceeași măsură atât „Hi-Lo” cât și „High-Low” sau alte modificări/abrevieri cu același sens. De asemenea, în Anunțul de participare este menționat că înălțimea patului trebuie să fie ajustabilă, „mai mare sau egal” cu 80cm. Astfel, din cele menționate se înțelege că patul medical din oferta dumneavoastră va trebui să aibă opțiunea de a fi ridicat până la o înălțime mai mare sau egal de 80 cm față de podea, prin funcția de reglare a înălțimii (Hi-Lo).

**Data:**

11 mart 2026, 11:00

**Subiectul întrebării:**

răspuns Hi-Lo

**Întrebare:**

Dar Low cat va fi ? daca High este mai mare sau egal cu 80 cm.

**Răspuns** (11 mart 2026, 11:17):

În conformitate cu cerințele înaintate de către Beneficiar (Spitalul Clinic Militar Central), în cazul dat este important de specificat doar înălțimea de reglare de sus (High).

**Data:**

11 mart 2026, 12:21

**Subiectul întrebării:**

Diametru roti

**Întrebare:**

Stimate autoritate, cat de importanta este criteriul de diametru al roților sa fie de minim 15cm ? Ținând cont ca majoritatea producătorilor mari au modele ce au roti standard de 125cm si ca acesta este totuși un pat pentru maxim deplasări prin instituția medicala si nicidecum drumuri publice, solicitam respectuos ca acest criteriu sa fie modificat sau sa aibă un caracter opțional deoarece limitează mult accesul agenților economici la procedura. Merci anticipat !

**Răspuns** (11 mart 2026, 13:55):

Bună ziua! Autoritatea contractantă în comun cu beneficiarul, examinează propunerea Dvs. și va efectua ajustări la specificațiile tehnice, după caz.

**Data:**

12 mart 2026, 09:22

**Subiectul întrebării:**

Bare de protecție

**Întrebare:**

Stimate autoritate, rugam sa ne spuneți din ce material doriți ca sa fie barele de protecție laterale? Din metal sau din plastic? Rugam sa concretizați.

**Răspuns** (12 mart 2026, 13:10):

Buna ziua. Materialul preferabil pentru barele de protecție este inox.

**Data:**

17 mart 2026, 08:55

**Subiectul întrebării:**

Bare de protecție

**Întrebare:**

Buna ziua! O sa acceptați barele din metal ?

**Răspuns** (17 mart 2026, 09:26):

Buna ziua, Conform răspunsului anterior autoritatea contractantă a menționat materialul preferabil pentru barele de protecție. Inoxul (oțelul inoxidabil) este un metal. De asemenea, în conformitate cu anunțul de participare, inclusiv materialul folosit pentru barele de protecție trebuie să fie rezistent la folosirea metodelor de dezinfectare a acestora cu dezinfectanții aprobați de către Ministerul Sănătății al RM.

**Data:**

17 mart 2026, 09:17

**Subiectul întrebării:**

Înălțimea paturilor

**Întrebare:**

În specificația tehnica din anunțul de participare, intervalul general de reglare a înălțimii (ceea ce este scris în dimensiuni)și intervalul individual de reglare a înălțimii specificat (ceea ce este scris în înălțimea patului ajustabila) nu corespund. Prin urmare, aceste două date nu pot fi îndeplinite simultan. Documentul de licitație în sine conține o eroare. Va rugam sa corectați specificația tehnica solicitata.

**Răspuns** (17 mart 2026, 15:27):

Autoritatea contractantă va efectua ajustările necesare în specificațiile tehnice.

**Data:**

19 mart 2026, 14:42

	<p><b>Subiectul întrebării:</b> Termenul de livrare</p> <p><b>Întrebare:</b> Vă rugăm să majorați termenul de livrare de la 90 de zile la 120 de zile de la semnarea contractului</p> <p><b>Răspuns (19 mart 2026, 16:29):</b> La solicitarea beneficiarului termenul de livrare nu poate fi schimbat</p> <p><b>Data:</b> 19 mart 2026, 15:07</p> <p><b>Subiectul întrebării:</b> Clarificarea</p> <p><b>Întrebare:</b> Buna ziua! Solicitam clarificarea condiției următoare: La transmiterea/recepționarea echipamentului: a) Vânzătorul va dezambala complet și va examina echipamentul medical livrat. Orice echipament care nu va corespunde cerințelor va fi înlocuit înainte de a continua instalarea. Pe durata inspecției de livrare, Cumpărătorul sau reprezentantul acestuia are dreptul de a inspecta el însăși echipamentul. b) După încheierea inspecției de livrare, Vânzătorul va instala echipamentul livrat. Până la finalizarea instalării, asamblării, interconectării, calibrării (după caz) și punerii în funcțiune a echipamentului. Vânzătorul va testa echipamentul pentru funcționare adecvată cu înregistrarea în scris a tuturor rezultatelor. Această procedură va constitui testul de aprobare a Cumpărătorului prin semnarea actelor. Explicați ce se subînțelege? "dezambalarea completa", "testarea echipamentului", "înregistrarea în scris a tuturor rezultatelor", "testul de aprobare a Cumpărătorului". Cum în cazul așa condițiilor, trebuie să procedeze agentul economic?</p> <p><b>Răspuns (19 mart 2026, 16:29):</b> Patul multifuncțional este necesar de a fi livrat în Spitalul Clinic Militar Central, scos din ambalaj, verificat și testat pe loc, să nu fie careva defecțiuni, inclusiv unele ascunse și respectiv acțiunile menționate trebuie înregistrate într-un act de primire-predare.</p>
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SIA RSAP

#### 4. Modificări operate în documentația de atribuire:

<b>Rezumatul modificărilor</b>	-
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	-
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit</b>	-

#### 5. Până la termenul-limită (data 30.03.2026, ora 10:00), au fost depuse 6 (șase) oferte:

<b>Denumirea operatorilor economici</b>	<b>IDNO</b>	<b>Asociații/administratorii</b>
Med-M SRL	1020611000359	Iliev Ana
ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Cârstocea Ioan Razvan
IM Becor SRL	1003600060828	Sunstring Limited Bezer Iurie
Eximotor SA	1002600034712	Socolova Natalia
Data Control SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
Neotec SRL	1002600048135	Botnaru Andrei Corețchi Iulian

#### 6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

<b>Denumire document</b>	<b>Denumirea operatorului economic</b>					
	<b>Med-M SRL</b>	<b>ICS Eyecon Medical SRL</b>	<b>IM Becor SRL</b>	<b>Eximotor SA</b>	<b>Data Control SRL</b>	<b>Neotec SRL</b>
<b>Documentele ce constituie oferta</b>						
Propunerea tehnică	+	+	+	*	*	*
Propunerea financiară	+	+	+	*	*	*
Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	n/c	+	+	*	*	*

DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	+	+	+	*	*	*
Cererea de participare	+	+	+	*	*	*
Declarație privind valabilitatea ofertei	+	+	+	*	*	*
<b>Documente de calificare</b>						
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	+	+	+	*	*	*
Certificat de atribuire a conturilor bancare	+	+	+	*	*	*
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	+	+	+	*	*	*
Documente tehnice ale produsului	n/s	+	+	*	*	*
Certificat /Declarație de conformitate, CE sau ISO conform specificațiilor tehnice, de la producător	n/s	+	+	*	*	*
Confirmare privind atribuirea numărului de înregistrare în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE) <b>pentru lotul nr.2</b>	+	+	+	*	*	*
Declarație de garanție	n/s	+	+	*	*	*
Formularul de autorizare a producătorului	n/s	+	+	*	*	*
Dovezi privind calitatea produselor	n/s	+	+	*	*	*

\* **Oferta se află în așteptare;**  
n/c **Documentul nu corespunde;**  
n/s **Documentul nu a fost solicitat.**

#### Constatări/Comentarii:

La momentul evaluării, examinând ofertele operatorului economic Med-M SRL s-a constatat că, Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA, nu este semnată electronic conform cerințelor stipulate în Anunțul de participare.

#### 7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Unit. de măsur.	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA, lei	Prețul ofertei (fără TVA)	Denumirea operatorului economic	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
1	Pat multifuncțional mecanic cu 3 poziții	buc	8	193833,33	112760,00	MED-M SRL	-	-
					119960,00	IM Becor SRL	+	-
					138400,00	ICS Eyecon Medical SRL	+	+
					168000,00	Eximotor SA	*	*
					232592,00	Data Control SRL	*	*
2	Pat multifuncțional electric cu 5 poziții	buc	20	677000,00	398000,00	ICS Eyecon Medical SRL	+	+
					620000,00	Eximotor SA	*	*
					639900,00	IM Becor SRL	*	*

					672480,00	MED-M SRL	*	*
					677000,00	Data Control SRL	*	*
					680000,00	Neotec SRL	*	*

\* **Oferta se află în așteptare;**

#### **Constatări/Comentarii:**

**Pentru lotul nr.1 Pat multifuncțional mecanic cu 3 poziții**, prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic MED-M SRL însă oferta acestuia pentru lotul dat nu corespunde cerințelor stabilite în documentația de atribuire și anume:

##### S-a solicitat:

- Dimensiuni: 2250x980 mm,  $\pm 30$ mm;
- Înălțime reglabilă  $\geq 80$ cm;

##### S-a propus:

- Dimensiuni: 2220x1000x470-680 mm

Următorul operator economic care a propus lotul dat este operatorul economic IM Becor SRL, însă oferta acestuia pentru lotul dat nu corespunde cerințelor stabilite în documentația de atribuire și anume:

##### S-a solicitat:

- Dimensiuni: 2250x980 mm,  $\pm 30$ mm;
- Înălțime reglabilă  $\geq 80$ cm;

##### S-a propus:

- Dimensiuni: 2130x960x460-720 mm
- Înălțime reglabilă 46-72cm.

Următorul operator economic care a propus lotul dat este operatorul economic Eyecon Medical SRL. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic, s-a constatat că aceasta corespunde cerințelor stabilite în documentația de atribuire și se propune de a fi desemnată câștigătoare.

**Pentru lotul nr.2 Pat multifuncțional electric cu 5 poziții** prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic **Eyecon Medical SRL**. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic, s-a constatat că aceasta corespunde cerințelor stabilite în documentația de atribuire și se propune de a fi desemnată câștigătoare.

#### **8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:**

<b>Data</b>	<b>Operatorul economic</b>	<b>Informația solicitată</b>	<b>Rezumatul răspunsului operatorului economic</b>
08.04.2026	Eyecon Medical SRL	documentele de calificare și clarificări asupra specificațiilor tehnice	a prezentat informațiile solicitate

#### **9. Ofertanții respinși/descalificați:**

<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>Motivul respingerii/descalificării</b>
MED-M SRL	Pentru lotul nr.1, conform art.69 alin.6, lit.a) și lit.b), Legea nr.131/2015 – ofertă neconformă.
IM Becor SRL	Pentru lotul nr.1, conform art.69 alin.6, lit.b), Legea nr.131/2015 – ofertă neconformă.

**10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot**

**11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut**

**12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu a fost**

**13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost**

**14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis,**

Atribuirea contractului de achiziție publică:

<b>Nr. lot</b>	<b>Denumirea bunurilor</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>Prețul unitar (fără TVA)</b>	<b>Prețul total (fără TVA)</b>	<b>Prețul total (inclusiv TVA)</b>
1	Pat multifuncțional mecanic cu 3 poziții	buc	8	Eyecon Medical SRL	17300,00	138400,00	166080,00
2	Pat multifuncțional electric cu 5 poziții	buc	20	Eyecon Medical SRL	19900,00	398000,00	477600,00

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu a fost.

**15. Componența grupului de lucru:**

<b>Nr.</b>	<b>Nume, Prenume</b>	<b>Funcția în cadrul grupului de lucru</b>	<b>Semnătura</b>
1	<b>Stanislav POJAR</b>	Președintele grupului de lucru	
2	<b>Grigore RAȚA</b>	Membrul grupului de lucru	
3	<b>Eugen CARAGEA</b>	Membrul grupului de lucru	
4	<b>Denis NEGHINA</b>	Membrul grupului de lucru	
5	<b>Ana STRATAN</b>	Membrul grupului de lucru	

<b>6</b>	<b>Mariana CEBAN</b>	Membrul grupului de lucru	
<b>7</b>	<b>Gabriela CIOBANU</b>	Secretarul grupului de lucru	
<b>8</b>	<b>Valentina GURANDA</b>	Expert, reprezentant al solicitantului (SCMC)	