

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <i>21527334/ ocds-b3wdp1-MD-1766137106348 din 09.01.2026</i>
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Reagenți și consumabile de laborator pentru perioada 2026 (tip închis), conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii</i>

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	
	Lotul 1. Reagenți chimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro S”		<p>Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Reagenții sunt adaptați la SELECTRA PRO S; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producător. Disponem de ingineri calificați în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul SELECTRA PRO S, la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control este compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sunt pe baza de ser uman, numărul de parametri nu este mai mic de 39. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilității cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro S”</p>					
1.1	ALAT pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”	ALSL-M490	Franta	Elitech /Vital	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE	
1.2	ASAT pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”	ASSL-M490	Franta	Elitech /Vital	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE	
1.3	Albumina pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”	ALBU-M830	Franta	Elitech /Vital	cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	cinetic;reagenti lichizi; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, concentratia 2.28mmol/l, linearitatea 9,12 mmol/l; valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE	
1.4	Fosfataza alcalină pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”	ALPI-0230	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 5mg/l;reagenti lichizi ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	linearitatea 5mg/l; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, reagenti lichizi ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE	

1.5	Alfa-Amilaza pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	AMSL-M430	Franta	Elitech /Vital	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 50ml	ISO, CE
1.6	Alfa-Amilaza pancreatică pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	AMPL-M430	Franta	Elitech /Vital	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN; ISO-9001:1994, ambalaj flacon: 50ml	ISO, CE
1.7	Bilirubina totală pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	BITO-M430	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 20mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml	linearitatea 20mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ISO : 1994 ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
1.8	Bilirubina directă pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	BIDI-M430	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 20mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml	linearitatea 20mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9 : 1994 ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
1.9	Creatinina pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	CRSL-M490	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 5mg/dL reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-150ml	linearitatea 5mg/dL reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
1.10	Gamma-GT pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	GISL-M230	Franta	Elitech /Vital	cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	cinetic;reagenti lichizi; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, concentratia 2.28mmol/l, linearitatea 9,12mmol/l; valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
1.11	Glucosa pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	GPSL-M690	Franta	Elitech /Vital	concentratia 5,56mmol/l; linearitatea400 mg/dl ;reagenti lichizi,posibilitatea utilizarii 0'2ml la analizator, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni; ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 250-500ml	concentratia 5,56mmol/l; linearitatea400 mg/dl ;reagenti lichizi,posibilitatea utilizarii 0,2 ml la analizator, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni; ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 250ml	ISO, CE
1.12	Clor pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Chloride	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 4mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-150ml	linearitatea 4mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon:125ml	ISO, CE
1.13	Proteina Totala pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	PROB-0600	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 100g/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 100g/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
1.14	Proteina C reativa pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”	ICRP-M230	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca 2*25ml + 5ml	ISO, CE
1.15	Proteina totală în urină metoda cu Pirogalol roșu cu control și calibrator	PROB-0600	Franta	Elitech /Vital	Certificat de calitate de la producator	Certificat de calitate de la producator	ISO, CE

1.16	ASL-O pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	ASLO-0250	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca; 2x25ml, +1x6ml +1x1ml	ISO, CE
1.17	CRP IP Calibrator, Elitech 5X1ml	ICRP-0043	Franta	Elitech /Vital	CRP IP Calibrator, Elitech 5X1ml	CRP IP Calibrator, Elitech 5X1ml	ISO, CE
1.18	CRP IP Control I, Elitech 2x1ml	ICRP-0046	Franta	Elitech /Vital	CRP IP Control I, Elitech 2x1ml	CRP IP Control I, Elitech 2x1ml	ISO, CE
1.19	CRP IP Control II, Elitech 2x1ml	ICRP-0047	Franta	Elitech /Vital	CRP IP Control II, Elitech 2x1ml	CRP IP Control II, Elitech 2x1ml	ISO, CE
1.20	Cholesterol total pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	CHSL-M690	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 500mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj:50-250ml	linearitatea 500mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon:250ml	ISO, CE
1.21	Colesterol LDL pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”	CLDL-M330	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: flacon 112ml	ISO, CE
1.22	Colesterol HDL	CHDL-M330	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	ISO, CE
1.23	Trigliceride pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	TGML-0517	Franta	Elitech /Vital	cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	linearitatea 500mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:100ml	ISO, CE
1.24	Magneziu pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	MGXB-0600	Franta	Elitech /Vital	reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-150ml	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 80ml	ISO, CE
1.25	Uree pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	URSL-0507	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 125ml	ISO, CE
1.26	Lactate metoda enzimatică-colorimetrică, bireangant pentru Analizatorul biochimic automat	LLSL-0400	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic,	ISO, CE

	Random Acces Selectra Pro M+calibrator (volumul de lucru 0,3 ml per test)				ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994; CE Marca ambalaj: R1 2x8 ml, R2 1x5 ml	
1.27	Acid uric pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	AUML-0507	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	ISO, CE
1.28	Ferritin pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	IFRT-0230	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994; CE Marca; ambalaj: 55ml	ISO, CE
1.29	Ferritin calibrator pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	IFRT-0042	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; 1x3ml	ISO, CE
1.30	Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro M, și Selectra Pro S, cu instalare la solicitare	Maintenanc e kit	Franta	Elitech /Vital	Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro M, și Selectra Pro S, cu instalare la solicitare	Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro M, și Selectra Pro S, cu instalare la solicitare	ISO, CE
Lotul 2 Consumabilele la Analizatorul și SELECTRA PRO S;		Consumabilele dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Consumabilele sunt compatibile la Analizatorul SELECTRA PRO S; Compania "GBG-MLD" SRL dispune de autorizare de la producător; Consumabilele sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producator. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilitatii cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro S”					
2.1	Material de control biochimic normal	CONT-0060	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml până la 10 ml	Flx5ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elitrol 1, 5 ml	ISO, CE
2.2	Material de control biochimic patologic indicii înalți	CONT-0160	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml până la 10 ml	Flx5ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elitrol 2, 5 ml	ISO, CE
2.3	Material de control pentru calibrarea investigațiilor biochimici	CALI-0550	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 3 ml până la 10 ml	Flx3ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elical 3 ml	ISO, CE
2.4	Soluție de spălare	SLHC-5900	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L până la 1L	Certificat ISO al producătorului CE Marca, 1L	ISO, CE
2.5	Soluție de sistem	SLSY-5905	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L până la 1L	Certificat ISO al producătorului CE Marca, 1L	ISO, CE
2.6	Eprubete pediatrie 2 ml	1022/V	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca	ISO, CE
2.7	Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant	400700	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca	ISO, CE
2.8	Rotor chiuvetă pentru 48 reactii	6002-706	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca	ISO, CE

2.9	Butelie p-u reagent(25ml),	CVTL-2530	Franta	Elitech /Vital	Butelie p-u reagent(25ml),	Butelie p-u reagent(25ml)	ISO, CE	
2.10	Butelie p-u reagent(10ml),	CVTL-1010	Franta	Elitech /Vital	Butelie p-u reagent(10ml),	Butelie p-u reagent(10ml)	ISO, CE	
2.11	Adapter pentru cuve pediatrice 65x15mm	6002-828	Franta	Elitech /Vital	Adapter pentru cuve pediatrice 65x15mm	Adapter pentru cuve pediatrice 65x15mm	ISO, CE	
	LOTUL 4 : Consumabile și reagenți pentru analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis)		Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producator. Compania „GBG-MLD” SR dispune de ingineri calificați în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control este compati il cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fie pe baza de ser uman, numarul de parametri nu e mai mic de 39.					
2.1	Electrode Na+	2102	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE	
2.2	Electrode K+	2101	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE	
2.3	Electrode Ca+	2150	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE	
2.4	Electrode referința Ca+	2152	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE	
2.5	Calcium TUBING KIT, 2100	2100	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE	
2.6	Solution valve	2108	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE	
2.7	Sample detector	2257	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE	
2.8	Material de control 3 nivele (L,N,H)	2815	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE	
2.9	Pachet de reactive (Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml	2121	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE	
2.10	Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml)	2118	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE	
2.11	Termohirtie p-u analizator K/Na	2541	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE	
	Lotul 5 Analizator automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical		Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producator. Compania noastra dispune de ingineri calificați în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu Analizator automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical					

5.1	Prime-Plus Sensor Card: w/COOx (Standard) (1set 100buc)	61604	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Prime-Plus Sensor Card: w/COOx (Standard) (1set 100buc), ISO; CE Marca	ISO, CE
5.2	Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card	58379	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card, ISO; CE Marca	ISO, CE
5.3	Reference Sensor -Prime-Plus (w/W/R Pump Tubing) (CLINICAL)	57823	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Reference Sensor -Prime-Plus (w/W/R Pump Tubing) (CLINICAL), ISO; CE Marca	ISO, CE
5.4	Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 200Sample	57826	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 200Sample, ISO; CE Marca	ISO, CE
5.5	Stat Profile Prime Plus Auto QC Cartridge 160Sample	57838	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Stat Profile Prime Plus Auto QC Cartridge 160Sample, ISO; CE Marca	ISO, CE
5.6	Printer Paper	49200	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Printer Paper, ISO; CE Marca	ISO, CE
	LOTUL 6						
6	Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ și cantitativ	Clinica SMJ	Rusia	ABRIS	ISO; CE Marca	Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ și cantitativ, ISO	ISO
	LOTUL 7						
7	Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh	447	Rusia	ABRIS	ISO; CE Marca	Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh, ISO	ISO
	LOTUL 8						
12	Set de reagenti pentru Coprologie (Clinica KAL)	443	Rusia	ABRIS	ISO; CE Marca	Certificat ISO	ISO
	LOTUL 9						
9	Procalcitonin, 96 teste (ELISA)	9225-300A	SUA	Monobind	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Procalcitonin, 96 teste (ELISA), Seturile sunt detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeuCertificat CE, ISO	ISO, CE
	LOTUL 10						

10	Anticorpilor la Epștein-Barr Virus EBV /EAIG	EAG.CE	Italia	Dia Pro	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Anticorpilor la Epștein-Barr Virus EBV /EAIG, 96 teste, Seturile sunt detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu, ELISA	ISO, CE
----	----------------------------------------------	--------	--------	---------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Semnat: Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi _____ În calitate de: director

Ofertantul: “GBG-MLD” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2