

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1747226555310 / 21417892 din 16.06.2025					Lot 8
Denumirea procedurii de achiziție:				Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.11)					paj 1 din 1
Cod CPV	Nr lot	Denumirea lotului	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	8	Centrifugă de laborator	Centrifugă de laborator	D1524R High - Speed Refrigerated Micro Centrifuge Catalog Number 9013111121 + Rotor AS24-2 Nr catalog 19400069 + Rotor AS18-5 Nr.catalog 19400073	China	Diab	Centrifugă de uz general, cu refrigerare Funcție de prerăcire Interval temperatură: minim de la -20°C până la cel puțin +40°C Viteză variabilă: Minim: 500–1000 rpm Maxim: ≥15.000 rpm Ajustare în pași de cel mult 10 rpm RCF maxim: ≥20.000 Nivel de zgomot: ≤65 dB Operare prin tastatură și buton multifuncțional de control Tastă de impuls pentru funcționare scurtă 2. Programe și control: Minimum 9 programe de lucru programabile Minimum 9 trepte de accelerație și 10 trepte de decelerație Sistem de afișaj digital (LCD/LED) cu iluminare, ce indică toți parametrii activi Mesaj auditiv (beep) la finalul ciclului 3. Siguranță și structură: Carcasă și capac: material metalic rezistent Cameră de centrifugare: oțel inoxidabil Port de vizualizare în capac Blocare automată motorizată a capacului Protecție împotriva deschiderii accidentale Deblocare de urgență Detecție automată a dezechilibrului Detecție și afișare erori pe ecran Recunoaștere automată a rotorului 4. Specificații tehnice: Alimentare: 200–240V, 50/60 Hz Timer: 1 sec – 99 min 59 sec, mod funcționare continuă Rulare și frânare: max. 30 secunde 5. Rotor și compatibilitate: Furnizată cu rotor unghiular fix (45°) Capacitate totală a rotorului: 90 ml-200ml Compatibilitate cu eprubete standard: Minim 30 eprubete per rotor Suport pentru eprubete de: 3–5 ml (13 × 75 mm) 8–10 ml (16 × 100 mm) dispozitiv medical înregistrat în registru de stat	D1524R High - Speed Refrigerated Micro Centrifuge Centrifuga de uz general cu refrigerare ,cu funcție de preracire -Compresorul incepe a raci automat odata ce temperatura setata este mai mica ca temperatura camerei Interval temperatură : minim de la -20°C până la -40°C User Manual pag.5 , Brosura pag.106 : - Viteză variabilă: - Minim: 200 rpm - Maxim: 15.000 rpm - Increment 100 rpm - RCF maxim : 21,380 x g , step : 10 x g - Nivel de zgomot: ≤56 dB - Operare prin tastatură și buton multifuncțional de control - Brosura pag.106 2. Programe și control: 9 programe de lucru programabile - Brosura pag 106 9 trepte de accelerație și 10 trepte de decelerație - Brosura pag.106 Timpul de accelerare si decelerare - 25s 25s - User Manual pag .5, Brosura pag.106 Sistem de afișaj digital (LCD/LED) cu iluminare, ce indică toți parametrii activi - DA Mesaj sonor la finalul ciclului -DA 3. Siguranță și structură: Carcasă și capac din plastic rezistent , durabil Cameră de centrifugare: rotor din dur aluminiu, full autoclavabil la 121°C Port de vizualizare în capac -DA -- User Manual fig 5.3 pag.7 si fig.5.4 pag .8 (fereastra,orificiu amplasat deasupra capacului pentru efectuarea procedurii de verificare periodica) - Brosura pag.106 Blocare automată motorizată a capacului - DA (Lacatul electronic se blocheaza odata cu inchiderea capacului si inceperea regimului de lucru) - User Manual fig 5.3 pag.7 Protecție împotriva deschiderii accidentale- DA deoarece centrifuga dispune de un lacat electronic care se blocheaza pina la finalul regimului de lucru - User Manual fig 5.3 pag.7 Detector de depasire a vitezei si supraincalzire,funcție de auto-diagnosticare interna - Brosura pag.106 - Specificatii tehnice Deblocare de urgență - DA Exista posibilitatea de a debloca lacatul electronic ,in caz de urgenta cu ajutorul unei chei speciale care se introduce într-un orificiu special amplasat pe peretele centrifugii - User Manual pag .7 fig 5.3 Detecție automată a dezechilibrului - DA (Indicator sonor care indica faptul ca exista o dezechilibrare) Brosura pag.106 Detecție și afișare erori pe ecran - DAFuncție de autodiagnosticare-Daca apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu litera E si operatorul poate determina o defectiune dupa codul de avertizare aparut - User manual pag. 19 Recunoaștere automată a rotorului - DA 4. Specificatii tehnice: Alimentare: 200–240V, 50/60 Hz Timer: 30 sec – 99 min , mod funcționare continuă - User Manual Specificatii tehnice pag.5 Rulare și frânare: max. 30 secunde - DA 5. Rotor și compatibilitate: Rotor unghiular fix (45°) 1. Rotor AS24-2 - Nr catalog 19400069 Capacitate totală a rotorului : 48 ml 2. Rotor AS18-5 - Nr.catalog19400073 Capacitate totală a rotorului : 90 ml Dispozitiv medical înregistrat în registrul de stat - Se anexeaza : User Manual , Brosura ,Certificat de conformitate si linkul cu video https://www.youtube.com/watch?v=ui0Wfx1I1PE	ISO,CE, Conformity

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6

Semnat electronic