



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21569989 din 13.03.2026

Obiectul de achizitie: Echipamente medicale

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al DM
Lot 3					
Pat de spital	U0098	Turcia IHC MEDIKAL A.S.	Pat de spital electric cu trei funcții, destinat utilizării în secțiile medicale pentru asigurarea confortului pacientului și facilitarea activității personalului medical. Cerințe tehnice minime •Lungime totală: 2100 mm (±50 mm) •Lățime totală: 970 mm (±30 mm) •Înălțime reglabilă (fără saltea): 520–760 mm •Lungime interioară: 1970 mm (±30 mm) •Lățime interioară: 840 mm (±20 mm) •Înălțime saltea: minimum 7 cm •Reglaj electric cu trei funcții: oSecțiunea spatelui: unghi reglabil 0–80° (±5) oSecțiunea picioarelor: unghi reglabil 0–40° (±5) oReglaj înălțime pat: 520–760 mm •Suprafață turnată complet din tablă de oțel rece sau material echivalent certificat.	Pat de spital electric cu trei funcții, destinat utilizării în secțiile medicale pentru asigurarea confortului pacientului și facilitarea activității personalului medical. Cerințe tehnice minime •Lungime totală: 2100 mm (±50 mm) Da, 2100 mm „U0098” •Lățime totală: 970 mm (±30 mm) Da, 970 mm „U0098” •Înălțime reglabilă (fără saltea): 520–760 mm Da, „U0098” •Lungime interioară: 1970 mm (±30 mm) Da, 1970 mm „U0098” •Lățime interioară: 840 mm (±20 mm) Da, 840 mm „U0098” •Înălțime saltea: minimum 7 cm Da, 8 cm „U0098” •Reglaj electric cu trei funcții: oSecțiunea spatelui: unghi reglabil 0–80° (±5) Da, „U0098” oSecțiunea picioarelor: unghi reglabil 0–40° (±5) Da, „U0098” oReglaj înălțime pat: 520–760 mm Da, „U0098” •Suprafață turnată complet din tablă de oțel rece sau material echivalent certificat. Da, „U0098”	DM000834051

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			•Tetiere și piciorușe din polipropilenă sau material echivalent rezistent la impact și ușor de igienizat. •Balustrade de protecție din aliaj de aluminiu sau material echivalent, pliabile ușor în sus și în jos. •Roți silențioase de minimum Ø150 mm, dotate cu sistem de blocare pe cel puțin două roți. •Sarcină maximă suportată: ≥ 250 kg. Siguranță și conformitate •Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale. •Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. •Servicii asociate •Livrare, instalare și instruire privind utilizarea la sediul beneficiarului. •Service post-garanție disponibil pe teritoriul Republicii Moldova. •Garanție minim 24 luni.	•Tetiere și piciorușe din polipropilenă sau material echivalent rezistent la impact și ușor de igienizat. Da, „U0098” •Balustrade de protecție din aliaj de aluminiu sau material echivalent, pliabile ușor în sus și în jos. Da, MILD STEEL EPOXY PAINTED „U0098” •Roți silențioase de minimum Ø150 mm, dotate cu sistem de blocare pe cel puțin două roți. Da, 150 mm „U0098” •Sarcină maximă suportată: ≥ 250 kg. Da, 250 kg „U0098” Siguranță și conformitate •Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale. DA •Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. DA •Servicii asociate DA •Livrare, instalare și instruire privind utilizarea la sediul beneficiarului. DA •Service post-garanție disponibil pe teritoriul Republicii Moldova. DA •Garanție minim 24 luni. DA	
Lot 4					
Noptiera de spital	CEY-02	Turcia MEDICAL 2000	Noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos. Cerințe tehnice minime • Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. • Cadrul principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgârieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. • Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare.	Noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos. Cerințe tehnice minime •Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. Da, pag.1 „CEY-02” •Cadrul principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgârieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. Da, pag.1 „CEY-02” •Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare. Da, pag.1 „CEY-02”	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		• Roți pivotante, minim 2 cu frină, diametrul ≥ 75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. • Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. • Două rafturi pentru depozitare liberă. • Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. • Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesității. • Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială Dimensiuni minime specificate • Lungime totală: 59 cm • Adâncime totală: 44 cm • Înălțime: 86 cm • Lățime masa de servit la pat: 40 cm • Lungime masa de servit la pat: 58 cm • Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm • Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia • Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. • Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. • Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgârie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală.	• Roți pivotante, minim 2 cu frină, diametrul ≥ 75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. Da, 65 mm pag.1 „CEY-02” • Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. Da, pag.1 „CEY-02” • Două rafturi pentru depozitare liberă. Da, pag.1 „CEY-02” • Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. Da, pag.1 „CEY-02” • Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesității. Da, pag.1 „CEY-02” • Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială Da, pag.1 „CEY-02” Dimensiuni minime specificate • Lungime totală: 59 cm Da, 59cm pag.1 „CEY-02” • Adâncime totală: 44 cm Da, 44.5cm pag.1 „CEY-02” • Înălțime: 86 cm Da, 86 cm pag.1 „CEY-02” • Lățime masa de servit la pat: 40 cm Da, pag.1 „CEY-02” • Lungime masa de servit la pat: 58 cm Da, pag.1 „CEY-02” • Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm Da, pag.1 „CEY-02” • Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm Da, pag.1 „CEY-02” Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia • Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. Da, pag.1 „CEY-02” • Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. Da, pag.2 „CEY-02” • Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgârie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. Da, pag.2 „CEY-02”	
--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		• Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. • Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. • Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție minimă 24 luni. Condiții de livrare, montaj și verificare • Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind operarea mesei de servit (înclinare/reglare). • Garanție minimă: 24 luni . Alte cerințe obligatorii • Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). • Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. • Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicit justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme.	•Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. Da, pag.2 „CEY-02” •Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. Da, pag.2 „CEY-02” •Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție minimă 24 luni. DA Condiții de livrare, montaj și verificare •Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind operarea mesei de servit (înclinare/reglare). DA •Garanție minimă: 24 luni . DA Alte cerințe obligatorii •Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). DA •Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. DA •Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicit justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme. DA	
--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21569989 din 13.03.2026
Obiectul de achizitie: Echipamente medicale

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
333100000-1	3	Pat de spital	Buc.	36	16.830,00	18.176,40	605.880,00	654.350,40	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms, luna august 2026.
	4	Noptiera de spital	Buc.	36	6.500,00	7.800,00	234.000,00	280.800,00	
TOTAL							839.880,00	935.150,40	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1