

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770202163897/ 21560686 din: 04.02.2026 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Dispositive medicale

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Cântar mecanic cu taliometru, pentru adulți	Health Tower	China	Jiangsu Hongli Weighing Equipment Co.,Ltd	Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Sensivitatea ≥ 100 gr Precizie ≤ 100 gr Taliometru da, 200cm Calibrare manuală obligatoriu	Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 300 kg Sensivitatea ≥ 100 gr Precizie ≤ 100 gr Taliometru da, 200cm Calibrare manuală obligatoriu	CE ISO
2	Optotip pentru examen oftalmologic	ZS-5000E	China	Hunan MPlent Optoelectronic & Technology Co.,LTD	Parametrul Specificația Iluminare alba Tip pacient adult, copii Teste presetate 1.Tabelul cu literele alfabetului roman; 2.Tabelul cu Inele Landolt; 3. Un tabel cu optotipuri în formă de III; 4. Tabelul Orlova (pentru copii); Durata de viata a becului de la 30.000 ore Posibilitate fixare pe perete obligatoriu Distanța de lucru reglabilă 2-6 metri Luminozitate ecran reglabia Alimentare 220 V, 50 Hz	Parametrul Specificația Iluminare alba Tip pacient adult, copii Teste presetate 1.Tabelul cu literele alfabetului roman; 2.Tabelul cu Inele Landolt; 3. Un tabel cu optotipuri în formă de III; 4. Tabelul Orlova (pentru copii); Durata de viata a becului de la 100 000 ore Posibilitate fixare pe perete obligatoriu Distanța de lucru reglabilă 5 metri Luminozitate ecran reglabia Alimentare 220 V, 50 Hz	CE ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumph-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4