

Aparatul presedintelui raionului Strasen

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1558099244125, din 03.06.2019

DECLARAȚIE

Prin prezenta, “Pharmony” SRL declară că bunurile livrate respectă standarde de protecție a vieții oamenilor și a mediului. Confirmarea: Data Sheet, anexată, pag. 19.

Cu respect,

**Director “Pharmony” SRL
Alexandru SARCO**

Safety

SAFETY

- Type of protection against electrical shock: Class I
- Degree of protection against electrical shock (Patient connection): Type BF or CF Applied Part

EMC

- RF Emission CISPR 11: Class A
- ☐ Degree of protection against harmful ingress of water: Ordinary equipment (All of applied parts (IPX7) except for ECG, and Foot switch (IPX8))
- ☐ RoHS Compliant
- ☐ WEEE Compliant

IEC/EN 60601-1: Ed. 3.0:2005 + A1:2012

- IEC/EN 60601-1: Ed. 2.0:1988 + A1:1991 + A2:1995
- IEC/EN 60601-1-1: Ed. 2.0:2000
- IEC/EN 60601-1-2: Ed. 2.0:2001 + A1:2004 + Ed. 3.0:2007
- IEC/EN 60601-1-4: Ed. 1.1:1996 + A1:1999
- IEC/EN 60601-1-6: Ed. 2.0:2006 + Ed. 3.0:2010
- IEC/EN 60601-2-37: 2001 + A1:2004 + A2:2005 + Ed. 2.0:2007
- IEC/EN 60601-2-37: Ed. 1.0:2001 + A1:2004 + A2:2005
- IEC/EN 62366: Ed. 1.0:2007

Biocompatibility

- ISO/EN 10993-1: 2009

☐ Labeling

- EN 980: 2008
- EN 1041: 2008
- ISO 15223-1: 2012
- ☐ NEMA/AIUM

- NEMA/AIUM UD-2: 2004
- NEMA/AIUM UD-3: 2004

