

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP SCBI Toma Ciorba

Numărul procedurii de achiziție: 21523702, ocids-b3wdp1-MD-1765800288108							Data: 09.01.2026	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2026							Lot:	pag. 1 din 3
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
6	33696500-0	Set pentru controlul calitatii biochimie	MSEQSCH1 / MSEQSCH1	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea indicilor biochimici	Set de control extern biochimic, 34 Parametre (Albu, ALP, ALT, Amylo, AST, Bicarbonate, Bile Acids, Calcium, Cholin, CK NAC, Copper, Creatinine, Direct Bili, Gamma GT, Gluco, HDL Chol, LDH, LDL Chol, Lipase, Lithium, Magne, Phosphorus, Potassium, Sodium, Total Chol, Total Prote, Triglycerides, UIBC, Urea, Uric Acid, Zinc) - Sera Liofilizată, 1 nivel per test / 2fl x 1ml. Control extern trimestrial, 2 ori pe an. Catalog p. 7. Instrucțiune, Certificat ISO.	ISO, CE.
7	33696500-0	Set pentru controlul calitatii hematologie	MSEQUALITYE1 / HEMATOLOGY	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea indicilor hematologici	Set de control extern Hematologie (RDW/IDR-SD, MCHC, MPV, WBC/GB, RBC/GR, HGB, MCV/VMG, MCH/TCMH, RDW/IDR, PLT/PLQ, HCT), probă lichidă, 8 Parametre, 1 nivel per test / 2fl x 1ml. Control extern trimestrial, 2 ori pe an. Catalog p. 10. Instrucțiune, Certificat ISO.	ISO, CE.
8	33696500-0	Set pentru controlul calitatii coagulograma	MSEQSC1 / HEMOSTASIS	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea indicilor pentru coagulograma	Set pentru controlul calității coagulograma, 19 Parametre (PT PROTROMBINIC, PT INR, PROTEIN C, PROTEIN S, ANTITHROMBIN III, FIBRINOGEN, APTT, D DIMER, APTT TIME, ANTITHROMBIN III ACTIVITY) - Sera Liofilizată, 1 nivel per test / 2fl x 1ml. Control extern trimestrial, 2 ori pe an. Catalog p. 14. Instrucțiune, Certificat ISO. Catalog pag. 9.	ISO, CE.
9	33696500-0	Set pentru controlul calitatii sediment urinar	MSEQSUS1 / URINE SEDIMENTATION	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea sedimentului urinar prin metoda microscopica	Set pentru controlul calității sediment urinar. 4 parametre (RED BLOOD CELLS, WHITE BLOOD CELLS, CASTS, CRYSTAL) - urina sintetică, 1 nivel per test / 2fl x 1ml. Control extern trimestrial, 2 ori pe an. Instrucțiune, Certificat ISO, catalog pag. 16.	ISO, CE.
10	33696500-0	Set pentru controlul calitatii analiza urinei calitative	MSEQSU2 / URINE CHEMISTRY	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea parametrilor biochimici in urina	Set pentru controlul calității analiza urinei calitative. 12 parametre (ALBUMINE, ASCORBIC ACID, BILIRUBIN, BLOOD, GLUCOSE, KETONES, LEUKOCYTES, MICROALBUMIN, NITRITE, UROBILINOGEN, PROTEIN / PH, SPECIFIC GRAVITY) - urina sintetică, 1 nivel per test / 2fl x 1ml. Control extern trimestrial, 2 ori pe an. Instrucțiune, Certificat ISO, catalog pag. 16.	ISO, CE.

11	33696500-0	Set pentru controlul calitatii HBsAg	MSEQSSE1 / SEROLOGY	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea HBsAg prin metoda ELISA	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea HBsAg, 29 parametre (CHLAMYDIA IGG, CHLAMYDIA IGM, CYTOMEGALOVIRUS IGG, CYTOMEGALOVIRUS IGM, EPSTEIN BARR VCA IGG, EPSTEIN BARR VCA IGM, HAV IgG, HAV IGM, HBCAB, HBCAB IGM, HBCAG, HBEAB, HBEAG, HBSAB, HBSAG, HCV, H. PYLORI IGG, HERPES VIRUS I IGG, HERPES VIRUS II IGG, HIV, HIV 1-2, ROSOLIA IGG, ROSOLIA IGM, SYPHILIS IGG, SYPHILIS IGM, TOXOPLASMA IGG, TOXOPLASMA IGM, TREPONEMA IGG, TREPONEMA IGM) - Sera Liofilizată, 1 nivel per test / 2fl x 1ml. Control extern trimestrial, 2 ori pe an. Catalog p. 14. Instrucțiune, Certificat ISO.	ISO, CE.
12	33696500-0	Set pentru controlul calitatii anti-HCV	MSEQSSE1 / SEROLOGY	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea anticorpilor anti-HCV prin metoda ELISA	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea anticorpilor anti-HCV, 29 parametre (CHLAMYDIA IGG, CHLAMYDIA IGM, CYTOMEGALOVIRUS IGG, CYTOMEGALOVIRUS IGM, EPSTEIN BARR VCA IGG, EPSTEIN BARR VCA IGM, HAV IgG, HAV IGM, HBCAB, HBCAB IGM, HBCAG, HBEAB, HBEAG, HBSAB, HBSAG, HCV, H. PYLORI IGG, HERPES VIRUS I IGG, HERPES VIRUS II IGG, HIV, HIV 1-2, ROSOLIA IGG, ROSOLIA IGM, SYPHILIS IGG, SYPHILIS IGM, TOXOPLASMA IGG, TOXOPLASMA IGM, TREPONEMA IGG, TREPONEMA IGM) - Sera Liofilizată, 1 nivel per test / 2fl x 1ml. Control extern trimestrial, 2 ori pe an. Catalog p. 14. Instrucțiune, Certificat ISO.	ISO, CE.
14	33696500-0	Set pentru controlul calitatii anti-Chlamydia trachomatis IgM&IgG	MSEQSSE1 / SEROLOGY	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea anticorpilor anti-Chlamydia trachomatis IgM&IgG prin metoda ELISA	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea anticorpilor anti-Chlamydia trachomatis IgM&IgG, 29 parametre (CHLAMYDIA IGG, CHLAMYDIA IGM, CYTOMEGALOVIRUS IGG, CYTOMEGALOVIRUS IGM, EPSTEIN BARR VCA IGG, EPSTEIN BARR VCA IGM, HAV IgG, HAV IGM, HBCAB, HBCAB IGM, HBCAG, HBEAB, HBEAG, HBSAB, HBSAG, HCV, H. PYLORI IGG, HERPES VIRUS I IGG, HERPES VIRUS II IGG, HIV, HIV 1-2, ROSOLIA IGG, ROSOLIA IGM, SYPHILIS IGG, SYPHILIS IGM, TOXOPLASMA IGG, TOXOPLASMA IGM, TREPONEMA IGG, TREPONEMA IGM) - Sera Liofilizată, 1 nivel per test / 2fl x 1ml. Control extern trimestrial, 2 ori pe an. Catalog p. 14. Instrucțiune, Certificat ISO.	ISO, CE.
15	33696500-0	Set pentru controlul calitatii infectiile TORCH	MSEQSSE1 / SEROLOGY	Italia	Biogroup	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea anticorpilor catre infectiile TORCH prin metoda ELISA	Set pentru controlul calitatii pentru determinarea anticorpilor catre infectiile TORCH, 29 parametre (CHLAMYDIA IGG, CHLAMYDIA IGM, CYTOMEGALOVIRUS IGG, CYTOMEGALOVIRUS IGM, EPSTEIN BARR VCA IGG, EPSTEIN BARR VCA IGM, HAV IgG, HAV IGM, HBCAB, HBCAB IGM, HBCAG, HBEAB, HBEAG, HBSAB, HBSAG, HCV, H. PYLORI IGG, HERPES VIRUS I IGG, HERPES VIRUS II IGG, HIV, HIV 1-2, ROSOLIA IGG, ROSOLIA IGM, SYPHILIS IGG, SYPHILIS IGM, TOXOPLASMA IGG, TOXOPLASMA IGM, TREPONEMA IGG, TREPONEMA IGM) - Sera Liofilizată, 1 nivel per test / 2fl x 1ml. Control extern trimestrial, 2 ori pe an. Catalog p. 14. Instrucțiune, Certificat ISO.	ISO, CE.

19	33696500-0	Microcentrifuge Tube 1.5ml PCS 500	NLD141 / RollMed	China	Rollmed	Microcentrifuge Tube 1.5ml PCS 500, 1 set x 500 microcentrifue tube	Micro-eprubeta, tip Eppendorf, dimensiuni Ø10 x 40mm, 1,5ml, cu capac, PP, amb= 500 buc.	ISO, CE.
----	------------	---------------------------------------	------------------	-------	---------	--	---	----------

Semnăt: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chişinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 09.01.2026

Valabilitatea ofertei - 60 zile.