

## Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1684928764001 din 12.06.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale listă suplimentară pentru anul 2023 (listă delegată de către CAPCS)									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasific ație bugetar ă (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot 13 Robinete 3-direktionale	buc	40000	2,47	2,964	98800,00	118560,00	50% în decurs de 15 zile de la solicitare, restul în decurs de 30 zile la solicitare pe parcursul anului	
	Lot 15 Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pentru hemodializa)	buc	375	510,00	550,80	191250,00	206550,00		
	TOTAL					<b>290050,00</b>	<b>325110,00</b>		

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,  
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

## Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1684928764001 din 12.06.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale listă suplimentară pentru anul 2023 (listă delegată de către CAPCS)

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lot 13 Robinete 3- directionale	KT-002	Polonia	ZARYS INTERNA TIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	3-directionale, rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune $\geq$ 4 bari, steril	3-directionale, rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune $\geq$ 4 bari, steril	CE/ISO
	Lot 15 Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pentru hemodializa)	FR-3216 ECG	China	GUANGD ONG BAIHE MEDICA L TECHNO LOGY CO., LTD	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J -NITINOL (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută:</p> <p>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 20-25 cm pentru cateter de bază (și nu include lungimea lumenelor),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan);</p> <p>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</p> <p>-Radioopac, detectabil la raze X;</p> <p>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>- fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului;</p> <p>4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare <math>\geq</math>200 ml/min iar pentru un lumen mic <math>\geq</math>60 ml/min dar să nu depășească presiunea</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J -NITINOL (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută:</p> <p>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 20-25 cm pentru cateter de bază (și nu include lungimea lumenelor),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan);</p> <p>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</p> <p>-Radioopac, detectabil la raze X;</p> <p>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>- fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului;</p> <p>4. Debit (flow rate) 220/210/65 ml/min, dar să nu depășească presiunea maximă de 10PSI.</p> <p>5. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a</p>	CE/ISO

				<p>maximă de 10PSI.</p> <p>5. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>6. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul;</p> <p>7.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.</p> <p>7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril;</p> <p>9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.</p>	<p>cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>6. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul;</p> <p>7.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.</p> <p>7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril;</p> <p>9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,  
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia