

Control Plasma NORMAL

PLASMA DE CONTROL NORMALĂ PENTRU COAGULARE



Instrucțiunea de utilizare

Numai pentru diagnosticare «*in vitro*»
A se păstra la **2-8°C**

Cod №	Componente
C706	1 x 1 ml

DESTINATIE

Plasma reprezintă un amestec liofil uscat a plasmei citrate cu conținut redus de trombocite, primită de la nu mai puțin de 20 oameni sănătoși. Se utilizează pentru standardizarea reactivilor biologici, întrebunțați în diferite teste pentru cercetarea sistemului hemostazei și primirea rezultatelor de control, de asemenea la aprecierea calității analizelor.

Plasma se utilizează în calitate de control în următoarele teste:

- timpul de protrombină de coagulare (TP),
- timpul de tromboplastină parțial activat de coagulare (TTPA),
- determinarea concentrației fibrinogenului prin metoda Clauss,
- determinarea activității antitrombinei III.

COMPONENTĂ SETULUI

Denumirea și componentă reagentului

Volumul

Control Plasma L1

1 x 1 ml

„Pool” plasma referent normală liofilizată.

PĂSTRAREA ȘI STABILITATEA REAGENTILOR

Control Plasma L1 în flaconul sigilat, la **2-8°C** este stabilă până la data indicată pe etichetă.

Stabilitatea după restabilirea plasmei:

-în flaconul original 24 ore la 2-8°C.

-se admite o singură congelație pentru 24 ore la minus 20°C.

Atenție! Recongelarea și decongelarea plasmei este inadmisibilă.

PROBE

Control Plasma L1 și probele, preparate paralel în conformitate cu cerințele instrucției setului diagnostic de control.

ECHIPAMENT

Termostat de apă la 37°C și cronometru sau coagulometru.

Dozatoare pentru pipete.

PRECAUȚII

Setul este destinat numai pentru diagnosticare **in vitro**.

- Probele pacienților și **Control Plasma L1** diluată vor fi considerate ca material potențial contagios și se vor prelucra analogic celor contagioase.
- Nu se va utiliza plasma după data de expirare indicată pe etichetă!
- Se va evita contaminarea microbiană, în caz contrar pot apărea rezultate eronate.
- Sângelul donat, utilizat la prepararea plasmei, a fost testat pentru prezența anticorpilor la HIV, hepatita C și antigenului de suprafață al hepatitei B. Rezultatele sunt negative.

PREPARAREA REAGENTULUI DE LUCRU

1. Deschideți atent flaconul, evitând pierderile de material liofilizat.
2. Adăugați în flacon exact 1,00 ml apă distilată.
3. Flaconul se va astupă și se va incuba 3 minute la temperatura camerei (18-25°C).
4. Evitând formarea spumei, flaconul se va rota gentil, până la dizolvare completă. Nu se admite agitarea flaconului!

Mențineți **Control Plasma L1** diluată timp de 25-30 min la temperatura camerei (18-25°C) pentru rehidratarea totală a conținutului.

BIBLIOGRAFIE

1. Баркаган З.С. Момот А.П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза. – М.: «Ньюдиамед-АО», 2001. 296 с.
2. WHO Expert Committee on Standardisation: WHO Technocal Report Series, No. 889; 1999.

Simboluri marcate pe ambalajul consumatorului

	- destinat pentru diagnosticarea « <i>in vitro</i> »
	- numărul de catalog al produsului
	- numărul seriei
	- data producerii
	- expiră la
	- numărul de teste
	- citiți instrucția înainte de utilizare
	- intervalul temperaturii de păstrare a setului
	- denumirea producătorului setului

EC | **REP** - reprezentant autorizat în UE: QARAD B.V.,

Flight Forum 40, 5657 DB, Eindhoven, The Netherlands

“ProfilabDiagnostic” SRL

MD 2028, Moldova, Chișinău, Docucaev 6,
Tel.: /+373 22/ 882-516; Fax: /+373 22/ 882-516
e-mail: profilabdiagnostic@gmail.com