

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

P Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Numărul licitației: 21057245					Data: 13.06.2022		
Denumirea licitației: Achiziționarea reagenți de laborator și consumabile pentru anul 2022							
Cod CPV	Denumire bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Reactive pentru biochimie, material de control						
Lotul 11	HBsAg	HBs Ag ELISA	Taiwani	Wantai	Cerințe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape	HBs Ag- Metoda de determinare ELISA, set - 96 teste ELISA , gata de lucru. Cerințe generale CE Marca	ISO, CE
Lotul 13	Anti HCV	Anti HCV sumar ELISA	Taiwani	Wantai	Cerințe generale*, să fie cu godeuri detașabili, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA cu 3 etape	Anti HCV - sumar. Metoda de determinare ELISA, set- 96 teste ELISA , gata de lucru. Cerințe generale CE Marca	ISO, CE
Lotul 14	cTnI ,test-caseta	cTnI-cassette	China	AT	metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100%	cTnI ,test-caseta, metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100%	ISO, CE
Lotul 15	PCT ,test-caseta	PCT Test Cassette	China	AT	metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100%	PCT ,test-caseta,metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100%	ISO, CE
Lotul 16	Set*100 teste - strip diagnostic /urina(sânge, glucoza, acetona, nitrate, proteina, bilirubina, urobilinogenul, Hb, Ph, Greutatea specifica)	U-10	China	AT	Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9, leucitele Metoda calitativă de culoare (10 parametri)	U-10-Set*100 teste - strip diagnostic /urina(sânge, glucoza, acetona, nitrate, proteina, bilirubina, urobilinogenul, Hb, Ph, Greutatea specifica)	ISO, CE
Lotul 16	Cloristridium Difficile Tozine A+B	Cloristridium Difficile Tozine A+B	China	AT	Set *10 card test, metoda calitativa	Cloristridium Difficile Tozine A+B- Set *10 card test, metoda calitativa	ISO, CE

Semnăt: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6 _____