

## Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1594274278810	Data: 15 iul 2020, 9:00 - 22 iul 2020, 9:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de reparație a dispozitivelor medicale pentru anul 2020	Lot: 5-9	Pagina: 1 din 2

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	50421000-2	5. Lucrări de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-Q165, Olympus	-	-	-	<b>Videogastrosop cu un canal “Olympus GIF-Q165, s/n:2106717”</b> 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; <i>Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta</i>	<b>Videogastrosop cu un canal “Olympus GIF-Q165, s/n:2106717”</b> 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; <i>Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta</i> <b>Conform raportului de reparație de la centrul Olympe Europe</b>	-
6	50421000-2	6. Lucrări de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-H185, Olympus	-	-	-	<b>Video gastrosop cu un canal “Olympus GIF-H185, s/n:2400759”</b> 1. Schimbarea cauciucului capului distal; 2. Setarea etansietății; 3. Schimbarea canalului instrumentar; 4. Ajustarea unghiurilor; <i>Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta</i>	<b>Video gastrosop cu un canal “Olympus GIF-H185, s/n:2400759”</b> 1. Schimbarea cauciucului capului distal; 2. Setarea etansietății; 3. Schimbarea canalului instrumentar; 4. Ajustarea unghiurilor; <i>Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta</i>	-
7	50421000-2	7. Lucrări de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-2TH180, Olympus	-	-	-	<b>Videogastrosop cu două canale “Olympus GIF-2TH180, s/n:2401092, 2401093”</b> 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație;	<b>Videogastrosop cu două canale “Olympus GIF-2TH180, s/n:2401092, 2401093”</b> 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație;	-

						1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; <b>Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta</b>	1.4. Schimbarea canalului instrumentar; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; <b>Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta</b> <b>Conform raportului de reparație de la centrul Olympus Europe</b>	
8	50421000-2	8.Lucrări de reparație și ajustare a video colonoscopului CF-H185L, Olympus	-	-	-	<b>Videocolonoscop “Olympus CF-H185L, s/n:2400346”</b> 1.1. Reparația manetelor de angulație cu schimbarea garniturilor de ermecitate; 1.2. Setarea etansietății; <b>Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta</b>	<b>Videocolonoscop “Olympus CF-H185L, s/n:2400346”</b> 1.1. Reparația manetelor de angulație cu schimbarea garniturilor de ermecitate; 1.2. Setarea etansietății; <b>Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta</b>	-
9	50421000-2	9.Lucrări de reparație și ajustare a ultrasonografului Hitachi HI VISION	-	-	-	Reparația USG prin înlăturarea artefactelor grafice ce apar în timpul investigației. <b>Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta</b> Termen de garanție a lucrărilor efectuate <b>minim 6 luni.</b>	Reparația USG prin înlăturarea artefactelor grafice ce apar în timpul investigației. <b>Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta</b> Termen de garanție a lucrărilor efectuate <b>minim 6 luni.</b>	-

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**